



**Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
JUNTA DE ACLARACIONES.**

En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 12:00 hrs., del día 12 de octubre del 2021, reunida la convocante en la sala de Juntas del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Durango, sito en calle Patria Libre N° 435, Fracc. Domingo Arrieta, C.P. 34180, se celebró el acto de la Junta de Aclaraciones a las bases de licitación de conformidad con el capítulo Sexto, Cláusula Décima Sexta de las bases, correspondientes a la LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. LP/E/SECESP/017/2021, Segunda Convocatoria relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio y Servicios de Mantenimiento".

ORDEN DEL DÍA:

PRIMERO: Se da la bienvenida por parte del Lic. Luis Enrique Martínez Gallegos a todos los presentes, haciendo el comentario que de la presente reunión se elaborará acta.

SEGUNDO: Precisiones por parte de la Convocante.

I.- Esta convocante hace del conocimiento a los participantes que, en el resumen de la convocatoria, que por error involuntario se estableció como fechas para la celebración de la Junta de Aclaraciones y el Acto de Apertura de Propuestas los días 15 y 19 de octubre del 2021 respectivamente, sin embargo, las fechas correctas para la celebración de dichos actos son las establecidas en las cláusulas Décima Sexta y Vigésima de las Bases de la presente Licitación, los días 12 de octubre del 2021 a las 12:00 horas para la celebración de la Junta de Aclaraciones, y el 15 de octubre del 2021, a las 12:00 horas, la celebración del acto de Apertura de Propuestas.

TERCERO: Preguntas de los Participantes:

La convocante hace del conocimiento que para la presente Licitación Pública Nacional No. **LP/E/SECESP/017/2021**, **Segunda Convocatoria** relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio y Servicios de Mantenimiento" se recibieron preguntas vía correo electrónico por parte de los siguientes participantes:

IVG Comercializadora S.A. de C.V.

Pregunta 1. – respecto de la partida 1 BANCO GIRATORIO DE ACERO INOXIDABLE PARA LABORATORIO, ¿podemos ofertar un BANQUILLO GIRATORIO ACERO INOXIDABLE SIN RUEDAS, se acepta?

Respuesta. – en el uso de la palabra la Lic. Claudia Liliana Calvo Quinteros, manifiesta que si se acepta, por lo que la convocante acepta esta propuesta y aplica para todos los participantes.

Pregunta 2.- en lo que respecta a la Partida 3 ESCÁNER PARA LECTURA DE COMPUTADORAS VEHICULARES, podemos ofertar un Escaner para Diagnostico MaxiDiag MD868Pro con las siguientes características:

Marca:	AUTEL®	Incluye cable:	Si
Número de Parte:	0638243	Idioma:	Español
Peso:	313 gramos	Interface:	Digital
Ancho:	202 milímetros	Posee pantalla:	Si
Largo:	92 milímetros	Borra fallas:	Si
Alto:	35 milímetros	Garantía:	1 Año
Con Wi-Fi:	No		

Soporta lectura/borrado de códigos y funciones de datos en vivo para TODOS los sistemas
• Leer y borrar códigos de problemas, controlar y probar sistemas BMS/Oil Reset/ SRS/EPB/DPF



Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
JUNTA DE ACLARACIONES.

- Apoyar el restablecimiento del servicio de aceite
- Apoyar el registro y restablecimiento de la batería
- Servicio de partículas diésel que incluye regeneración forzada
- Restablecer la funcionalidad del sensor de ángulo de dirección (SAS)
- Vuelva a aprender la almohadilla de freno de estacionamiento después del reemplazo
- Restablecer el kilometraje de servicio y los intervalos de servicio
- Apague la luz de advertencia del freno ECU
- Realizar monitor O2, monitor integrado, preparación para I/M y pruebas de componentes
- Imprimir informes de diagnóstico a través de la conexión de PC
- Cobertura global OBD II para marcas y modelos nacionales, asiáticos y europeos de EE. UU.
- Todos los protocolos OBD II, los 10 modos de prueba y el soporte mejorado del modo OBD II 6
- Procesador: Procesador ARM® Thumb® (400 MHz)
- Memoria: 32MB, 166 MHz
- Monitor: LCD de 4.0 pulgadas con resolución 800x480
- Conectividad: Mini USB: 2.0 tarjeta Micro SD (16 GB)
- Consumo de energía: 1.7 W
- Temperatura de funcionamiento: -10 oC a 60 oC (14 oF a 140 oF)
- Temperatura de almacenamiento: -20 oC a 70 oC (-4 oF a 158 oF)
- Humedad de funcionamiento: 5% - 95% sin condensación
- Caja: Estuche de plástico resistente, con forro de caucho protector

Respuesta. – en el uso de la palabra la Lic. Claudia Liliana Calvo Quinteros, manifiesta que si es de utilidad y cumple con los requisitos solicitados por la Dependencia Beneficiaria, por lo que se acepta siempre y cuando incluya las actualizaciones sin costo por un mínimo de 5 años.

Pregunta 3. – en lo que respecta a la partida 5 Mesa Estructural de laboratorio, solicitamos a la convocante el que nos permita ofertar la siguiente mesa:



MEDIDAS:

LARGO 1.40 METROS

ANCHO 60 CMS

ALTO: 1.00 METRO

¿Se acepta?

Respuesta. – en el uso de la palabra la Lic. Claudia Liliana Calvo Quinteros, manifiesta que si se acepta, por lo que la convocante acepta esta propuesta y aplica para todos los participantes.

Pregunta 4. – en lo que respecta a la partida 6 Microscopio Triocular, solicitamos a la convocante se nos permita ofertar un Microscopio estereoscópico binocular con zoom (intermedio) con las siguientes características:

MICROSCOPIO ESTÉREO ZOOM (INTERMEDIO) VE-S4 Marca Velab Modelo: VE-S4

Oculares: WF 10x/20 mm con gomas protectoras y ajuste de dioptrías en ambos oculares.

Cabeza: Binocular inclinada a 60° con perillas de ajuste de zoom.

Objetivos: Con sistema zoom de aumentos variables para 1X, 1.5X, 2X, 2.5X, 3X, 3.5X, Y 4.5X (de 10 a 45 aumentos totales) con tapa.

Cuerpo: Estativo, robusto, reforzado y acabado en pintura epóxica.

Platina: Intercambiables, blanca translúcida, y doble cara blanco/negro, con un par de pinzas

Enfoques: Macrométrico antiderrapante

Iluminación: LED transmitida e incidente con control de intensidad variable independiente.



Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
JUNTA DE ACLARACIONES.

Dimensiones: 200 x 340 x 275 mm
Alimentación: CA110/240V,50/60Hz
¿Se acepta?

Respuesta. – en el uso de la palabra la Lic. Claudia Liliana Calvo Quinteros, manifiesta que si se acepta, por lo que la convocante acepta esta propuesta y aplica para todos los participantes.

Pregunta 5.- en lo que corresponde a la partida 8 MESA DE TRABAJO PORTÁTIL (ESCRITORIO DE CAMPO DE LA ESCENA DEL CRIMEN); solicitamos a la convocante el poder ofertar una mesa con las siguientes características:

Mesa rectangular Lifetime de 122.4 x 60.9 x 73.6 cm, es muy útil para llevar a paseos al exterior por ser muy ligera y sencilla de montar y desmontar, está fabricada con polietileno de alta densidad protegido contra los rayos UV. ¿Se acepta?

Respuesta. – en el uso de la palabra la Lic. Claudia Liliana Calvo Quinteros, manifiesta que si se acepta, por lo que la convocante acepta esta propuesta y aplica para todos los participantes.

No habiendo más preguntas por responder, y/o precisiones y aclaraciones por realizar; siendo las 12:40 hrs. del día 12 de octubre del 2021, se da por terminada la presente acta de aclaraciones a las bases. Firmando los que en ella intervienen, la omisión por parte de alguno de los participantes no afecta en contenido, ni efectos de la misma. Se hace del conocimiento de todos los interesados en participar, que aquellas personas que no asistieron a la presente junta de aclaraciones, están igualmente obligadas a respetar, las aclaraciones realizadas dentro de esta junta.

Por la Convocante:

Lic. Brisa Ivete Calderón Román.
Directora Administrativa del SECESP.

Lic. Luis Enrique Martínez Gallegos.
Coordinador de Adquisiciones y
Licitaciones del SECESP, y Responsable
de este Acto.

**Lic. Felipe Alejandro Quiriarte
Guerrero.**
Director Jurídico y de Normatividad de
SECESP.

Lic. Oscar Jáquez Sepúlveda.
Auxiliar Administrativo de Licitaciones del
SECESP.

Por el Órgano Interno de Control:

Lic. Beatriz Azucena Díaz Campos.
Encargada del Órgano Interno de
Control del SECESP.

Lic. Claudia Liliana Calvo Quinteros.
Directora de Servicios Periciales de la
Fiscalía General del Estado.

Por los Invitados: