

Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

JUNTA DE ACLARACIONES.

De Conformidad con lo establecido en el Capítulo VI Cláusula Décima Sexta, de las bases de este Procedimiento; En la Ciudad de Durango, Dgo., siendo las 12:00 hrs., del día 08 de junio del 2023, y reunida la convocante en la sala de Juntas del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Durango, sito en calle Patria Libre No. 435, Fracc. Domingo Arrieta, C.P. 34180, se celebra el acto de Junta de Aclaraciones a las bases de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LP/E/SECESP/008/2023 relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio" para las Instituciones de Seguridad Pública.

ORDEN DEL DÍA:

PRIMERO: Se da la bienvenida a los presentes por parte de la C.P. Nadia Isabel Ríos Soto en su carácter de Directora Administrativa de este Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, haciendo del conocimiento que de la presente reunión se elaborará acta.

SEGUNDO: Precisiones por parte de la Convocante.

Primera. – Se hace del conocimiento a los participantes que se elimina la partida Número 11, correspondiente a la Lámpara de examinación, toda vez que cambiaron las necesidades en materia de Seguridad Pública para el área usuaria final del bien, por lo que los participantes no deberán cotizarlo y tenerlo en consideración para la elaboración de su propuesta técnica y económica.

Segunda. – Se hace del conocimiento a los participantes que las características de la partida Número 6 Espectrofotómetro, del anexo 1 de las bases de este procedimiento se amplían el participante deberá ofertar lo siguiente:

ESPECTROFOTOMETRO DE INFRARROJO CON ACCESORIO DE ATR Y DESHUMIDIFICADOR POR TRANSFORMADA DE FOURIER IRSPIRIT.

ES UN SISTEMA PORTATIL EQUIPADO CON DETECTOR DLATGS CON CONTROL DE TEMPERATURA, LO CONVIERTE EN EL SISTEMA DE ESPECTROFOMETRIA DE INFRARROJO COMPACTO MAS SENSIBLE EN SU CLASE. EL IRSPIRIT CUENTA CON UN INTERFEROMETRO MICHELSON (ANGULO DE INCIDENCIA DE 30°) EQUIPADO CON UN SISTEMA DE ALINEACION DINAMICA QUE OFRECE LA RELACION SEÑAL RUIDO (S/N) MAS ALTA (30,000: 1) EN SU CLASE UTILIZANDO LA TECNOLOGIA HEREDADA DEL MODELO DE GAMA ALTA. DIMENSIONES: 390 (ANCHO) X 250 (PROFUNDO) X 210 (ALTURA) MM, PESO: 8.5 KG, REQUERIMIENTO ELECTRICO: 100 A 240V AC, 50-60 HZ.

Tercera. – Se hace del conocimiento a los participantes que las características establecidas en la partida Número 7 Estuche de disección del anexo 1A de las bases de este procedimiento se modifican, por lo que el participante deberá ofertar lo siguiente:

ESTUCHE DE DISECCION CON 20 PIEZAS PARA SUJETAR LAS PARTES DE LOS CUERPOS.

Cuarta. - Se hace del conocimiento a los participantes que las características establecidas en la partida Número 8 Refrigerador Exhibidor del anexo 1A de las bases de este procedimiento se modifican, por lo que el participante deberá ofertar lo siguiente:

REFRIGERADOR EXHIBIDOR DE PUERTA DE VIDRIO CON CAPACIDAD DE 9 PIES Y GABINETE DE COLOR BLANCO - VR-09.

Quinta. - Se hace del conocimiento a los participantes que las características establecidas en la partida Número 9 Central Autopsia del anexo 1A de las bases de este procedimiento se modifican, por lo que el participante deberá ofertar lo siguiente:

CENTRAL DE AUTOPSIA, EQUIPADA CON: SISTEMA DE SUCCION HIDRONEUMATICA PARA 15 CFM Y GABINETE CON SISTEMA SEPARADOR DE AIRE Y AGUA Y RECICLADOR DE AGUA. JUEGO DE MANGUERAS HVE CON PUNTAS AUTOCLAVES DE CONTROL MANUAL, 2 COLECTORES DE SOLIDOS, PREPARACION PARA AGUA FRIA Y CALIENTE, DOBLE SISTEMA DE MANOS LIBRES HIDRAULICO, SISTEMA DE TRITURACION DE DESECHO CAPACIDAD DE 3 DE

Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

JUNTA DE ACLARACIONES.

HP, SWITCH DE ENCENDIDO TRITURADOR, SWITCH DE ENCENDIDO DE LUZ FLOURESCENTE, DOBLE SISTEMA DE IRRIGACION HIDRAULICO PARA ENJUAGUE DE DESECHOS, DOS CHAROLAS EMPOTRADAS PARA ENJUAGUE DE DESECHOS, VALVULA DE CONTROL DE SISTEMA HIDRAULICO, PREPARACION ELECTRICA PARA 110-115 VOLTS, DOS CAJONES PARA INSTRUMENTAL, BASCULA PARA PESAR ORGANOS Y LAMPARA DE QUIROFANO.

Sexta. - Se hace del conocimiento a los participantes que las características establecidas en la partida Número 10 Refrigerador para Cadáveres del anexo 1A de las bases de este procedimiento se modifican, por lo que el participante deberá ofertar lo siguiente:

REFRIGERADOR PARA CADAVERES DE 3 CUERPOS TIPO ARCHIVERO, CON CAPACIDAD PARA ALMACENAMIENTO DE 3 CADAVERES, PUERTAS PARA LA SALIDA DEL CUERPO POR LOS PIES, 3 CHAROLAS CON SALIDA TELESCOPICA, CON JALADERA PARA EL TRASLADO DEL CUERPO, DESHIELO AUTOMATICO, CONTROL POR MICROPROCESADOR PARA MANTENER TEMPERATURA ENTRE 2°C A 6°C. ALARMA AUDIBLE Y VISUAL PARA ALTA/BAJA TEMPERATURA, FALLA DE CORRIENTE ELECTRICA, PUERTA ABIERTA, Y FALLA DE SENSOR. INTERIOR Y EXTERIOR DE ACERO INOXIDABLE, LAMPARA CON LUZ LED, ALIMENTACION DE 115V A 60 HZ, RETARDADOR DE VOLTAJE Y SUPRESOR DE PICO.

Séptima. – Se hace la precisión a los participantes que el término para la entrega de bienes establecido en la Cláusula Cuarta de las bases del presente procedimiento, se amplía a cuarenta y cinco (45) días naturales contados a partir de la firma del correspondiente contrato.

Octava. – Se hace la precisión a los participantes que se modifica la Cláusula Trigésima Primera de las bases del presente procedimiento, a efecto de que una vez que sean adjudicadas las partidas, y se esté en condiciones de firmar el contrato, se otorgará hasta el cincuenta (50) por ciento de anticipo del monto total, por lo que deberá dar cumplimiento al "inciso b" de la Cláusula Trigésima Tercera de las bases.

TERCERO: Preguntas de los Participantes:

La convocante hace del conocimiento que para la presente Licitación Pública Nacional No. LP/E/SECESP/008/2023, para la adquisición del "Equipo Médico y de Laboratorio" se realizaron preguntas vía correo electrónico por parte de los siguientes participantes:

SERVI PAC S.A. DE C.V.

Pregunta 1. - Tras analizar el Anexo Técnico 1, referente al informe de las partidas del concurso mencionado, se ha observado que las características mínimas no concuerdan con la descripción de los bienes solicitados desde la partida 7 hasta la 11 y resulta confuso. ¿Podrían aclarar las características mínimas de cada una de las partidas que componen el Anexo Técnico 1? Se adjunta evidencia.

Respuesta. – Solicitamos al participante se ajuste a las Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta, de las Precisiones realizadas por esta convocante.

Pregunta 2. - Debido a las características técnicas y al alto grado de especialización de los bienes objeto de licitación, es necesario tener en cuenta que algunos de ellos requieren un proceso de fabricación específico. Por esta razón, solicitamos que se considere un periodo de entrega de 70 a 80 días hábiles para los bienes solicitados. En este sentido, solicitamos ajustar la cláusula cuarta de las bases de la licitación.

Respuesta. – Solicitamos al participante se ajuste a la Séptima precisión de las realizadas por la convocante.

Pregunta 3. - De igual forma, dadas características técnicas y al alto grado de especialización y calidad de los bienes objeto de licitación, es necesario tener en cuenta que algunos de ellos requieren un proceso de fabricación específico. Por esta razón, solicitamos que se considere otorgar un porcentaje de anticipo. Lo anterior implica ajustar la cláusula trigésima primera de las bases de la licitación.

Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
JUNTA DE ACLARACIONES.

Respuesta. - Solicitamos al participante se ajuste a la Octava precisión de las realizadas por la convocante.


Pregunta 4. - Solicitamos se especifique en las bases si los bienes objeto de la licitación requieren instalación, el lugar en donde se deberá llevar a cabo, así como condiciones especiales. Lo anterior a fin de garantizar la calidad e integridad en la entrega de los mismos.

Respuesta. -por motivos de seguridad y privacidad, el lugar de instalación de los bienes que la requieran, le será proporcionada al proveedor que se adjudique el contrato materia de la presente Licitación Pública.


No habiendo más aclaraciones, precisiones y/o preguntas; siendo las 12:35 hrs. del día 08 de junio del 2023, se da por concluido el presente acto de aclaraciones a las bases. Firmando los que en ella intervienen; la omisión por parte de alguno de los participantes no afecta el contenido, ni efectos de la misma; así mismo aquellas personas que no asistieron a la presente junta, están igualmente obligadas a respetar las aclaraciones realizadas dentro de esta junta.

Por la Convocante:


C.P. Nadia Isabel Ríos Soto.
Directora Administrativa del SECESP.


Lic. Felipe Alejandro Quiriarte
Guerrero.
Director Jurídico y de Normatividad del
SECESP.



Lic. Anahí Quintana Coronel.
Coordinadora de Adquisiciones y
Licitaciones del SECESP, y
Responsable de este Acto.


Lic. Oscar Jáquez Sepúlveda.
Auxiliar Administrativo de Licitaciones del
SECESP.

Por la Fiscalía General del Estado:


Ruth Selene Ríos Vázquez.
Fiscalía General del Estado de Durango.


Karina Gurrola Dávila.
fiscalía General del Estado.


C. Alfredo Ajdama Enríquez.
Servicios Periciales de la FGED.

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LA CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS EN EL SECESP.

El Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP), es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione. Los datos personales que recabamos los utilizaremos para las siguientes finalidades, Relación proveedores contratados en el SECESP, participar en los procedimientos de licitaciones o adjudicación directa, elaboración de contrato y convenio, trámite de pago, comprobación de gastos, dar cumplimiento a la publicación de las obligaciones de transparencia previstas en la Ley Local y General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se informa que se realizarán transferencias adicionales, únicamente que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en la página del SECESP <http://secesp.durango.gob.mx/index.html>.