



ACTA DEL EVENTO DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES PARA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL CONVOCADA POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO NÚMERO LP/E/SSA/006/2019, QUE EFECTÚAN LOS SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO PARA LA **ADQUISICIÓN DE PRUEBAS DE LA RED DE LABORATORIO CLINICO**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ART. 28 FRACCIÓN II DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE DURANGO.

EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO., SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 19 DE MARZO DE 2019, ESTANDO PRESENTE EL ING. FEDERICO PEÑA VAZQUEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y REPRESENTANTE DEL DR. SERGIO GONZALEZ ROMERO, SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO Y REUNIDOS LOS ABAJO FIRMANTES EN EL AULA ANEXA A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO, SITO EN CALLE CUAUHTÉMOC NO. 225 NORTE, C.P. 34000, ZONA CENTRO, DURANGO, DGO., CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA REUNIÓN DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL NÚMERO LP/E/SSA/006/2019, QUE EFECTÚAN LOS SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO PARA LA **ADQUISICIÓN DE PRUEBAS DE LA RED DE LABORATORIO CLINICO**", DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 3.1 DE LAS BASES RESPECTIVAS Y POR EL ARTICULO 28 FRACCIÓN II DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE DURANGO.-----

ORDEN DEL DÍA:

PRIMERO.- SE DA LA BIENVENIDA POR PARTE DEL ING. FEDERICO PEÑA VAZQUEZ, A TODOS LOS PRESENTES.-----

SEGUNDO.- SE CUENTA CON PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS: CENTRUM PROMOTORA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. SERGIO TADEO ARJONA RIVERA Y COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.

TERCERO.- SE DA LECTURA PORMENORIZADA A LAS ACLARACIONES A LAS BASES QUE REGULAN EL PROCESO DE ESTA LICITACIÓN, ESTABLECIDAS POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO, MISMAS QUE SE ENUNCIAN ENSEGUIDA:

1.- NUMERAL 8 DESCRIPCION DE LOS BIENES

DICE:

DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS A INSTALAR:

EQUIPO PARA QUÍMICA CLÍNICA

SISTEMA AUTOMATIZADO PARA DETERMINAR LOS PRINCIPALES ANALITOS DE QUÍMICA CLÍNICA.

EQUIPO DE QUÍMICA CLÍNICA SECA DE ALTO RENDIMIENTO

1..

2..

19.- E-CONNECTIVITY™: ESTABLECE UNA CONEXIÓN SEGURA ENTRE EL SISTEMA Y EL SOPORTE TÉCNICO DE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS PARA MEJORAR LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y AUMENTAR EL TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

DEBE DECIR:

EQUIPO PARA QUÍMICA CLÍNICA

SISTEMA AUTOMATIZADO PARA DETERMINAR LOS PRINCIPALES ANALITOS DE QUÍMICA CLÍNICA.

SE ELIMINA EL INCISO NUMERO 19.

2.- DICE: NUMERAL 8 DESCRIPCION DE LOS BIENES

EQUIPO ANALÍTICO DE MEDIANO RENDIMIENTO Y DE RESPALDO PARA QUÍMICA CLÍNICA SECA.

EQUIPO CON LA TECNOLOGÍA DE QUÍMICA SECA PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE ALTO RENDIMIENTO.

- 1..
- 2..
- 21..

DEBE DECIR:

SE ELIMINA EL NUMERO 8.

3.- DICE: NUMERAL 8 DESCRIPCION DE LOS BIENES

EQUIPO ANALÍTICO DE HEMATOLOGÍA DE MEDIANO RENDIMIENTO Y RESPALDO:

11. ANALIZADOR AUTOMÁTICO CON TECNOLOGÍA DE IMPEDANCIA, ÓPTICA, CITOQUÍMICA, PULSOS CUMULATIVOS, RADIOFRECUENCIA. Ó DISPERSIÓN DE LUZ MAPSS.
12. CONTROL DE CALIDAD CON 3 NIVELES
13. VOLUMEN DE MUESTRA COMO MÁXIMO DE 300 A 500 MICROLITROS
14. CONTROL DE CALIDAD INTEGRADO CON GRÁFICAS LEVEY-JENNINGS, CON CAPACIDAD DE ALMACENAR COMO MÍNIMO DATOS DE 10,000 PACIENTES.
15. RANGOS DE NORMALIDAD Y ALARMAS PARA MUESTRAS FUERA DE RANGO.
16. CON CAPACIDAD DE DETERMINACIÓN MÍNIMO 23 PARÁMETROS (CALCULADOS Y MEDIBLES).
17. ANALIZADOR DE GLÓBULOS BLANCOS CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES (LINFOCITOS, NEUTRÓFILOS, MONOCITOS, EOSINOFILOS Y BASÓFILOS).
18. CON CAPACIDAD DE PROCESAR COMO MÍNIMO 80 PRUEBAS POR HORA

NOTA: Se deberán surtir los tubos necesarios y adecuados para la realización de la totalidad de las pruebas solicitadas.

DEBE DECIR:

SE ELIMINA EL EQUIPO ANALÍTICO DE HEMATOLOGÍA DE MEDIANO RENDIMIENTO Y RESPALDO:

4.- DICE

ANEXO 1.2

Listado de insumos requeridos para el servicio, los cuales no se costearán directamente sin embargo deben ser considerados en su propuesta final.

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	Cantidad Promedio (9 meses)
89	Tissue-Tek (4583) O.C.T. O similar Medio de montaje en patología. Frasco de 120 ml	FRASCO	100
90	Tissue-Tek (4646) fine Abra. O similar Medio de montaje en patología. Frasco de 120 ml	FRASCO	61

91	Tissue-Tek (4647) coarse Abra. O similar Medio de montaje en patologia.Frasco de 120 ml	FRASCO	10
92	Tubo para microhematocrito capilar de vidrio de 75 mm de longitud y 1 mm de diámetro sin anticoagulante. Tubo con 100	TUBO	1
93	Tubos corning o similar graduados conicos esteriles de 50 ml c/25 pzas.	BOLSA	1
94	Tubos de polipropileno tipo Eppendorf con capacidad de 1,500 microlitros, con tapa y sello de seguridad, fondo redondeado, resiste 16,000 G. se esterilizan en autoclave. Libre de RNAasa. Bolsa con 1000 piezas	BOLSA	1
95	Tubos para la toma y recolección de sangre por punción capilar. De polipropileno translúcido, desechable, pediátrico, con EDTA dipotásico como anticoagulante, tapón lila, volumen de drenado 250-500 µL. Tapón recolector de flujo. Caja con 200.	CAJA	42
96	Verde claro SF-Amarillento Frasco 10 grs.	FRASCO	4
97	Wright. Cristales o polvo Frasco con 25 g	FRASCO	17
98	Xilol. Frasco con 1000 ml.	FRASCO	66
99	Xilol. Porrón de 20 Litros	PORRON	1
100	Yodo-Lugol. Para exámenes coproparasitoscópicos. Frasco con 50 ml.	FRASCO	31
101	YODURO DE POTASIO (Frasco de 100g)	FRASCO	55
102	Tubo microtainer tapon azul con citrato de sodio	PIEZA	3
103	Tubo microtainer tapón dorado	PIEZA	144

DEBE DECIR:

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	Cantidad Promedio (9 meses)
89	Tubo para microhematocrito capilar de vidrio de 75 mm de longitud y 1 mm de diámetro sin anticoagulante. Tubo con 100	TUBO	1
90	Tubos corning o similar graduados conicos	BOLSA	1

	esteriles de 50 ml c/25 pzas.		
91	Tubos de polipropileno tipo Eppendorf con capacidad de 1,500 microlitros, con tapa y sello de seguridad, fondo redondeado, resiste 16,000 G. se esterilizan en autoclave. Libre de RNAasa. Bolsa con 1000 piezas	BOLSA	1
92	Tubos para la toma y recolección de sangre por punción capilar. De polipropileno translúcido, desechable, pediátrico, con EDTA dipotásico como anticoagulante, tapón lila, volumen de drenado 250-500 µL. Tapón recolector de flujo. Caja con 200.	CAJA	42
93	Verde claro SF-Amarillento Frasco 10 grs.	FRASCO	4
94	Wright. Cristales o polvo Frasco con 25 g	FRASCO	17
95	Yodo-Lugol. Para exámenes coproparasitoscópicos. Frasco con 50 ml.	FRASCO	31
96	YODURO DE POTASIO (Frasco de 100g)	FRASCO	55
97	Tubo microtainer tapón azul con citrato de sodio	PIEZA	3
98	Tubo microtainer tapón dorado	PIEZA	144

5.- EN LOS CONSUMIBLES DE TODOS LOS EQUIPOS

DICE:

NOTA: Se deberán surtir los tubos necesarios y adecuados para la realización de la totalidad de las pruebas solicitadas.

DEBE DECIR:

NOTA: Se deberán surtir los tubos necesarios y adecuados para la realización de la totalidad de las pruebas, así como las agujas Vacutainer necesarias para la totalidad de las pruebas solicitadas.

CUARTO.- SE PROCEDE A DAR LECTURA A LAS PREGUNTAS RECIBIDAS VIA INTERNET, FORMULADAS POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES CON SU RESPECTIVA RESPUESTA POR PARTE DE LOS REPRESENTANTES DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO, QUE TIENEN INJERENCIA EN ESTE PROCESO LICITATORIO, LAS CUALES SE TRANSCRIBEN INTEGRAMENTE CON EL NOMBRE DEL LICITANTE QUE LA FORMULA, Y SU RESPECTIVA RESPUESTA, ANEXÁNDOSE AL EXPEDIENTE DE ESTE LICITACIÓN, RUBRICADAS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LICITANTES PRESENTES EN ESTE ACTO.

1.- INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A. DE C.V.

A) Dudas Administrativas:

PUNTO 8.- DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, PARRAFO 3
DICE: PARA TODAS LAS PRUEBAS DEL ANEXO 1 SERÁ NECESARIO QUE EL
PROVEEDOR QUE RESULTE ASIGNADO INSTALE EQUIPO DE SU PROPIEDAD,
EXCLUSIVAMENTE PARA EL FIN DE LA PRESENTE LICITACIÓN, SIN COSTO PARA LA
CONVOCANTE, PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS PRUEBAS MENCIONADAS, TENIENDO
COMO FECHA LÍMITE PARA SU INSTALACIÓN EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2019

DEBIDO A LA GRAN CANTIDAD DE EQUIPOS A INSTALAR, SOLICITAMOS
AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE LA FECHA LÍMITE DE INSTALACIÓN SEA
DE 45 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO.

¿SE ACEPTA?

**RESPUESTA: SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA Y APLICA PARA TODOS LOS
LICITANTES.**

B) Dudas del Anexo 1 de Requerimientos: (Técnicas)

A) Dudas Administrativas:

PUNTO 8.- DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, PÁGINA 26, EQUIPO BIOMÉDICO EN
COMODATO, RENGLON 4:
DICE: EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON UNA VIDA DE USO NO MAYOR A 2 AÑOS
COMPROBABLE A TRAVÉS DEL PEDIMENTO DE INSTALACIÓN QUE EXHIBIRÁ EL
LICITANTE ADJUDICADO AL REALIZAR LA ENTREGA DEL EQUIPO.

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE, QUE SI POR
PEDIMENTO DE INSTALACIÓN SE REFIERE AL PEDIMENTO DE IMPORTACIÓN
DONDE SE IDENTIFIQUE LA FECHA DE FABRICACIÓN DEL EQUIPO LA CUAL NO
DEBERÁ SER MAYOR A 2 AÑOS.

¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

**RESPUESTA: SI ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE COMPROBARÁ A TRAVÉS
DEL PEDIMENTO DE IMPORTACIÓN.**

B) Dudas del Anexo 1 de Requerimientos: (Técnicas)

PUNTO 10.- CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO QUE SE APLICARÁN, 10.1 PRECIO,
PÁRRAFO 2:
DICE: EL COSTO POR PRUEBA DEBE INCLUIR LOS CONSUMIBLES (CONTROL DE
CALIDAD, CALIBRADORES, PLÁSTICOS, CONTROLES DE TEMPERATURA Y
HUMEDAD, DILUYENTES, ETC.

DEBEMOS ENTENDER QUE EL COBRO DE LAS PRUEBAS, ES BAJO EL CONCEPTO
DE PRUEBA EFECTIVA REALIZADA.

¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: NO, NO ES CORRECTO, EN ESTE PUNTO SE SOLICITA QUE EN SU OFERTA INCLUYA EL COSTO DE LOS CONSUMIBLES. FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES.

B) Dudas del Anexo 1 de Requerimientos: (Técnicas)

PUNTO 12.- FORMA DE ADJUDICACIÓN, PÁRRAFO 3, RENGLÓN 3:
DICE: EL CONTRATO DEBE ADJUDICARSE DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES CRITERIOS DE PREFERENCIA, APLICADOS EN ESTE ORDEN: III. A LOS PROVEEDORES QUE PRESENTEN MEJOR GRADO DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE; Y IV. A LOS PROVEEDORES QUE PRESENTEN INNOVACIONES TECNOLÓGICAS.

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN REQUIERE LA CONVOCANTE PARA LA CORRECTA EVALUACIÓN DE LAS FRACCIONES III Y IV?

RESPUESTA: PARA EL PUNTO III PUEDE PRESENTAR CERTIFICADOS DE INDUSTRIA LIMPIA Y/O GRADO DE CUMPLIMIENTO DE PROTECCION AL AMBIENTE Y/O CERTIFICADO DE SER UNA EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE. PARA EL PUNTO IV PUEDE PRESENTAR DOCUMENTOS DE INNOVACION COMO CERTIFICADOS DE PATENTE EXPEDIDOS POR EL IMPI.

B) Dudas del Anexo 1 de Requerimientos: (Técnicas)

PUNTO 17.- REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN EL CONCURSO:

DICE: LOS LICITANTES DEBERÁN ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE SU CAPACIDAD LEGAL Y ADMINISTRATIVA, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA ANTE NOTARIO PÚBLICO Y FOTOCOPIA SIMPLE EN LOS SIGUIENTES CASOS.

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE ACEPTE FOTOCOPIA SIMPLE DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA Y LA ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA SE ENTREGUE EN CASO DE SER ADJUDICADOS.

¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO, NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.

B) Dudas del Anexo 1 de Requerimientos: (Técnicas)

B) Dudas Técnicas:

PUNTO 8.- DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, PÁGINA 11,

EQUIPO DE QUÍMICA CLÍNICA SECA DE ALTO RENDIMIENTO

NUMERAL 1. EQUIPO CON TECNOLOGÍA DE QUÍMICA SECA.

NUMERAL 6. MANEJO DE PRUEBAS INDIVIDUALES EN LAMINILLAS DE QUÍMICA SECA

(MICROSLIDE) Y EN MICROCUBETAS (MICROTIP).

NUMERAL 19. E-CONNECTIVITY™. ESTABLECE UNA CONEXIÓN SEGURA ENTRE EL SISTEMA Y EL SOPORTE TÉCNICO DE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS PARA

MEJORAR LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y AUMENTAR EL TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO.

ESTAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS, "QUÍMICA SECA", "MICROSLIDE", "MICROTIP", "E-CONNECTIVITY", SON EXCLUSIVAS DE UNA MARCA (ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS.)

CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE DICHAS ESPECIFICACIONES SEAN OPCIONALES Y SE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS DE QUÍMICA HÚMEDA CON METODOLOGÍA COLORIMÉTRICA, ENZIMÁTICAS, TURBIDIMÉTRICAS Y DE IÓN SELECTIVO, CON ESPECIFICACIONES SEMEJANTES O SUPERIORES A LA MARCA SOLICITADA.

¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO EL EQUIPO OFERTADO CUMPLA AL MENOS CON LA VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO, CANTIDAD POR HORA Y SEGURIDAD EN EL RESULTADO, QUE EL RESULTADO EMITIDO SEA CERTERO EN EL PROCESO LA ELIMINACIÓN DEL CARRY OVER, LA DETECCIÓN EFICIENTE DE COÁGULOS Y BURBUJAS, IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS CON CÓDIGO DE BARRAS, LA MEDICIÓN DE INTERFERENCIAS GENERALES, ASEGURANDO LA NO CONTAMINACIÓN DE LAS MUESTRAS, INCLUYENDO EN SU COSTO LA ELIMINACIÓN DE LOS DESECHOS LÍQUIDOS CON RIESGO BIOLÓGICOS Y LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE DRENAJE Y DECLORINADORES. SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES.

PUNTO 8.- DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, PÁGINA 12,

EQUIPO ANALÍTICO DE MEDIANO RENDIMIENTO Y DE RESPALDO PARA QUÍMICA CLÍNICA SECA

NUMERAL 1. EQUIPO CON TECNOLOGÍA DE QUÍMICA SECA.

ESTAS CARACTERÍSTICA SOLICITADA, "QUÍMICA SECA", "ES EXCLUSIVA DE UNA MARCA

(ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS.)

CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE DICHA ESPECIFICACIÓN SEA OPCIONAL Y SE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS DE QUÍMICA HÚMEDA CON METODOLOGÍA COLORIMÉTRICA, ENZIMÁTICAS, TURBIDIMÉTRICAS Y DE IÓN SELECTIVO, CON ESPECIFICACIONES SEMEJANTES O SUPERIORES A LA MARCA SOLICITADA.

¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SI SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LO MÍNIMO SOLICITADO EN LA RESPUESTA ANTERIOR.

ANEXO 2 PROPUESTA TÉCNICA

- PRESENTAR CROQUIS DE LA DISTRIBUCIÓN DEL EQUIPO QUE PROPONE INSTALAR EN RELACIÓN AL SISTEMA INFORMÁTICO O DIAGRAMA DE FLUJO DE LAS CONEXIONES A LA RED DEL SISTEMA INFORMÁTICO Y LOS EQUIPOS DE LABORATORIO APLICA SOLAMENTE PARA EL GRUPO 1 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE, QUE PERSONA Y EN QUE FECHA

PODRÍA PERMITIRNOS VISITAR SUS UNIDADES MEDICAS CON EL FIN DE VERIFICAR ESPACIOS Y ESTAR EN CONDICIONES DE ELABORAR DICHO CROQUIS.

RESPUESTA: NO SE REQUIERE DE UN DIAGRAMA DE ESPACIO FUNCIONAL (CROQUIS) SINO MAS BIEN DE UN DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN ENTRE LOS EQUIPOS Y EL SISTEMA INFORMATICO PROPUESTO, SIN EMBARGO PUEDE USTED ASISTIR EN HORARIO DE TRABAJO DE 08:00 A 14:00 HRS DE LUNES A VIERNES, PREVIO AVISO A LA COORDINADORA DE LA RED LA Q.F.B VICTORIA EUGENIA VÁZQUEZ BRAVO, Y AL DR. OSCAR ROLANDO ÁVILA GALVÁN ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

ANEXO 2 PROPUESTA TECNICA

- PRESENTAR CROQUIS DE LA DISTRIBUCIÓN DEL EQUIPO QUE PROPONE INSTALAR EN RELACIÓN AL SISTEMA INFORMÁTICO O DIAGRAMA DE FLUJO DE LAS CONEXIONES A LA RED DEL SISTEMA INFORMÁTICO Y LOS EQUIPOS DE LABORATORIO APLICA SOLAMENTE PARA EL GRUPO 1

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE, QUIEN Y CUANDO PODRIAN DARNOS PERMISO DE VISITAR SUS UNIDADES MEDICAS CON EL FIN DE VERIFICAR ESPACIOS Y ESTAR EN CONDICIONES DE ELABORAR DICHO CROQUIS.

RESPUESTA: FAVOR DE APEGARSE A LA RESPUESTA ANTERIOR.

A) Dudas Administrativas:

B) Dudas del Anexo 1 de Requerimientos: (Técnicas)

ANEXO 14

- ENTREGAR LOS EQUIPOS DE ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN ESTIPULADA EN EL ANEXO 12, EN EXCELENTES CONDICIONES EXTERNAS E INTERNAS CON UNA VIDA DE USO NO MAYOR A 2 AÑOS, USAR REACTIVOS Y CONSUMIBLES DE LÍNEA DE ACUERDO A LA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO, NO ENTREGAR REACTIVOS "SUSTITUTOS".

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE, QUE PARA CUMPLIR CON UNA VIDA DE USO NO MAYOR A 2 AÑOS DE LOS EQUIPOS SE DEBERÁ ENTREGA AL MOMENTO DE LA INSTALACIÓN EL PEDIMENTO DE IMPORTACIÓN DONDE SE IDENTIFIQUE LA FECHA DE FABRICACIÓN DEL EQUIPO LA CUAL NO DEBERÁ SER MAYOR A 2 AÑOS.

¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

B) Dudas del Anexo 1 de Requerimientos: (Técnicas)

NUMERAL 8.- DESCRIPCION DE LOS BIENES. EQUIPO DE UROANALISIS EQUIPO PARA EXAMEN GENERAL DE ORINA MEDIANO RENDIMIENTO PUNTO 5. SOLICITAN MEMORIA DE HASTA 2000 RESULTADOS

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON MEMORIA DE HASTA 1000 ESULTADOS.

¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.

B) Dudas: (Técnicas)

NUMERAL 8.- DESCRIPCION DE LOS BIENES. INMUNOLOGIA EQUIPO DE INMUNOLOGIA DE ALTO RENDIMIENTO MENU DE ENSAYOS INMUNOLOGICOS SOLICITAN EN EL PUNTO 18. HEPTITIS B Ag CORE Y PUNTO 22. IgE TOTAL

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA SUBROGAR LAS PRUEBAS DE HEPTITIS B Ag CORE Y IgE TOTAL O EN SU DEFECTO REALIZARLAS EN UN EQUIPO ALTERNO

¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SI SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES.

B) Dudas: (Técnicas)

NUMERAL 8.- DESCRIPCION DE LOS BIENES. INMUNOLOGIA EQUIPO DE INMUNOLOGIA DE ALTO RENDIMIENTO MENU DE ENSAYOS INMUNOLOGICOS SOLICITAN EN EL PUNTO 18. HEPTITIS B Ag CORE Y PUNTO 22. IgE TOTAL

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA SUBROGAR LAS PRUEBAS DE HEPTITIS B Ag CORE Y IgE TOTAL DADO EL VOLUMEN BAJO DE PRUEBAS Y ASI PODER DAR UNA MEJOR OFERTA

¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SI SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES.

B) Dudas: (Técnicas)

NUMERAL 8.- DESCRIPCION DE LOS BIENES. INMUNOLOGIA EQUIPO DE INMUNOLOGIA DE BAJO RENDIMIENTO MENU DE ENSAYOS INMUNOLOGICOS SOLICITAN: TSH, T3, T4, T YODO CAPTACION, CARBAMAZEPINA, ACIDO VALPROICO, FENITOINA Y LITIO.

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA SUBROGAR LAS PRUEBAS DE: TSH, T3, T4, T YODO CAPTACION, CARBAMAZEPINA, ACIDO VALPROICO, FENITOINA Y LITIO DADO EL VOLUMEN BAJO DE PRUEBAS Y ASI PODER DAR UNA MEJOR OFERTA

¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA CON RELACIÓN A LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES AL PERFIL TIROIDEO (TSH, T3, T4, T YODO CAPTACIÓN) SIN EMBARGO SE ACEPTA LA SUBROGACIÓN DE CARBAMAZEPINA, ACIDO VALPROICO, FENITOINA Y LITIO

B) Dudas: (Técnicas)

NUMERAL 8.- DESCRIPCION DE LOS BIENES. HEMOGLOBINA GLUCOSILADA EQUIPO DE MEDIANO RENDIMIENTO PARA MEDICION DE HEMOGLOBINA GLUCOSILADA PUNTO 7. SOLICITAN LINEALIDAD DE RESULTADOS DESDE 4% HASTA 19% HbA1c

LAS CARACTERISTICAS QUE SE ENLISTAN SON ESPECIFICAS PARA UNA SOLA MARCA (BIO-RAD) CON LO QUE SE LIMITALA LIBRE PARTICIPACION POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO

QUE CUMPLE CON IGUALES O MAYORES CARACTERISTICAS Y QUE TENGA UNA LINEALIDAD DE RESULTADOS DESDE 3% HASTA 18% HbA1c. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SI SE ACEPTA EN UN RANGO DE 3% HASTA 19% HBA1C. SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

B) Dudas: (Técnicas)

NUMERAL 8.- DESCRIPCION DE LOS BIENES. HEMOCULTIVOS EQUIPO PARA HENMOCULTIVOS MEDIANO RENDIMIENTO PUNTO 8. SOLICITAN BOTELLAS CON RESINA SINTETICA PARA ATRAPAR ANTIBIOTICOS

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BOTELLAS CON CALDO DE CULTIVO Y UNA CAMARA INDICADORA DE CRECIMIENTO.

¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

B) Dudas: (Técnicas)

NUMERAL 8.- DESCRIPCION DE LOS BIENES. HEMOCULTIVOS EQUIPO PARA HEMOCULTIVOS MEDIANO RENDIMIENTO PUNTO 11. SOLICITAN TECNOLOGÍA CON SENSOR FLUORESCENTE PARA INCREMENTAR LA TASAS DE RECUPERACION DE MICROORGANISMOS.

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON PRINCIPIO DE DETECCION BAROMETRICO (CAMBIO DE PRESION DE GASES EN EL ESPACIO SUPERIOR DE LA BOTELLA)

¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

B) Dudas: (Técnicas)

NUMERAL 8.- DESCRIPCION DE LOS BIENES. HEMOCULTIVOS EQUIPO PARA HEMOCULTIVOS MEDIANO RENDIMIENTO PUNTO 11. SOLICITAN TECNOLOGÍA CON SENSOR FLUORESCENTE PARA INCREMENTAR LA TASAS DE RECUPERACION DE MICROORGANISMOS.

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON PRINCIPIO DE DETECCION BAROMETRICO (CAMBIO DE PRESION DE GASES EN EL ESPACIO SUPERIOR DE LA BOTELLA)

¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

B) Dudas: (Técnicas)

NUMERAL 8.- DESCRIPCION DE LOS BIENES. COAGULACION EQUIPO ANALIZADOR DE COAGULACION DE ALTO RENDIMIENTO PUNTO 15. SOLICITAN AUTORREPETICION.



SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION QUE EL PUNTO 15. DE AUTORREPETICION SEA OPCIONAL.

¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

B) Dudas: (Técnicas)

NUMERAL 8.- DESCRIPCION DE LOS BIENES. COAGULACION EQUIPO ANALIZADOR DE COAGULACION DE ALTO RENDIMIENTO PUNTO 16. SOLICITAN QUE EL EQUIPO DE COAGULACION TENGA AUTODILUCION.

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION QUE EL PUNTO 16. DE EQUIPO QUE REALIZE AUTODILUCION SEA OPCIONAL.

¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

B) Dudas: (Técnicas)

NUMERAL 8.- DESCRIPCION DE LOS BIENES. COAGULACION EQUIPO ANALIZADOR DE COAGULACION DE MEDIANO RENDIMIENTO PUNTO 15. SOLICITAN AUTORREPETICION.

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION QUE EL PUNTO 15. DE AUTORREPETICION SEA OPCIONAL.

¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

B) Dudas: (Técnicas)

NUMERAL 8.- DESCRIPCION DE LOS BIENES. COAGULACION EQUIPO ANALIZADOR DE COAGULACION DE MEDIANO RENDIMIENTO PUNTO 16. SOLICITAN QUE EL EQUIPO DE COAGULACION TENGA AUTODILUCION.

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION QUE EL PUNTO 16. DE EQUIPO QUE REALIZE AUTODILUCION SEA OPCIONAL.

¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

B) Dudas: (Técnicas)

NUMERAL 8.- DESCRIPCION DE LOS BIENES. EQUIPO PARA QUÍMICA CLINICA EQUIPO DE QUÍMICA CLINICA SECA DE ALTO RENDIMIENTO PUNTO 3. SOLICITAN QUE EL EQUIPO TENGA UNA CAPACIDAD DE 120 POSICIONES DE REACTIVO A BORDO

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION NOS PERMUNA OFERTAR EQUIPO CON CAPACIDAD DE HASTA 65 REACTIVOS REFRIGERADOS ABORDO DADO QUE SOLAMENTE ESTAN SOLICITANDO EN EL MENU DE PRUEBAS 30 PRUEBAS DIFERENTES PARA EL EQUIPO.

¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

NUMERAL 8.- DESCRIPCION DE LOS BIENES. HEMOGLOBINA GLUCOSILADA EQUIPO DE MEDIANO RENDIMIENTO PARA MEDICION DE HEMOGLOBINA GLUCOSILADA

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA QUE ESTE ESTUDIO DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA PUEDA SER PROCESADO EN LOS EQUIPO DE QUÍMICA CLÍNICA QUE SE INSTALARAN ASÍ SE TENDRÁ EN UN MISMO EQUIPO TODOS LOS ESTUDIOS ADEMÁS DEL AHORRO DEL ESPACIO FÍSICO

SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO, NO SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA LOS EQUIPOS DE MEDIANO RENDIMIENTO SIN EMBARGO PUEDE OFERTARLA PARA LOS EQUIPOS DE BAJO RENDIMIENTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

B) Dudas Técnicas:

PUNTO 8.- DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, PÁGINA 23, SISTEMA INFORMÁTICO
ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA LAS UNIDADES.

- EXISTE INTRANET QUE COMUNIQUE TODOS LOS HOSPITALES?
- EXISTE LISTADO DE LAS PRUEBAS QUE SE ENVIARAN A OTROS HOSPITALES?
- CUAL SERÍA LA CANTIDAD DE PACIENTES POR HOSPITAL?
- EXISTE SALIDA A INTERNET EN LOS HOSPITALES?
- SERÁ PROPORCIONADO UN NODO CON CONEXIÓN A LA RED INTERNA DE CADA HOSPITAL?

RESPUESTAS:

PREGUNTA 1. NO EXISTE INTRANET QUE COMUNIQUE A LOS HOSPITALES.

PREGUNTA 2. NO EXISTE UN LISTADO DE PRUEBAS QUE SE ENVÍEN

PREGUNTA 3. EL NÚMERO DE PACIENTES ES VARIABLE EN CADA UNIDAD, SE LE HARÁ SABER SI RESULTA ADJUDICADO, SIN EMBARGO, ESTA INFORMACIÓN NO ES RELEVANTE PARA QUE USTED REALICE SU PROPUESTA DEL SISTEMA INFORMÁTICO.

PREGUNTA 4. NO, EL LICITANTE SERÁ RESPONSABLE DE CONTRATAR EL SERVICIO.

PREGUNTA 5. SE LE PERMITIRÁ CONECTARSE A LA RED DE LOS HOSPITALES EN CASO DE QUE SEA NECESARIO, SIN EMBARGO, EL LICITANTE SERÁ RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN DE LA RED EN EL LABORATORIO.

2.- COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.

1.- REFERENTE AL APARTADO "DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS A INSTALAR", PÁG. 11, ENCONTRAMOS QUE LA CANTIDAD DE EQUIPOS SOLICITADOS DIFIERE A LOS QUE SE ENUMERAN EN EL ANEXO 12, TABLA DE EQUIPOS A COMODATO A COLOCAR (PÁGINAS 80 A 82). POR EJEMPLO, EN LA PÁG. 14-15 SOLICITAN UN

TOTAL DE 41 EQUIPOS DE BIOMETRÍA HEMÁTICA, MIENTRAS QUE EN EL ANEXO 12, LA CANTIDAD DE EQUIPOS SOLICITADOS ES DE 48. IGUALMENTE, SE PRESENTA EL MISMO CASO PARA OTROS EQUIPOS, POR LO QUE SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS ACLARE ¿CUÁL SERÁ LA CANTIDAD CORRECTA DE EQUIPOS A CONSIDERAR, LA QUE SE MENCIONA EN EL APARTADO "DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS A INSTALAR", O LA QUE SE MENCIONA EN EL "ANEXO 12"?

RESPUESTA: FAVOR DE APEGARSE AL ANEXO 12 APARTADO "EQUIPOS A COMO DATO A INSTALAR "PARA EL NÚMERO TOTAL DE EQUIPOS Y APLICA PARA TODOS LOS LICITANTES.

2.- REFERENTE AL PUNTO DE DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS A INSTALAR, EQUIPO ANALÍTICO DE HEMATOLOGÍA, ENCONTRAMOS QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS PARA LOS EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO, SON IGUALES A LAS SOLICITADAS PARA LOS EQUIPOS DE MEDIANO RENDIMIENTO Y RESPALDO, POR LO QUE ENTENDEMOS QUE AMBAS ESTÁN REPETIDAS Y CORRESPONDEN A LOS EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO, ¿ES CORRECTA ESTA APRECIACIÓN? EN CASO DE RESPUESTA AFIRMATIVA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE LAS CARACTERÍSTICAS CORRECTAS PARA LOS EQUIPOS DE MEDIANO RENDIMIENTO Y RESPALDO.

RESPUESTA: FAVOR DE APEGARSE A LA ACLARACION REALIZADA POR LA CONVOCANTE.

3.- REFERENTE AL PUNTO DE DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS A INSTALAR, EQUIPO ANALÍTICO DE HEMATOLOGÍA (PÁGINA 16) TIENE COMO SUBTÍTULO MENÚ DE ENSAYOS PARA PERFIL DE HEMATOLOGÍA BAJO RENDIMIENTO Y ENLISTAN UNA SERIE DE ESPECIFICACIONES QUE CORRESPONDEN A UN EQUIPO DE BAJO RENDIMIENTO PERO NO SE INFORMA EN QUE UNIDADES SE INSTALARA ESE TIPO DE EQUIPO. FAVOR DE ACLARAR.

RESPUESTA: FAVOR DE APEGARSE A LA ACLARACION REALIZADA POR LA CONVOCANTE Y A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 12 DE LAS BASES.

4.- REFERENTE AL PUNTO DE DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS A INSTALAR, EQUIPO DE INMUNOLOGÍA DE ALTO RENDIMIENTO, MENÚ DE ENSAYOS INMUNOLÓGICOS (PÁGINA 18) ESTUDIOS: ANA ANTICUERPOS ANTINUCLEARES E IGE TOTAL, A ESTE RESPECTO, EN LA LICITACIÓN 2018, SE PERMITÍA PARA ESTE EQUIPO, QUE HASTA 3 ESTUDIOS PUDIERAN SER SUBROGADOS, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA QUE ESTOS ESTUDIOS SE PUEDAN PROCESAR EN OTRO LABORATORIO, ¿SE ACEPTA ESTA PROPUESTA?

RESPUESTA: SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.

5.- REFERENTE AL PUNTO DE DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS A INSTALAR, EQUIPO DE INMUNOLOGÍA BAJO RENDIMIENTO, HOSPITAL DE SALUD MENTAL (PÁGINA 19) ESTUDIOS: CARBAMAZEPINA, ACIDO VALPROICO, FENITOÍNA Y LITIO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA QUE ESTOS ESTUDIOS SE PUEDAN OFERTAR PARA REALIZARSE EN EL EQUIPO DE QUÍMICA CLÍNICA, YA QUE ESTO NO AFECTARÍA LA PRODUCTIVIDAD U OPERATIVIDAD DEL LABORATORIO. ¿SE ACEPTA ESTA PROPUESTA?

RESPUESTA: NO, NO SE ACEPTA SU PROPUESTA YA QUE NO ES POSIBLE REALIZARLAS EN UN EQUIPO ALTERNO POR MOTIVOS DE ESPACIO Y

PERSONAL EN EL LABORATORIO, SIN EMBARGO SE ACEPTA LA SUBROGACIÓN DE LAS PRUEBAS MENCIONADAS

6.- EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

1. EQUIPO DE PISO QUE UTILICE METODO DE ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA O QUIMIOLUMINISCENCIA.
2. QUE CUENTE CON UN SOLO TIPO DE GRADILLAS CAPACES DE ACEPTAR TUBOS DE TODAS LAS MEDIDAS Y TAMAÑOS INCLUYENDO MICROCAPAS PARA MUESTRAS PEDIATRICAS Y/O GERIATRICAS.
3. PRODUCTIVIDAD DE HASTA 100 PRUEBAS POR HORA
4. HASTA 25 REACTIVOS REFRIGERADOS A BORDO.
5. CAPACIDAD DE ACCESO CONTINUO DE MUESTRAS Y PROCESAMIENTO DE URGENCIAS.
6. VOLUMEN DE MUESTRA MENOR DE 250 MICROLITROS.
7. REACTIVOS LISTOS PARA USARSE.
8. REACTIVOS CON ESTABILIDAD DE 30 DÍAS A BORDO.
9. SISTEMA DE DETECCION DE COAGULOS Y BURBUJAS EN MUESTRAS.
10. CON LECTOR DE CODIGO DE BARRAS PARA REACTIVOS Y MUESTRAS
11. QUE SE PUEDA INTERFAZAR AL SISTEMA DEL LABORATORIO
12. CON CAPACIDAD DE DILUCIONES AUTOMATICAS.
13. CON CONTROL DE CALIDAD INTEGRADO Y GRAFICAS DE LEVEY-JENNINGS.
14. CON CAPACIDAD PARA ALMACENAR HASTA 50,000 RESULTADOS.
15. CON REGULADOR DE VOLTAJE Y BATERÍA DE RESPALDO.

¿SE ACEPTA ESTA PROPUESTA?

RESPUESTA: SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.

7.- REFERENTE AL PUNTO DE DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS A INSTALAR, EQUIPO DE MEDIANO RENDIMIENTO PARA MEDICIÓN DE HEMOGLOBINA GLUCOSILADA (PÁGINA 21) EN EL PUNTO 7 SE SEÑALA "LINEALIDAD DE RESULTADOS DESDE UN 4% HASTA 19% HBA1C", SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN INSTRUMENTO QUE TIENE UNA LINEALIDAD DE 3.8 % A 18.5 %. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA: SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.

8.- REFERENTE AL PUNTO DE DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS A INSTALAR, EQUIPO DE COAGULACIÓN DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO (PÁGINA 17) SE MENCIONAN UNA SERIE DE PARÁMETROS CALCULADOS A PARTIR DE TP, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UN REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE FIBRINÓGENO, PARA QUE ÉSTE NO SEA CALCULADO, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA: NO, NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES.

8.- REFERENTE AL ANEXO 1.2, (PÁGINA 40, 44) SE ENLISTA LA CANTIDAD DE INSUMOS QUE SE DEBEN ENTREGAR PARA LOS NUEVE MESES QUE DURA LA LICITACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LA ENTREGA DE

ÉSTOS INSUMOS SERÁ EN UNA SOLA ENTREGA Ó SE HARÁN ENTREGAS PARCIALES?

RESPUESTA: SE HARÁN ENTREGAS PARCIALES, Y LA DISTRIBUCIÓN SE LE PROPORCIONARA AL LICITANTE ADJUDICADO, CON UNA CALENDARIZACIÓN DE LOS MISMOS POR BIMESTRE.

9.- CON RESPECTO A LA PREGUNTA ANTERIOR, PARA EL CASO DE SOLICITAR ENTREGAS PARCIALES, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LA FRECUENCIA DE ÉSTAS Y LAS CANTIDADES QUE SE ENTREGARÁN EN CADA UNA DE ELLAS

RESPUESTA: SE HARÁN ENTREGAS PARCIALES, Y LA DISTRIBUCIÓN SE LE PROPORCIONARA AL LICITANTE ADJUDICADO, CON UNA CALENDARIZACIÓN DE LOS MISMOS POR BIMESTRE.

10.- REFERENTE AL ANEXO 1.2, (PÁGINA 44, NÚMEROS 89, 90, 91, 98 Y 99) LOS INSUMOS SOLICITADOS NO CORRESPONDEN AL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO SINO A PATOLOGÍA, POR LO QUE ENTENDEMOS QUE ESTE ES UN ERROR Y ÉSTAS NO SE REQUIEREN, ¿ES CORRECTA ESTA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. FAVOR DE APEGARSE A LA ACLARACION REALIZADA POR LA CONVOCANTE.

11.- REFERENTE AL ANEXO 1.2, MICROBIOLOGÍA (PÁGINA 44-48) SE ENLISTA LA CANTIDAD DE INSUMOS QUE SE DEBEN ENTREGAR PARA LOS NUEVE MESES QUE DURA LA LICITACIÓN, A ESTE RESPECTO, CONSIDERAMOS QUE LA SUMA DE ESTOS INSUMOS ADICIONALES SOLICITADOS, ES DEMASIADO, POR LO QUE EL COSTO DE LA PRUEBA SE INCREMENTARÍA EN DEMASÍA, LO QUE EN TOTAL MUY PROBABLEMENTE SOBREPASA EL TECHO PRESUPUESTAL, POR LO QUE SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRME SI ES CORRECTA LA DESCRIPCIÓN Y LA CANTIDAD DE INSUMOS ADICIONALES QUE SE SOLICITAN

RESPUESTA: SI, ES CORRECTA LA DESCRIPCIÓN Y LAS CANTIDADES SOLICITADAS. FAVOR DE APEGARSE A LOS SOLICITADO EN LAS BASES.

3.- CENTRUM PROMOTORA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

NUMERAL 17, INCISO DD) SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE, PARA AQUELLA DOCUMENTACIÓN QUE NO APLICA A MI REPRESENTADA SE PERMITA PRESENTAR ANEXO (EN CASO DE EXISTIR) CON MARCA DE AGUA NO APLICA ACOMPAÑADO DE UN ESCRITO MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO CITADO. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SI SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.

NUMERAL 8

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES TERCER PÁRRAFO.

DEBIDO A QUE LOS EQUIPOS A OFERTAR E INSTALAR SON DE IMPORTACION, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE LA FECHA LIMITE PARA LA INSTALACION DE EQUIPOS SEA A MÁS TARDAR 60 DÍAS DESPUÉS DEL FALLO. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO, EL PLAZO LIMITE ESTABLECIDO ES DE 45 DIAS POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO.

PREGUNTAS TÉCNICAS

NUMERAL PREGUNTA RESPUESTA

NUMERAL 8

DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS A INSTALAR.

EQUIPO PARA QUIMICA CLINICA SECA DE ALTO RENDIMIENTO Y MEDIANO RENDIMIENTO SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS CON TECNOLOGIA DE QUIMICA HÚMEDA QUE NO UTILICE PRUEBAS INDIVIDUALES EN LAMINILLAS (MICROSLIDE) Y QUE NO UTILICE MICROCUBETAS (MICROTIP). LO ANTERIOR PARA QUE LA CONVOCANTE CUENTE CON MAYOR PARTICIPACIÓN DE LICITANTES ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO EL EQUIPO OFERTADO CUMPLA AL MENOS CON LA VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO, CANTIDAD POR HORA Y SEGURIDAD EN EL RESULTADO, QUE EL RESULTADO EMITIDO SEA CERTERO EN EL PROCESO LA ELIMINACIÓN DEL CARRY OVER, LA DETECCIÓN EFICIENTE DE COÁGULOS Y BURBUJAS , IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS CON CÓDIGO DE BARRAS, LA MEDICIÓN DE INTERFERENCIAS GENERALES, ASEGURANDO LA NO CONTAMINACIÓN DE LAS MUESTRAS, INCLUYENDO EN SU COSTO LA ELIMINACIÓN DE LOS DESECHOS LÍQUIDOS CON RIESGO BIOLÓGICOS Y LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE DRENAJE Y DECLORINADORES.

NUMERAL 8

DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS A INSTALAR.

EQUIPO PARA QUIMICA CLINICA SECA DE ALTO RENDIMIENTO SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS CON TECNOLOGIA DE QUIMICA HÚMEDA CUYAS ESPECIFICACIONES 17 Y 19 SEAN DE ACUERDO A LA MARCA OFERTADA DIFERENTE A VITROS® ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS. LO ANTERIOR PARA QUE LA CONVOCANTE CUENTE CON MAYOR PARTICIPACIÓN DE LICITANTES ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO EL EQUIPO OFERTADO CUMPLA AL MENOS CON LA VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO, CANTIDAD POR HORA Y SEGURIDAD EN EL RESULTADO, QUE EL RESULTADO EMITIDO SEA CERTERO EN EL PROCESO LA ELIMINACIÓN DEL CARRY OVER, LA DETECCIÓN EFICIENTE DE COÁGULOS Y BURBUJAS , IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS CON CÓDIGO DE BARRAS, LA MEDICIÓN DE INTERFERENCIAS GENERALES, ASEGURANDO LA NO CONTAMINACIÓN DE LAS MUESTRAS, INCLUYENDO EN SU COSTO LA ELIMINACIÓN DE LOS DESECHOS LÍQUIDOS CON RIESGO BIOLÓGICOS Y LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE DRENAJE Y DECLORINADORES.

NUMERAL 8

DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS A INSTALAR.

EQUIPO ANALÍTICO DE HEMATOLOGÍA DE ALTO RENDIMIENTO Y MEDIANO RENDIMIENTO SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE NOS PERMITA

OFERTAR EQUIPOS CON PRINCIPIO DE MEDICION CON TECNOLOGÍA DE CITOMETRÍA DE FLUJO, RAYO LÁSER Y CITOQUÍMICA. LO ANTERIOR PARA QUE LA CONVOCANTE CUENTE CON MAYOR PARTICIPACIÓN DE LICITANTES. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SI SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.

PREGUNTA

NUMERAL 8

DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS A INSTALAR.

EQUIPO PARA QUIMICA CLINICA SECA DE ALTO RENDIMIENTO Y MEDIANO RENDIMIENTO SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE ACEPTE OFERTAR METODOLOGIA DE COLORIMÉTRICAS, ENZIMÁTICAS O TURBIDIMÉTRICAS. ISE PARA ELECTROLITOS SÉRICOS Y URINARIOS, SE ACEPTA?

RESPUESTA: SI SE ACEPTA SU PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO EL EQUIPO OFERTADO CUMPLA AL MENOS CON LA VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO, CANTIDAD POR HORA Y SEGURIDAD EN EL RESULTADO, QUE EL RESULTADO EMITIDO SEA CERTERO EN EL PROCESO LA ELIMINACIÓN DEL CARRY OVER, LA DETECCIÓN EFICIENTE DE COÁGULOS Y BURBUJAS , IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS CON CÓDIGO DE BARRAS, LA MEDICIÓN DE INTERFERENCIAS GENERALES, ASEGURANDO LA NO CONTAMINACIÓN DE LAS MUESTRAS, INCLUYENDO EN SU COSTO LA ELIMINACIÓN DE LOS DESECHOS LÍQUIDOS CON RIESGO BIOLÓGICOS Y LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE DRENAJE Y DECLORINADORES

NUMERAL 8

DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS A INSTALAR.

EQUIPO PARA QUIMICA CLINICA SECA DE ALTO RENDIMIENTO Y MEDIANO RENDIMIENTO SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE ACEPTE OFERTAR EQUIPO QUE SE COMPONGA POR MAS DE UN MODULO, Y QUE CADA UNO DE ESTOS MODULOS TENGA LA CAPACIDAD DE CARGA DE 60 REACTIVOS, SE ACEPTA?

RESPUESTA: SI SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.

NUMERAL 8

DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS A INSTALAR.

EQUIPO PARA QUIMICA CLINICA SECA DE ALTO RENDIMIENTO Y MEDIANO RENDIMIENTO SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE ACEPTE OFERTAR EQUIPO QUE TENGA UNA CAPACIDAD DE 60 PBAS POR HORA SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO, NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR, DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES.

NUMERAL 8

DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS A INSTALAR.

EQUIPO PARA QUIMICA CLINICA SECA DE ALTO RENDIMIENTO Y MEDIANO RENDIMIENTO

DICE... E-CONNECTIVITY™: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ESTA CARACTERISTICA SEA ELIMINADA, YA QUE A TODAS LUCES SE APRECIA QUE ESTA LICITACION ESTA DIRIGIDA A QUE SOLO UNA CASA COMERCIAL CUMPLA CON LO SOLICITADO, LIMITANDO AL LIBRE PARTICIPACION Y PREDISPONINDO LA SIGNACION DE LA MISMA A UN PROVEEDOR EN ESPECIFICO.

RESPUESTA: FAVOR DE APEGARSE A LA ACLARACION REALIZADA POR LA CONVOCANTE.

NUMERAL 8

DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS A INSTALAR.

EQUIPO PARA QUIMICA CLINICA SECA DE ALTO RENDIMIENTO Y MEDIANO RENDIMIENTO

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE ACEPTE OFERTAR EQUIPO CON RS 232 INTERFASE SERIAL, BI-DIRECCIONAL, SE ACEPTA?

RESPUESTA: FAVOR DE APEGARSE A LA ACLARACION REALIZADA POR LA CONVOCANTE.

NUMERAL 8

DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS A INSTALAR.

EQUIPO PARA QUIMICA CLINICA SECA DE ALTO RENDIMIENTO Y MEDIANO RENDIMIENTO SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE ACEPTE OFERTAR METODOLOGIA DE COLORIMÉTRICAS, ENZIMÁTICAS O TURBIDIMÉTRICAS. ISE PARA ELECTROLITOS SÉRICOS Y URINARIOS, SE ACEPTA?

RESPUESTA: SI SE ACEPTA SU PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO EL EQUIPO OFERTADO CUMPLA AL MENOS CON LA VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO, CANTIDAD POR HORA Y SEGURIDAD EN EL RESULTADO, QUE EL RESULTADO EMITIDO SEA CERTERO EN EL PROCESO LA ELIMINACIÓN DEL CARRY OVER, LA DETECCIÓN EFICIENTE DE COÁGULOS Y BURBUJAS , IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS CON CÓDIGO DE BARRAS, LA MEDICIÓN DE INTERFERENCIAS GENERALES, ASEGURANDO LA NO CONTAMINACIÓN DE LAS MUESTRAS, INCLUYENDO EN SU COSTO LA ELIMINACIÓN DE LOS DESECHOS LÍQUIDOS CON RIESGO BIOLÓGICOS Y LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE DRENAJE Y DECLORINADORES

NUMERAL 8

DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS A INSTALAR.

EQUIPO PARA QUIMICA CLINICA SECA DE ALTO RENDIMIENTO Y MEDIANO RENDIMIENTO

8. EL SOFTWARE DEL SISTEMA DEBE ALERTAR, CON LA ANTELACIÓN QUE DEFINE EL USUARIO, SOBRE LAS NECESIDADES DE REACTIVOS Y CALIBRACIONES SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ESTA CARACTERISTICA SEA ELIMINADA, YA QUE A TODAS LUCES SE APRECIA QUE ESTA LICITACION ESTA DIRIGIDA A QUE SOLO UNA CASA COMERCIAL CUMPLA CON LO SOLICITADO, LIMITANDO AL LIBRE PARTICIPACION Y PREDISPONINDO LA SIGNACION DE LA MISMA A UN PROVEEDOR EN ESPECIFICO.

RESPUESTA: FAVOR DE APEGARSE A LA ACLARACION REALIZADA POR LA CONVOCANTE.

NUMERAL 8

DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS A INSTALAR.

EQUIPO PARA QUIMICA CLINICA SECA DE ALTO RENDIMIENTO Y MEDIANO RENDIMIENTO

7. CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN DESDE 200 MICROLITROS, CONTROLADO POR VÁLVULA DE DOS VÍAS, UNA DE ASPIRACIÓN Y UNA DE DESECHO SE SOLICITA QUE ESTA CARACTERISTICA SEA ELIMINADA YA QUE A TODAS LUCES ESTA SOLICITADA CON LA FINALIDAD DE QUE SOLO UNA CASA COMERCIAL PUEDA CUMPLIR CON LA MISMA, DEJANDO VER QUE ESTA ADJUDICACION YA ESTA ASIGNADA A UN PROVEEDOR ESPECIFICO, SE ACEPTA?

RESPUESTA: EN LAS BASES, PARA LOS EQUIPOS DE QUIMICA CLINICA SECA DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO NO SE MENCIONA LA CARACTERISTICA A LA QUE SE HACE REFERENCIA EN LA PREGUNTA, ESTE NUMERAL SE ENCUENTRA EN LA QUÍMICA DE BAJO RENDIMIENTO. FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES.

NUMERAL 8

DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS A INSTALAR.

HEMATOLOGIA ALTO RENDIMIENTO...

18. CON CAPACIDAD DE PROCESAR COMO MINIMO 80 PRUEBAS POR HORA

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE ACEPTE OFERTAR EQUIPO CON UNA VELOCIDAD DE 70 PRUEBAS POR HORA, SE ACEPTA?

RESPUESTA: SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.

NUMERAL 8

DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS A INSTALAR.

INMUNOLOGIA EQUIPO DE INMUNOLOGIA DE ALTO RENDIMIENTO SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE ACEPTE OFERTAR EQUIPO CON UNA VELOCIDAD DE 170 PRUEBAS POR HORA, SE ACEPTA?

MENU DE ENSAYOS INMUNOLOGICOS SE SOLICITA A LC ONVOCANTE QUE LAS PRUEBAS SEÑALADAS A CONTINUACION SEAN SECEPTIBLES DE CORRERSE EN LSO EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO DE QUIMICA CLINICA, SE ACEPTA?

ACIDO VALPROICO

CARBAMACEPINA

FENITOINA

RESPUESTA: SI, SE ACEPTA UNA PRODUCTIVIDAD DE 170 PRUEBAS POR HORA PARA EQUIPO DE INMUNOLOGIA DE ALTO RENDIMIENTO Y PARA LAS PRUEBAS DE ACIDO VALPROICO, CARBAMACEPINA Y FENITOINA, SE ACEPTA SU PROPUESTA DE REALIZARLO EN LOS EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO.



LAS SIG PRUEBAS QUE SE PUEDAN SUBROGAR EN UN LABORATORIO DE REFERENCIA:

ANTI CUERPOS ANTI NUCLEARES

TU YODO CAPTACION

RESPUESTA: SE ACEPTA LA SUBROGACIÓN DEL ESTUDIO ANTICUERPOS ANTINUCLEARES. NO SE ACEPTA LA SUBROGACIÓN DEL ESTUDIO TU YODO CAPTACIÓN DEBIDO A QUE ESTE ESTUDIO ES PARTE DEL PERFIL TIROIDEO Y ES UN ESTUDIO DE MUCHA DEMANDA Y LOS RESULTADOS DEL PERFIL TIROIDEO COMPLETO SE DEBEN DE TENER AL MISMO TIEMPO.

PERFIL CARDIACO SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACEPTE OFERTAR NT PROBPNP, EN LUGAR DE BNP, SIENDO QUE LA QUE PROPONEMOS TIENE UNA MAYOR ESTABILIDAD EN EL ORGANISM, SE ACEPTA?

RESPUESTA: SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR TROPONINA, SE ACEPTA?

PERFIL CARDIACO SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACEPTE OFERTAR EQUIPO QUE TRABAJE CON SANGRE TOTAL VENOSA HEPARINIZADA, SE ACEPTA?

RESPUESTA: SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO EL EQUIPO EL CUAL OFERTEN SEA DE IGUAL O MAYOR TECNOLOGÍA Y DE REQUERIR INSUMOS DIFERENTES A LOS SOLICITADOS, SEAN ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR SIN COSTO A LA CONVOCANTE, ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE ACEPTE OFERTAR EQUIPO QUE TRABAJE CON METODOLOGIA DE REACCIÓN DE SÁNDWICH EN UN PASO (REFLECTANCIA), SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO EL EQUIPO EL CUAL OFERTEN SEA DE IGUAL O MAYOR TECNOLOGÍA Y DE REQUERIR INSUMOS DIFERENTES A LOS SOLICITADOS, SEAN ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR SIN COSTO A LA CONVOCANTE, ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

PERFIL CARDIACO SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE ACEPTE OFERTAR EQUIPO QUE ALMECENE 500 RESUOTADOS DE PACIENTES, SE ACEPTA?

RESPUESTA: SI SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES.

PERFIL CARDIACO SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE ACEPTE OFERTAR EQUIPO CON OPCIÓN DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS VÍA PUERTO INFRARROJO A UNA IMPRESORA EXTRENA, SE ACEPTA?

RESPUESTA: SI SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES.

QUINTO.- SE INFORMA QUE SE RECIBIO COMPROBANTE DE PAGO DE LAS EMPRESAS, PROVEEDORA DE MEDICAMENTOS ALMASE, S. DE R.L. DE C.V., COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATOIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.; CENTRUM PROMOTORA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.; INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S.A. DE C.V.;



SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
LP/E/SSA/006/2019
"ADQUISICIÓN DE PRUEBAS DE LA RED DE
LABORATORIO CLINICO"



COMERCIALIZADORA ERAC, S.A. DE C.V.; DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA GAP, S.A. DE C.V.

SEXTO.- SE INFORMA QUE EL REGISTRO DE LICITANTES TENDRÁ EFECTO EL DÍA **25 DE MARZO DE 2019**, A PARTIR DE LAS **13:00 HORAS Y HASTA LAS 13:50** EN LAS OFICINAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SITO EN CALLE CUAUHTÉMOC NUMERO 225 NORTE, C.P. 34000 DURANGO, DGO., ASÍ MISMO EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICO-ECONÓMICA SE LLEVARA A CABO EL DÍA **25 DE MARZO DE 2019, A LAS 14:00 HORAS**, EN LA SALA DE JUNTAS ANEXA A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO, SITO EN CUAUHTÉMOC NUMERO 225 NORTE, C.P. 34000, DURANGO DGO.

SÉPTIMO.- AL TÉRMINO DE ESTA JUNTA SE ENTREGARA COPIA DE LA PRESENTE ACTA A TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE PARTICIPARON EN ELLA, ASÍ COMO AQUELLOS QUE HAYAN ADQUIRIDO BASES, SIENDO RESPONSABILIDAD DE LOS MISMOS RECOGER LA COPIA RESPECTIVA AL TERMINO DEL EVENTO, TENIÉNDOSE POR NOTIFICADOS AQUELLOS QUE NO ACUDAN A RECOGERLA, INFORMÁNDOLES QUE PODRÁN SOLICITAR COPIA DENTRO DE LAS 24 HORAS SIGUIENTES VÍA TELEFÓNICA EN UN HORARIO DE LAS 9:00 A LAS 15:00 HORAS, AL TELÉFONO 01 618 1 37 70 20 / 1 37 74 82 Ó A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO licitaciones.ssd@durango.gob.mx ASI COMO EN LA PAGINA DEL SISTEMA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES comprasestatal.durango.gob.mx PARA QUE LOS ACUERDOS SEAN TOMADOS EN CUENTA PARA SU OBSERVANCIA OBLIGATORIA.

CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO MÁS ACLARACIONES POR PARTE DE LOS LICITANTES, NI POR PARTE DE LA CONVOCANTE, DECLARA EL ING. FEDERICO PEÑA VAZQUEZ, TERMINADO EL ACTO SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HUBIERE LUGAR, CONSTE.

POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO

ING. FEDERICO PEÑA VAZQUEZ
REPRESENTANTE DEL DR. SERGIO GONZALEZ ROMERO
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO

DR. CRESCENCIO BELTRAN BELTRAN
COMISIONADO ESTATAL DE LA COPRISED

Q.F.B. ANAI REGIS MARTINEZ
DIRECTORA DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD
PUBLICA

Q.F.B. VICTORIA EUGENIA VAZQUEZ BRAVO
COORDINADORA DE LA RED DE LABORATORIO
ESTATAL

DR. OSCAR ROLANDO AVILA GALVAN
LICITACIONES

ING. OSCAR VALENZUELA URREA
COORDINADOR DE ABASTO

POR LOS LICITANTES

NOMBRE DE LA EMPRESA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
CENTRUM PROMOTORA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	SERGIO TADEO ARJONA RIVERA	
COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.	OCTAVIO CASTRO GALLARDO	