

ACTA DEL EVENTO DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LP/E/SSA/009/2019-CONVOCADA POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO, PARA LA ADQUISICION DE SERVICIO INTEGRAL DE OSTEOSINTESIS Y ARTROSCOPIA (MATERIAL DE OSTEOSINTESIS), DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ART. 28 FRACCIÓN II DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE DURANGO.

EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 10 DE MAYO DE 2019, ESTANDO PRESENTE EL ING. FEDERICO PEÑA VAZQUEZ JEFE DE ADQUISICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD, REPRESENTANTE DEL DR. SERGIO GÓNZALEZ ROMERO SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO, DE CONFORMIDAD CON LA DELEGACIÓN DE FACULTADES EXPEDIDA A SU NOMBRE, QUE OBRA EN EL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE LICITACION, Y REUNIDOS LOS ABAJO FIRMANTES EN EL AULA ANEXA A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO, SITO EN CALLE CUAUHTÉMOC NO. 225 NORTE, C.P. 34000, ZONA CENTRO, DURANGO, DGO., CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA REUNIÓN DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NÚMERO LP/E/SSA/009/2019, QUE EFECTÚAN LOS SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO PARA LA ADQUISICION DEL SERVICIO INTEGRAL DE OSTEOSINTEIS Y ARTROSCOPIA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.3 DE LAS BASES RESPECTIVAS Y POR EL ARTÍCULO 28 FRACCION II DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE DURANGO.

ORDEN DEL DÍA:

PRIMERO.- SE DA LA BIENVENIDA POR PARTE DEL ING. FEDERICO PEÑA VAZQUEZ, A TODOS LOS PRESENTES.-

SEGUNDO.- SE CUENTA CON PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS LICITANTES DE:

- 1.- PROVEEDORA HISPANA SA DE CV.
- 2.- JESUS RAFAEL VALENZUELA ROBLES.
- 3.- SINCRONIA MÉDICA APLICADA S.A DE C.V
- 4.- ALCA DESARROLLADORA DE PROYECTOS Y SERVICIOS COMERCIALES S.A. DE C.V
- 5.- ARMANDO GUZMAN SANCHEZ
- 6.- BEATRIZ GOMEZ MARTINEZ
- 7.- PROVEDORA DE MEDICAMENTOS ALMASE S. DE RL DE CV.

TERCERO.- SE DA LECTURA A LAS PRECISIONES A LAS BASES POR PARTE DE LA CONVOCANTE:

PRECISIONES A LAS BASES

PRECISIÓN 1

DEBIDO A QUE NO EXISTEN FABRICANTES NACIONALES PARA LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS REQUERIDOS, SE PERMITIRÁ QUE SE OFERTE PRODUCTOS DE MANUFACTURACIÓN EXTRANJERA, DEBIENDO INTEGRAR A LA PROPUESTA TÉCNICA EL CERTIFICADO DE CALIDAD YA SEA EL, ISO 13485, FDA, JIS O TUV PARA CADA UNA DE LAS SUBPARTIDAS OFERTADAS O CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS PARA FABRICANTES NACIONALES.

PRECISIÓN 2

SOBRE EL NUMERAL 17 REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN EL CONCURSO, INCISO K, ESTA CONVOCANTE PRECISA QUE LA CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE, DISTRIBUIDOR PRIMARIO O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO DEBERÁ INTEGRARSE EN LA PROPUESTA TÉCNICA BAJO EL SIGUIENTE FORMATO:

**ANEXO 11
CARTA DE APOYO**

TEXTO QUE DEBERÁ EMPLEAR EL LICITANTE, PARA PRESENTAR SU PROPOSICIÓN EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA.

FECHA _____

DR SERGIO GÓNZALEZ ROMERO.
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO

QUIEN SUSCRIBE _____, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA _____ **DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** QUE MI REPRESENTADA RESPALDA LA PROPUESTA TÉCNICA QUE PRESENTA LA EMPRESA _____ PARA LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

PARTIDA	SUBPARTID	TIPO	NOMBRE	CLAVE	DESCRIPCIÓN

ASI MISMO, MANIFESTAMOS QUE CONTAMOS CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON EL SUMINISTRO DE LOS PRODUCTOS QUE RESULTEN ADJUDICADOS EN ESTE PROCEDIMIENTO LICITATORIO

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

PRECISIÓN 3

SOBRE EL NUMERAL 17, INCISO V, PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, EL LICITANTE DEBERÁ ANEZAR COPIA DEL CERTIFICADO ISO 9001 Y EN CUYO OBJETO DEBERÁ ESTAR ASENTADO QUE ESTÁ CERTIFICADO PARA PROVEER SERVICIOS INTEGRALES SEMEJANTES AL SERVICIO OBJETO DE LA LICITACIÓN, EN CASO DE NO ADJUNTARLO EN LA PROPUESTA TÉCNICA SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.

PRECISIÓN 4

SOBRE EL NUMERAL 17, INCISO X, PARA DAR CUMPLIMIENTO CON ESTE PUNTO, EL LICITANTE DEBERÁ COMPROBAR MEDIANTE LA ENTREGA DE UNA CONSTANCIA EMITIDA POR INSTITUCIÓN PÚBLICA QUE CADA UNA DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DEL SERVICIO ESTÁN DEBIDAMENTE CAPACITADAS EN EL OJETO DE ESTA LICITACIÓN. LA FALTA DE ESTE DOCUMENTO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.

PRECISIÓN 5

PARA DARLE CERTEZA A LOS LICITANTES, LA CANTIDAD DE PERSONAL QUE DEBERÁN PROPORCIONAR A FIN DE DARLE CUMPLIMIENTO A ESTA LICITACIÓN SERÁ DE LA SIGUIENTE FORMA:

NÚMERO	ESPECIALIDAD	FUNCIONES
4	TÉCNICO DE APOYO PARA OSTEOSÍNTESIS	INSTRUMENTAR CIRUGÍA, PREPARAR MATERIAL, ADMISNISTRATIVAS
3	TÉCNICO DE APOYO PAR ARTROSCOPIÁ	INSTRUMENTAR CIRUGÍA, PREPARAR MATERIAL, ADMISNISTRATIVAS
1	SUPERVISOR	LABORES ADMINISTRATIVAS

PARA CADA UNO DEBERÁ ENTREGAR LAS CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN MENCIONADAS EN LA PRECISIÓN 4

PRECISIÓN 6

SOBRE LAS SUBPARTIDAS DE LA **PARTIDA 2**

CANTIDAD	INSUMO	ESPECIALIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
155	INSUMO	060.620.0095	Tornillo canulado autorroscante y de compresión, de 3.0 mm de diámetro, para cirugía de pie. Longitud de 10.0 mm a 34.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Pieza	1
156	INSUMO	060.620.0277	Clavo cónico autoperforante y autorroscante de 1.6 mm de diámetro, de 83 mm de longitud, en aleación de titanio, tipo Kirschner. Longitud de Rosca de 15 a 25 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	1
157	INSUMO	060.630.0319	Tornillo de doble compresión, de 4.0 mm de diámetro. Longitud de 26.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	1
158	INSUMO	060.630.0434	Tornillo de doble compresión, de 6.5 mm de diámetro. Longitud de 40 a 90 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	1

159	INSUMO	060.620.0541	Placa de aleación de titanio, derecha o izquierda, para artrodesis metatarsofalángica. Longitud variable. Número de orificios 4 a 9. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	1
160	INSUMO	060.620.0608	Tornillo de aleación de titanio, autoperforante autorroscante, de 2.7 mm de diámetro, para placa metatarsofalángica. Longitud de 10 mm a 34 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	1
161	INSUMO	060.620.0731	Tornillo en aleación de titanio, autoperforante autorroscante, de 3.0 mm de diámetro para placa metatarsofalángica. Longitud de 10 mm a 18 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	1
162	INSUMO	060.620.0806	Tornillo en aleación de titanio, autoperforante de 2.0 mm de diámetro. Para placa calcánea. Longitud de 20.0 mm a 45.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	1
163	INSUMO	060.620.0236	Tornillo autoperforante, autorroscante, de titanio o acero inoxidable, de 2.0 mm de diámetro. Longitud de 11.0 mm a 14.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	Pieza	1
164	INSUMO	060.620.0798	Placa para calcáneo, de titanio o aleación de titanio o acero inoxidable, de 1.0 mm a 2.3 mm de espesor y orificios de 2.0 mm de diámetro. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades	Pieza	1

CORRESPONDEN AL PROCEDIMIENTO DE CIRUGÍA DE MANO Y PIE, POR LOQUE DEBERÁN DE INTEGRARSE A LA PARTIDA NO 1, ASÍ MISMO, SE MODIFICARON LAS CANTIDADES DE LAS SUB PARTIDAS 95, 96 Y 97, QUEDANDO LA SIGUIENTE MANERA:

95		INJERTOS	SC	Injerto de hueso de Chip 5cc <u>cadavrico</u>	Pieza	50
96			SC	Injerto de hueso de Chip 10 cc <u>cadavrico</u>	Pieza	200
97			SC	Injerto de hueso de Chip 15 cc <u>cadavrico</u>	Pieza	200

PRECISIÓN 7

SE ANEXA LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA TORRE DE ATROSCOPIA, MISMA QUE DEBERÁ INTEGRARSE A LA PROPUESTA TÉCNICA JUNTO CON EL REGISTRO SANITARIO Y CERTIFICADO DE CALIDAD.

**ANEXO 12
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO DE ARTROSCOPIA**

DESCRIPCION
<p>A. CABEZAL DE CÁMARA PARA CIRUGÍA ARTROSCOPICA.</p> <p>A. Cabezal de cámara con diseño ergonómico y cable de conexión de 12 ft (3m).</p> <p>B. Adquisición de imagen con 3 sensores de imagen tipos CMOS de alta definición</p> <p>C. Esterilizable en vapor.</p> <p>D. Con función de zoom electrónico 2:1 y toma de imagen fija.</p> <p>E. Resolución de 1920 x 1080 pixeles</p> <p>F. Sistema de video de la unidad de control de cámara: PAL o NTSC.</p> <p>G. Con controles de: zoom, control de brillo, poner la fuente de luz en espera, seleccionar procedimiento, balance de blancos, inicio y detención de grabación de video, toma de imagen fija.</p>
<p>B. PROCESADOR DE VIDEO/ UNIDAD DE CONTROL DE CÁMARA PARA ARTROSCOPIA DE ALTA DEFINICION.</p> <p>A. Módulo digital de procesamiento de imagen con control de funciones digitales de la cámara desde el panel frontal.</p> <p>B. Digitalización de la imagen con ajuste de balance de blancos y brillo.</p> <p>C. Salida a control a distancia que permita activar una grabadora o una impresora.</p> <p>D. Tecnología de imagen de alta definición CMOS.</p> <p>E. Sistema de video: PAL o NTSC.</p> <p>F. Salidas de video: HD-SDI, DVI-D, S-VIDEO, Video compuesto</p> <p>G. Resolución de alta definición de 1920 x 1080 pixeles.</p> <p>H. Alimentación de energía: 100 -240 VAC, 50-60 Hz.</p>

- I. Protección de descargas eléctricas: Clase 1, piezas aplicadas de Tipo CF
J. Zoom electrónico de 2:1, activado mediante el cabezal de la cámara.

C.- CAPTURADOR DE IMÁGENES DE ALTA DEFINICION CON QUEMADOR DE DISCOS DVD INCLUIDO Y PUERTO USB

- A. Capacidad de almacenaje 1TB aproximadamente 170 horas de video HD.
B. Imágenes fijas en formatos BMP, JPEG, DICOM
C. Video en alta definición 1080p
1. Formato de video H-264
D. Sistema de video NTSC o PAL
E. Interfaz DICOM
F. Puertos de entrada DVI-I, S-VIDEO, VIDEO COMPUESTO, RGB
G. Puertos de salida BNC, RCA
H. Puerto de USB.
E. Teclado para captura de datos de paciente y cirugía
F. Alimentación de energía: 120-240 VAC 50/60hz.
G. Que me permita guardar en Blu-ray, DVD o USB

D.- FUENTE DE LUZ FRIA.

- A. Fuente de luz de LED que emplea un módulo iluminador de LED como generador de luz blanca.
B. Con vida media de la lámpara de 20,000 horas como mínimo.
C. Temperatura de color de la lámpara de 5500 – 7500° K.
D. Control de brillo con incrementos del 5%.
E. Con un adaptador para conectar la guía de luz de fibra óptica de diferentes tamaños.
F. Modo de espera y de uso continuo.
G. Alimentación eléctrica: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz.
H. Compatible con el tamaño y los accesorios de la torre.

E. MONITOR GRADO MEDICO.

- A. Monitor de grado médico.
B. Con pantalla LCD, tecnología led de 26".
C. Alta definición (HD).
D. Con opción de las entradas de video compatibles con el procesador de video:
1. Digitales: DVI-D, SDI, VGA.
2. Analógicas (opcional): C-VIDEO y S-VIDEO.
E. Resolución mínima de 1920 x 1080, con aspecto 16:9.
F. Compatibles con el resto de la torre.

F. CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA ARTROSCOPIA.

- A. Cable de fibra óptica flexible compatible con la fuente de luz.
1. Diámetro de 5 mm.
2. Guía de luz azul translúcida.
B. Esterilizable en vapor y peróxido de hidrogeno.
C. Compatible con todo el equipo.
D. Cuenta con un adaptador para endoscopios Storz/ Olympus

G. LENTE HD DE 4 MM PARA ARTROSCOPIA

- A. Lente de 4.0mm, 30° de alta definición con transmisión de luz mejorada y alto contraste
1. Longitud de trabajo de 170mm
2. Esterilizable en vapor
B. Vaina artroscópica de 5.9 mm
C. Obturador cónico

H. CARRO PORTA EQUIPO.

- A. Un carro de video, para el almacenamiento de equipos endoscópicos para una o varias especialidades quirúrgicas.
1. Fabricado en lamina de acero al carbón calibre 18.

[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin of the page]

<p>2. Cajón deslizante para instrumental</p> <p>3. Cerraduras de alta seguridad en puertas y cajón</p> <p>4. Base para monitor con angulación de 0 a 30°</p> <p>5. Puerta frontal con lámina de acrílico transparente.</p> <p>6. Rodajas antiestáticas (2 con sistema de freno total)</p> <p>7. Pintura aplicada con sistema electrostático.</p> <p>8. Ensamblado con proceso MG</p>
<p>J. SISTEMA DE IRRIGACION / SUCCION</p> <p>A. Sistema de irrigación peristáltica y diversos conjuntos de tubos.</p> <p>B. Funcionamiento continuo con carga intermitente</p> <p>C. Con margen de presión de 30- 150 mmhg</p> <p>D. Con una velocidad de flujo de 0-2500 ml/min</p> <p>E. Que cuente con botones de disminución y aumento de presión</p> <p>F. Modo laparoscopia 0-1800ml/min</p> <p>G. Con control remoto manual</p> <p>H. Dimensiones 19.7 x 16.5 x 20.3 cm</p> <p>I. Peso de 3.15Kg</p>
<p>K. CONSOLA RASURADOR</p> <p>A. Consola de instrumentos eléctricos, que se emplean para cortar tejidos blandos y hueso en el sitio quirúrgico.</p> <p>B. Con dos puertos de control de pieza de mano.</p> <p>C. Con bomba de irrigación.</p> <p>D. Controles para:</p> <p>1. Velocidad de la pieza de mano.</p> <p>2. Caudal de Irrigación.</p> <p>E. Funcionamiento continuo con carga intermitente.</p> <p>F. Velocidad de flujo de la bomba de: 0-150 ml/min.</p> <p>G. Consola parlante, que te indique la dirección de la cuchilla.</p> <p>H. Con pedal triple.</p> <p>1. Que nos permita controlar la velocidad con el pedal</p>
<p>L. RASURADOR</p> <p>A. Pieza de mano de motor de artroscopia</p> <p>B. Para procedimientos quirúrgicos artroscópicos, de pie, de mano, ortopédicos y otorrinolaringológicos.</p> <p>C. Con botón de selección de dirección.</p> <p>D. Con válvula del puerto de aspiración.</p> <p>E. Con sistema de bloqueo de cuchillas.</p> <p>F. Con botón de encendido y apagado en la pieza de mano.</p> <p>G. Velocidad de funcionamiento de:</p> <p>1. 500 - 12 000 rpm, avance/retroceso</p> <p>2. 500 - 4 000 cpm, oscilación de una y varias vueltas.</p> <p>H. Torsión de 24.7 Nm.</p> <p>I. Longitud de 15.5 cm.</p> <p>J. Peso de 505 g.</p> <p>K. Longitud del cable de 3 m.</p>
<p>II. ACCESORIOS.</p> <p>A. Una (1) bandeja- contenedor del cable de fibra óptica para esterilización.</p> <p>B. Un (1) adaptador para extremo hacia el instrumento óptico y el cable de fibra óptica.</p>

[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin of the document]

PRECISIÓN 8
SE DEBERÁ PROPORCIONAR TRES TORRES DE ARTROSCOPIA DE LA SIGUIENTE FORMA:

TORRE	HOSPITAL	TIPO
-------	----------	------

1	HOSPITAL 450	FIJA
2	HOSPITAL GENERAL DE GOMEZ PALACIOS	FIJA
3	HOSPITAL GENERAL DE LERDO	FIJA

LAS TORRES SERÁN RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE SU TRASLADO Y RESGUARDO.

CUARTO.- SE SEÑALA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 2.3 DE LAS BASES RESPECTIVAS, SE RECIBIERON EN TIEMPO Y FORMA LA SOLICITUD DE ACLARACIÓN A LA CONVOCANTE POR PARTE DE LAS EMPRESAS QUE A CONTINUACION SE ENLISTAN: -----

1.- PROVEEDORA DE MEDICAMENTOS ALMASE S DE R.L.

PREGUNTA 1

NUMERAL 17.- PUNTO C. DICE "ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA FOTOSTATICA DEL FORMATO DE ALTA ANTE HACIENDA Y SU CEDULA FISCAL (RFC), SE VALIDARA QUE TENGA AL MENOS UN AÑO DE INICIO DE FUNCIONES EN EL ESTADO DE DURANGO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, SE AUTORIZA TOMAR COMO DOCUMENTO ORIGINAL EL EXPEDIDO POR EL PORTAL DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (SAT).

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES

PREGUNTA 2.-

A.NUMERAL 17.- PUNTO L. DICE " CARTA DE NO ADEUDO CON LA CONVOCANTE EXPEDIDA POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO LA CUAL SE PROPORCIONARÁ AL PARTICIPANTE QUE NO TENGA ADEUDO EN CUANTO A ENTREGAS, ATRASOS, FALTA DE PAGO DE SANCIONES E INCUMPLIMIENTO EN LOS COMPROMISOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y LE SERA ENTREGADA AL MOMENTO DE SU REGISTRO. EN EL LUGAR Y HORA INDICADOS EN EL PUNTO 3.1 DE LAS BASES Y DEBERÁ IR DENTRO DE SU SOBRE QUE CONTIENE LOS ASPECTOS TÉCNICOS (PUEDE VERIFICAR SI TIENE ADEUDO PENDIENTE EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES) AL TELÉFONO 01 618 1 37 70 20 Ò 01 618 1 37 74 82.

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE , SE NOS INFORME CUANTO TIEMPO TARDA LA CARTA DE NO ADEUDO UNA VEZ QUE SE SOLICITA DE MANERA FORMAL , YA QUE PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO DE QUE VAYA DENTRO DEL SOBRE QUE CONTIENE LOS ASPECTOS TECNICOS NECESITAMOS SE NOS ENTREGUE LA CARTA COMO MAXIMO ANTES DEL 16 DE MAYO QUE ES EL DIA DE APERTURA DE PROPUESTAS.

RESPUESTA: SE ENGTREGA UNA HORA ANTES DE LA APERTURA.

PREGUNTA 3.-

NUMERO 17 INCISO P) . ORIGINAL Y COPIA DE LOS COMPROBANTES DE PAGO, DONDE ACREDITE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE CUOTAS-OBRAERO-PATRONALES ANTE IMSS E INFONAVIT

SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE , SE AUTORIZA PRESENTAR UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE CUMPLEN CON LOS PAGOS DE CUOTAS OBRERO PATRONAL ANTE IMSS E INFONAVIT.

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.

PREGUNTA 4

NUMERO 17 INCISO P) . ORIGINAL Y COPIA DE LOS COMPROBANTES DE PAGO, DONDE ACREDITE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE CUOTAS-OBRAERO-PATRONALES ANTE IMSS E INFONAVIT

SI SU RESPUESTA FUE NEGATIVA EN LA ANTERIOR PREGUNTA, SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE ACEPTE PRESENTAR UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NUESTRO PERSONAL ES SUBCONTRATADO POR MEDIO DE UN INTERMEDIARIO.

O EN SU CASO DECIRNOS QUE SE DEBE DE PRESENTAR EN DICHA SITUACION.

2.- SINCRONIA MEDICA APLICADA SA DE CV.

PREGUNTA 1.

PUNTO 1.3 CARÁCTER DE LA LICITACIÓN.

DICE....

LOS BIENES QUE OFERTEN DEBERÁN DE CONTAR CON EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL DE POR LO MENOS EL 65% O CON EL SEÑALADO EN LOS CASOS DE EXCEPCIÓN AL PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL Y A LA PRODUCCIÓN EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS....

DADO QUE LOS INSUMOS A OFERTAR SON FABRICADOS EN EL EXTRANJERO ¿ES CORRECTO QUE ESTE GRADO DE CONTENIDO NACIONAL NO ES APLICABLE PARA ESTOS INSUMOS Y PODREMOS OFERTAR DE FABRICACIÓN EXTRANJERA CON LOS CUALES SE TIENE TRATADO DE LIBRE COMERCIO? FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.

RESPUESTA: CONSULTAR PRECISIÓN 1

PREGUNTA 2.

PUNTO 15 INSTRUCCIONES PARA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA.

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES CORRECTO QUE PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DEBEREMOS PRESENTAR 3 SOBRE UNO CON LA DOCUMENTACIÓN LEGAL, UNO CON LA PROPUESTA TÉCNICA Y OTRO CON LA PROPUESTA ECONÓMICA, TODOS DENTRO DE OTRO SOBRE, O NOS INDIQUE CUAL SERA LA FORMA DE PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.

RESPUESTA: LA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ INTEGRARSE DE LA SIGUIENTE MANERA

LA DOCUMENTACIÓN LEGAL, PROPUESTA TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA DEBERÁ PRESENTARSE EN CARPETAS DIFERENTES DEBIDAMENTE IDENTIFICADAS Y ESTAS A SU VEZ EN UN SOLO SOBRE CERRADO IDENTIFICADO CON LOS DATOS DE LA EMPRESA No. DE LICITACIÓN

PREGUNTA 3.

PUNTO 17. REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES DESEN PARTICIPAR EN EL CONCURSO, LETRA C.

DICE: ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA FOTOSTÁTICA DEL FORMATO DEL ALTA ANTE HACIENDA Y SU CEDULA FISCAL (RFC) SE VALIDARÁ QUE TENGA AL MENOS UN AÑO DE INICIO DE FUNCIONES EN EL ESTADO DE DURANGO.

¿PARA EL CASO DE LAS EMPRESAS QUE TENEMOS DOMICILIO FUERA DEL ESTADO DE DURANGO BASTARA CON PRESENTAR LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL Y CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS HAREMOS LA APERTURA DE SUCURSAL ANTE EL SAT EN EL ESTADO DE DURANGO? FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.

RESPUESTA: EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL Y/O CEDULA FISCAL, ASÍ COMO PARA EL CASO DE PARTICIPANTES QUE SE ENCUENTREN FUERA DEL ESTADO DE DURANGO, DEBERÁN PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS SE DARÁN DE ALTA ANTE EL SAT EN EL ESTADO DE DURANGO Y ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES PARA PODER REALIZAR LOS PAGOS DE LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES DENTRO DEL ESTADO DE DURANGO.

PREGUNTA 4.

PUNTO 17. REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES SEDEEN PARTICIPAR EN EL CONCURSO, LETRA H.

DICE: ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE DE SU CERTIFICADO QUE ACREDITE SU REGISTRO VIGENTE EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES ANTE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE DURANGO, O LA PRESENTACIÓN DE UNA CONSTANCIA EXPEDIDA POR LA DEPENDENCIA ANTES MENCIONADA EN LA QUE SE ACREDITE EL PROCEDIMIENTO REALIZADO.

EN EL CASO DE MI REPRESENTADA YA SE INICIO EL TRAMITE DEL REGISTRO EN DICHO PADRÓN; SIN EMBARGO, NO SE HA PODIDO CONCLUIR POR DIVERSOS FACTORES, ¿PARA PODER PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DONDE INDIQUEMOS QUE YA INICIAMOS EL TRAMITE Y QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO ENTREGAREMOS DICHO CERTIFICADO O CONSTANCIA DE REGISTRO? FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO

RESPUESTA: EL LICITANTE EN CASO DE NO ESTAR REGISTRADO Y/O ESTAR REALIZANDO EL TRAMITE DE REGISTRO DEBERÁ PRESENTAR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO PRESENTARA LA CONSTANCIA Y/O CERTIFICADO DE REGISTRO AL PADRÓN DE PROVEEDORES.

PREGUNTA 5.

PUNTO 17. REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES DIII PARTICIPAR EN EL CONCURSO, LETRA K

PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE NUMERAL ES CORRECTO QUE DEBEMOS PRESENTAR LAS CARTAS DE APOYO DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR PRIMARIO O SECUNDARIO, ASÍ COMO CARTA DE DISTRIBUCIÓN SEGÚN SEA EL CASO, DENTRO DE LA PROPUESTA TÉCNICA EN EL ACTO DE APERTURA DE LAS MISMAS. ¿FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO?

RESPUESTA: CONSULTAR PRECISIÓN 2

PREGUNTA 5.

PUNTO 17. REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES SEDEEN PARTICIPAR EN EL CONCURSO, LETRA L

¿PARA LOS LICITANTES QUE NO TENEMOS DOMICILIO EN EL ESTADO DE DURANGO ES CORRECTO QUE ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER PRESENTADO EN CASO DE SER ADJUDICADO PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO? FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.

RESPUESTA: ES CORRECTO DEBERÁ PRESENTAR PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO EN CASO DE SER ADJUDICADO

PREGUNTA 6.

PUNTO 17. REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES DESEAN PARTICIPAR EN EL CONCURSO, LETRA S

PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO ¿ES CORRECTO QUE DEBEMOS PRESENTAR LA DECLARACIÓN ANUAL 2018 Y LA DECLARACIÓN PROVISIONAL DE LOS MESES DE FEBRERO 2019 Y MARZO 2019? FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.

RESPUESTA: ES CORRECTO DEBERÁ PRESENTAR LA DECLARACIÓN ANUAL 2018 Y LA DECLARACIÓN PROVISIONAL DEL MES DE MARZO 2019

PREGUNTA 7.

PUNTO 17. REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES DESEN PARTICIPAR EN EL CONCURSO, LETRA W ULTIMO PÁRRAFO.

DICE: PARA UNA REVISIÓN MAS ÁGIL SE SOLICITA SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN ANEXAR AL REGISTRO LO SOLICITADO EN EL INCISO P) DEL PUNTO 17 DE LAS BASES.

DICHO INCISO SE REFIERE A LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES, ¿PODRÍA LA CONVOCANTES A QUE PUNTO SE REFIERE?

RESPUESTA: NO DICHS REGISTROS SE REFIEREN A LOS PROPORCIONADOS CON LAS CARTAS DE APOYO DEL FABRICANTE

PREGUNTA 8.

ANEXO 2

EL ANEXO TIENE 3 COLUMNAS

- **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SOLICITADA**
- **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PROPUESTA**
- **DESCRIPCIÓN**

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ÚNICAMENTE DEJAR LA COLUMNA DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PROPUESTA, CON LA CUAL PUEDEN AVALUAR SI LOS INSUMOS PROPUESTOS CUMPLEN CON LAS NECESIDADES REQUERIDAS POR PARTE DE LA CONVOCANTE. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.

RESPUESTA: LA COLUMNA DE DESCRIPCIÓN DEBERÁ DE ELIMINARSE PERO NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN SI UN LICITANTE LA REPITE.

PREGUNTA 9.

SOBRE EL PUNTO 1.3 **CARACTER DE LA LICITACIÓN**, "Y LOS BIENES QUE SE OFERTARÁN DEBERÁN CONTAR CON EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL DE POR LO MENOS 65%", DEBIDO A LA NATURALEZA DE LOS PRODUCTOS OBJETO DE ESTA LICITACIÓN, HAY PRODUCTO QUE NO TIENE ORIGEN NI CONTENIDO NACIONAL Y QUE SOLO SE FABRICAN EN PAÍSES EXTRANJEROS, CON ESTE ARGUMENTO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRODUCTOS DE ORIGEN EXTRANJERO RESPALDANDO SU CALIDAD A TRAVÉS DE CERTIFICADOS FDA, CE, ISO 13485 O JIS, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: CONSULTAR PRECISIÓN 1

PREGUNTA 10.

SOBRE EL PUNTO 8 **DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SERÁN LOS HOSPITALES LOS ENCARGADOS DE RESGUARDAR CON LOS EQUIPOS E INSTRUMENTAL SOLICITADOS EN LOS INCISOS E, G, H, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: NO, EL PROVEEDOR SERA EL RESPONSABLE DEL RESGUARDO DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS SOLICITADOS.

PREGUNTA 11.

SOBRE EL PUNTO 8 **DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SERÁN LOS HOSPITALES LOS ENCARGADOS DE ESTERILIZAR EL INSTRUMENTAL Y EL MATERIAL QUE SE UTILIZARÁ DURANTE LA CIRUGÍA, SIENDO NOSOTROS, LOS PROVEEDORES LOS ENCARGADOS DE ENTREGAR DEBIDAMENTE LIMPIO Y DESINFECTADO NUESTROS CONTENEDORES DEL MISMO. Y RESGUARDAR CON LOS EQUIPOS E INSTRUMENTAL SOLICITADOS EN LOS INCISOS E, G, H, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: EL HOSPITAL PROPORCIONARÁ EL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN, PERO EL LICITANTE SERÁ EL ENCARGADO DE LA LIMPIEZA, DESINFECCION Y EMPACAMIENTO DE SU INSTRUMENTAL Y CON SUS RECURSOS.

PREGUNTA 12.

SOBRE EL PUNTO 9 **PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA** SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI DEBEREMOS ELABORAR UNA FACTURA PARA AQUELLOS CASOS QUE SEA DE PACIENTES CON PÓLIZA DE SEGURO POPULAR Y OTRA FACTURA PARA AQUELLOS QUE NO TENGAN, ESTO CON LA FINALIDAD DE NO ENTORPECER EL PROCESO ADMINISTRATIVO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

PREGUNTA 13.

SI LA RESPUESTA ANTERIOR ES AFIRMATIVA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI DEBEMOS ANEXAR COMO RESPALDO DEL REGISTRO A LLENAR DESPUÉS DE CADA PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: NÚMERO DE PÓLIZA DE SEGURO POPULAR, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE Y COMPROBANTE DE DOMICILIO DEL PACIENTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRESICACIÓN

PREGUNTA 14.

SOBRE EL PUNTO 17 **REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN EL CONCURSO**, **INCISO W** SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA PARTE: "EN EL CASO DE QUE LOS BIENES OFERTADOS NO REQUIERAN DE REGISTRO SANITARIO DEBERÁ CONTAR CON CONSTANCIA OFICIAL, EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN FACLTADA [...]" PODEMOS REFERENCIAR LOS PRODUCTOS QUE NO REQUIERAN DE REGISTRO SANITARIO AL DIARIO OFICIAL QUE ENLISTA LOS PRODUCTOS QUE NO NECESITAN DE REGISTRO SANITARIO, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITATIVA PARA LOS DEMÁS LICITANTES

PREGUNTA 15.

SOBRE EL PUNTO 17 REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN EL CONCURSO, INCISO W SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA PARTE: "SERÁ NECESARIO PRESENTAR FOTOCOPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO POR CADA PARTIDA" [...] "PODEMOS ENTREGAR REGISTROS SANITARIOS DEBIDAMENTE REFERENCIADOS CON EL NÚMERO DE SUB PARTIDA QUE CORRESPONDA A CADA PARTIDA Y EN EL CASO DE AQUELLAS SUB PARTIDAS QUE SE ENCUENTREN EN EL MISMO REGISTRO SANITARIO, BASTARÁ PRESENTAR UN SOLO REGISTRO DEBIDAMENTE SEÑALADO POR CADA PARTIDA, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?"

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITATIVA PARA LOS DEMÁS LICITANTES

PREGUNTA 16.

SOBRE EL PUNTO 17 REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN EL CONCURSO, INCISO W SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE: "PARA UNA REVISIÓN MÁS ÁGIL, SE SOLICITA SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN ANEXAR AL REGISTRO LO SOLICITADO EN EL INCISO P) DEL PUNTO 17 DE LAS BASES" PERO EL PUNTO P) DICE: "ORIGINAL Y COPIA DE LOS COMPROBANTES DE PAGO[...] FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO."

RESPUESTA: REVISAR RESPUESTA A PREGUNTA 7

PREGUNTA 17.

SOBRE EL PUNTO 17 REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN EL CONCURSO, INCISO W SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE: "DEBERÁ RESALTAR CON MARCATEXTOS LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADA EN EL ANEXO 1" SI PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO DEBEMOS ENTREGAR CATÁLOGOS, MANUALES DE OPERACIÓN, INSTRUCTIVOS Y/O FICHAS TÉCNICAS REFERENCIADOS Y EN IDIOMA ESPAÑOL, O EN SU DEFECTO TRADUCCIÓN SIMPLE, FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.

RESPUESTA: ES CORRECTO, Y LA OMISIÓN DE ESTA REFERENCIA SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.

PREGUNTA 18.

SOBRE EL ANEXO 1.1 PARTIDA 2, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SISTEMAS SIMILARES A LOS SOLICITADOS, DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, ESTO PARA PERMITIR UNA LIBRE PARTICIPACIÓN ENTRE EMPRESAS ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA, PERO SERÁ EL ÁREA MÉDICA QUIEN DETERMINE SI CUMPLE CON SUS REQUERIMIENTOS

PREGUNTA 19.

SOBRE EL ANEXO 1.1 PARTIDA 2, SUBPARTIDA 153, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SISTEMA DE SUTURA DE MENISCO, EN FORMA DE FLECHA DENTADA O ARPÓN, CON SISTEMA DE SUTURA CONTINUA DE 3 O 4 PUNTOS CON AGUJA, QUE ES UN SISTEMA SIMILAR AL SOLICITADO ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA, PERO SERÁ EL ÁREA MÉDICA QUIEN DETERMINE SI CUMPLE CON SUS REQUERIMIENTOS

PREGUNTA 20.

SOBRE EL ANEXO 1.1 PARTIDA 2, SUBPARTIDA 155 A 164 ESTOS PRODUCTOS SON DE OSTEOSÍNTESIS Y NO DE ARTROSCOPIA, FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO

RESPUESTA: CONSULTAR PRECISIÓN 6

PREGUNTA 21.

SOBRE EL ANEXO 1C, LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LOS 4 HOSPITALES EN LISTADOS DEBERÁN CONTAR CON TORRE DE LAPAROSCOPIA, Y SI LOS HOSPITALES INTEGRALES LLEVARÁN A CABO PROCEDIMIENTOS DE ARTROSCOPIA, ESTO CON LA FINALIDAD DE CONSIDERARLO DENTRO DE NUESTRA PROPUESTA. ¿FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO?

RESPUESTA: CONSULTAR PRECISIÓN 8


PREGUNTA 22.

SOBRE EL ANEXO 2 HOJA DE PROPUESTA TÉCNICA, SE REPITE LA COLUMNA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SOLICITADA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI DEBEMOS ELIMINARLA, FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.

RESPUESTA: REVISAR RESPUESTA A PREGUNTA 8

CUARTO.- SE RECIBIERON COMPROBANTES DE PAGO DE BASES DE LAS SIGUIENTES EMPRESAS SIN QUE SE RECIBIERAN PREGUNTAS:

- 1.- ARMANDO GUZMAN SANCHEZ
- 2.- ALCA DESARROLLADORA DE PROYECTOS Y SERVICIOS



- 3.- JESUS RAFAEL VALENZUELA ROBLES
- 4.- BEATRIZ GOMEZ MARTINEZ
- 5.- PROVEEDORA HISPANA SA DE CV.

QUINTO.- SE DA LECTURA PERMENORIZADA A LAS ACLARACIONES A LAS BASES QUE REGULAN EL PRESENTE PROCESO LICITATORIO ESTABLECIDAS POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO, MISMAS QUE SE ENUNCIAN A CONTINUACION:

NOTA, SI HAY ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE, PRIMERO SE MANIFIESTAN LAS ACLARACIONES Y DESPUES SE DA LECTURA A LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LOS LICITANTES.

SÉPTIMO.- SE INFORMA QUE EL REGISTRO DE LICITANTES SE LLEVARA A CABO EL DÍA **16 DE MAYO DEL AÑO 2019**, A PARTIR DE LAS **12:00 A LAS 12:50 HRS**, EN LAS OFICINAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SITO EN CALLE CUAUHTÉMOC NUMERO 225 NORTE, C.P. 34000 DURANGO, DGO., ASÍ MISMO EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICO-ECONÓMICA SE LLEVARA A CABO EL DÍA **16 DE MAYO DEL AÑO 2019**, EN LA SALA DE JUNTAS ANEXA A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO, SITO EN CUAUTÉNOC NUMERO 225 NORTE, C.P. 34000, DURANGO DGO.

OCTAVO.- AL TÉRMINO DE ESTA JUNTA SE ENTREGARA COPIA DE LA PRESENTE ACTA A TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE PARTICIPARON EN ELLA, ASÍ COMO AQUELLOS QUE HAYAN ADQUIRIDO BASES, SIENDO RESPONSABILIDAD DE LOS MISMOS RECOGER LA COPIA RESPECTIVA AL TÉRMINO DEL EVENTO, TENIÉNDOSE POR NOTIFICADOS AQUELLOS QUE NO ACUDAN A RECOGERLA, INFORMÁNDOLES QUE PODRÁN SOLICITAR COPIA DENTRO DE LAS 24 HORAS SIGUIENTES VÍA TELEFÓNICA EN UN HORARIO DE LAS 9:00 A LAS 15:00 HORAS, AL TELÉFONO 01 618 1 37 70 20 / 1 37 74 82 Ó A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO licitaciones.ssd@durango.gob.mx, ASI COMO EN LA PAGINA DE SISTEMA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES compasestatal.durango.gob.mx PARA QUE LOS ACUERDOS SEAN TOMADOS EN CUENTA PARA SU OBSERVANCIA OBLIGATORIA.-----








CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO MÁS ACLARACIONES POR PARTE DE LOS LICITANTES, NI POR PARTE DE LA CONVOCANTE, DECLARA **ING. FEDERICO PEÑA VAZQUEZ**, TERMINADO EL ACTO SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HUBIERE LUGAR, CONSTE.-----

POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO

ING. FEDERICO PEÑA VAZQUEZ
REPRESENTANTE DEL DR. SERGIO GONZALEZ ROMERO
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO

 C.P JULIO JESUS MAGALLANES BARRERA	SUBDIRECTOR DE ESTADISTICA E INFORMATICA
 DR. CRESCENCIO BELTRAN BELTRAN	COMISIONADO DE LA COPRISED
 DRA. GUADALUPE MORALES BRACHO	COORDINADORA DE SERVICIOS SUBROGADOS.
 DR. OSCAR ROLANDO AVILA GALVÁN	LICITACIONES Y CONTRATOS
 DR DIEGO MANUEL RODRIGUEZ LOPEZ	MEDICO ORTOPEDISTA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL
 DR. OCIEL GAMBOA GARCIA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GARANTIA Y ATENCION MEDICA DEL REPSS

POR LOS LICITANTES

NOMBRE DE LA EMPRESA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
1.- PROVEEDORA HISPANA SA DE CV.	DENNIS MARGARITA FRIAS SAUCEDO	
2.- JESUS RAFAEL VALENZUELA ROBLES.	JESUS RAFAEL VALENZUELA ROBLES	
3.- SINCRONIA MÉDICA APLICADA S.A DE C.V	ISRAEL GARCIA RANGEL	
4.- ALCA DESARROLLADORA DE PROYECTOS Y SERVICIOS COMERCIALES S.A. DE C.V	JOSE MANUEL ALONSO MARTINEZ	
5.- ARMANDO GUZMAN SANCHEZ	ARMANDO GUZMAN SANCHEZ	
6.- BEATRIZ GOMEZ MARTINEZ	BEATRIZ GOMEZ MARTINEZ	
7.- PROVEDORA DE MEDICAMENTOS ALMASE S. DE RL DE CV.	FRANCISCO JAVIER ROSALES MARTINEZ	

✓
9
8
7
6
5
4
3
2
1