

ACTA DEL EVENTO DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LP/E/SSA/023/2019 CONVOCADA POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO, PARA LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE HEMODIALISIS DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ART. 28 FRACCIÓN II DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE DURANGO. -----

EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2019, ESTANDO PRESENTE **EL ING. FEDERICO PEÑA VAZQUEZ**, Y REPRESENTANTE DEL **DR. SERGIO GÓNZALEZ ROMERO** SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO, DE CONFORMIDAD CON LA DELEGACIÓN DE FACULTADES EXPEDIDA A SU NOMBRE, QUE OBRA EN EL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE LICITACIÓN, Y REUNIDOS LOS ABAJO FIRMANTES EN EL AULA ANEXA A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO, SITO EN CALLE CUAUHTÉMOC NO. 225 NORTE, C.P. 34000, ZONA CENTRO, DURANGO, DGO., CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LP/E/SSA/023/2019, QUE EFECTÚAN LOS SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO PARA "LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE HEMODIALISIS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.3 DE LAS BASES RESPECTIVAS Y POR EL ARTÍCULO 28 FRACCIÓN II DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE DURANGO.-----

ORDEN DEL DÍA:

PRIMERO.- SE DA LA BIENVENIDA POR PARTE DEL **ING. FEDERICO PEÑA VAZQUEZ**, A TODOS LOS PRESENTES.-----

SEGUNDO.- SE CUENTA CON PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS LICITANTES:

1. ENCORE HEALTH S.A.P.I DE C.V
2. IGSA MEDICAL SERVICES S.A DE C.V

TERCERO.- SE SEÑALA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 2.3 DE LAS BASES RESPECTIVAS, SE RECIBIO EN TIEMPO Y FORMA LA SOLICITUD DE ACLARACIONES A LA CONVOCANTE POR PARTE DE LAS EMPRESAS IGSA MEDICAL SERVICE, ENCORE HEALTH Y REACTIVOS QUIMICOS S.A DE C.V. LECTURA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

IGSA MEDICAL SERVICES, S.A DE C.V

PREGUNTA 1.- Punto 8 descripción de los bienes, Página 11, párrafo 11

"para bienes nacionales o extranjeros deberá presentar el certificado de calidad ISO 9001 o ISO 13485 [...]"

Se solicita atentamente a la convocante nos permita ingresar el certificado de calidad equivalente al país de origen de los bienes ofertados.

RESPUESTA: SE ACEPTA CERTIFICADO ISO, FDA, CEE, O EQUIVALENTE AL PAIS DE ORIGEN.

PREGUNTA 2.- Punto 8 descripción de los bienes, Página 11, párrafo 11

"para bienes nacionales o extranjeros deberá presentar el certificado de calidad ISO 9001 o ISO 13485 [...]"

Se solicita atentamente a la convocante nos permita ingresar el certificado de calidad únicamente de los productos que requieran registro sanitario, considerando que los equipos que no requieren registro son considerados de bajo riesgo

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.

PREGUNTA 3.- Punto descripción de los insumos, página 19 , Tabla 3, Filtros para hemodiálisis.

Con el fin de no limitar la libre participación de las empresas, se solicita atentamente a la convocante eliminar marcas y modelos. ¿se acepta?

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA Y APLICA PARA TODOS LOS DEMAS PARTICIPANTES.

PREGUNTA 4.- Solicitamos atentamente a la convocante nos otorgue una fecha para realizar una visita a las instalaciones donde se van a instalar los equipos para considerar instalaciones y adecuaciones.

RESPUESTA: LA VISITA PODRA SER A PARTIR DEL LUNES 15 DE JULIO A LAS 12:00 Y HASTA EL MIERCOLES 16 DE JULIO PREVIO AVISO CON LA LIC CELIDA BRIONES DE

LICITACIONES PARA EL AVISO A LA UNIDAD.

PREGUNTA 5.- Punto 9.2 Entregas (pág. 20)

Solicitamos a la convocante nos entregue en este acto el Anexo 12 a que hace referencia dicho punto, ya que necesitamos saber las productividades para programar las entregas de insumos y conocer las ubicaciones de las unidades donde se va a realizar el servicio.

RESPUESTA: SOLO SE DARA EL SERVICIO EN EL HOSPITAL 450, DERIVADO DE LA VISITA A LAS INTALACIONES SE ELIMINA EL ANEXO 12.

PREGUNTA 6.- Solicitamos atentamente a la convocante nos proporcione planos de las unidades a fin de garantizar la mejor adecuación de los equipos a instalar.

RESPUESTA: NO CONTAMOS CON PLANOS SIN EMBARGO PUEDEN HACER SU LEVANTAMIENTO DURANTE LA VISITA.

PREGUNTA 7.- Solicitamos a la convocante nos proporcione las direcciones de los sitios en donde se instalarán los equipos.

RESPUESTA: EL SERVICIO SOLO SE DARÁ EN EL HOSPITAL GENERAL 450.

Encore Health S.A.P.I. de C. V.

De la Pagina 12, equipo médico e insumos:

EL SERVICIO DEBERÁ INCLUIR MÁQUINAS DE HEMODIÁLISIS, EN BUEN ESTADO HASTA CON 2 A 3 AÑOS DE FABRICACIÓN.

Pregunta 1.- Se solicita amablemente a la convocante considerar equipos de hemodiálisis en perfecto estado, eliminando la limitante por años de fabricación.

RESPUESTA: Se acepta su propuesta y aplica para todos los participantes, aclarando que deberán poner el modelo y las especificaciones técnicas referenciadas, para que el comité técnico pueda determinar la viabilidad de las mismas.

2.- De la Pagina 14, mantenimiento correctivo:

EN CASO DE QUE EL EQUIPO DE HEMODIÁLISIS, PRESENTEN MÁS DE 2 OCASIONES ALGUNA FALLA EN UN PERIODO DE TRES MESES CONSECUTIVOS O TRES FALLAS EN UN PERIODO DE SEIS MESES, EL PROVEEDOR DEBERÁ SUSTITUIRLO POR OTRO EN ÓPTIMAS CONDICIONES.

Pregunta 2.- Se solicita amablemente a la convocante señalar falla imputable al equipo. Así como también acortar el periodo de tres meses a dos y de seis meses a 5.

Respuesta: SE ACEPTA SU PROPUESTA Y APLICA PARA TODOS LOS PARTICIPANTES.

De la Pagina 18, ficha técnica de equipo de ósmosis inversa:

SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA DE 2 MEMBRANAS, CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A 3 MEMBRANAS, INCLLIYE 2 MEMBRANAS HYDRANAUTICS ESPA PARA ALTO RECHAZO DE SALES Y BAJA PRESION DE OPERACION, 1 HOUSING EN ACERO INOXIDABLE, TABLERO DE CONTROL CON FUSIBLES Y PROTECCION PARA MOTOR, BOMBA MULTIETAPAS 1.5HP, MEDIDOR DE SÓLIDOS DISUELTOS HANNA, MANOMETRO P/ PRE FILTRO, POST FILTRO, PRESION DE BOMBA Y DE OPERACION, ROTÁMETROS AGUA PRODUCTO, AGUA RECHAZO Y RECIRCULACION, ESTRUCTURA DE OSMOSIS CON RODAJAS GIRATORIAS DE 4" CON FRENO PARA FACILITAR SU TRASLADO Y MANTENIMIENTO.

Pregunta 3.- Se solicita amablemente a la convocante señalar eliminar marcas de componentes, únicamente señalando las especificaciones requeridas.

RESPUESTA: SE ELIMINAN LAS MARCAS, FAVOR DE TOMAR SÓLO LAS ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A LA MÁQUINA OFERTADA POR CADA PARTICIPANTE.

De la Página 20, requerimientos técnicos:

SI EL EQUIPO REQUIERE DE INSTALACIONES ESPECIALES PARA SU FUNCIONAMIENTO, EL LICITANTE ADJUDICADO ASUMIRÁ EL GASTO CORRESPONDIENTE.

Pregunta 4.- Se solicita amablemente a la convocante confirme que la unidad de Hemodiálisis asignada para este objeto de licitación cuente con corriente trifásica 220V para la ósmosis inversa. Ya que en caso de no tenerla, este contrato es con CFE y el proveedor no está habilitado para realizar dicho trámite.

RESPUESTA: SI SE CUENTA CON CONTACTO DE CORRIENTE 220 V.

De la Pagina 20, requerimientos técnicos:

TODOS LOS EQUIPOS PROPORCIONADOS DEBERÁN CONTAR CON NO-BRAKE COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN.

Pregunta 5.- La tecnología ofertada por nuestra representada cuenta con batería de respaldo para protección del equipo y de la sesión de hemodiálisis, Por lo anterior Se solicita amablemente a la convocante eliminar la solicitud de los no-brake.

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

De la Pagina 26,

CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DONDE EL PROVEEDOR SE OBLIGA A BRINDAR SERVICIO TÉCNICO CUANDO LE SEA SOLICITADO EN UN TIEMPO NO MAYOR DE 24 HORAS ASÍ COMO ASESORÍA LAS 24 HORAS DEL DÍA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO ADEMÁS DE CONTAR CON UN INGENIERO Y UN QUÍMICO ESPECIALISTA EN LOS EQUIPOS EN CASO DE RESULTAR CON ADJUDICACIÓN, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO.

Pregunta 6.- Se solicita amablemente a la convocante considerar únicamente al ingeniero especialista para la atención de los servicios con residencia en Durango.

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA.

Pregunta 7.- Se solicita amablemente a la convocante poder realizar visitas previas a la unidad en cuestión con el fin de revisar cualquier adecuación que llegara a ser requerida para la instalación de nuestros equipos.

RESPUESTA: SE PERMITE LA VISITA A INSTALACIONES, COMO SE MENCIONÓ EN UNA RESPUESTA ANTERIOR.

Página. 12. EL SERVICIO DEBERÁ INCLUIR MÁQUINAS DE HEMODIÁLISIS, EN BUEN ESTADO HASTA CON 2 A 3 AÑOS DE FABRICACIÓN.

Pregunta 8.- Solicito a la convocante, permita ofertar equipos seminuevos en perfecto estado de funcionamiento con dos o más años de antigüedad.

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA CON LAS ACLARACIONES RESPONDIDAS EN SU PRIMER PREGUNTA.

Página. 19. FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO DE HEMODIÁLISIS. PUNTO 2.

Pregunta 9.- Solicito a la convocante permita ofertar dializadores de acuerdo a la marca y modelo de la máquina.

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA.

Página.20. DESCRIPCIÓN DE LOS INSUMOS. SEGUNDA FILA.

Pregunta 10.- Solicito a la convocante permita ofertar Bicarbonato en polvo para dilución manual, compatible con la máquina que se oferta.

RESPUESTA: SE SOLICITA CARTUCHOS ÚNICAMENTE.

NUMERAL 17 INCISO H)

DICE. - ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE DE SU REGISTRO VIGENTE EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES ANTE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO. O LA PRESENTACIÓN DE UNA CONSTANCIA EXPEDIDA POR LA DEPENDENCIA ANTES MENCIONADA EN LA QUE SE ACREDITE EL PROCEDIMIENTO REALIZADO.

PREGUNTA 11.- YA SE INGRESO LA PAPELERIA COMPLETA AL TRÁMITE DE RENOVACIÓN ¿SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE SE PERMITA A LA EMPRESA ENCORE HEALTH S.A.P.I. DE C.V. PRESENTAR LA "SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE PROVEEDORES PARA PERSONA MORAL" FIRMADA Y RECIBIDA DE CONFORMIDAD? YA QUE NOS INDICAN EN CONTRALORÍA QUE, EL CERTIFICADO DE PROVEEDOR, DEBIDO AL PERIODO VACACIONAL SE ESTARÍA ENTREGANDO A FINALES DE AGOSTO.

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA, EXIGIÉNDOLE ÚNICAMENTE PRESENTAR LA CONSTANCIA EXPEDIDA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO, EN LA CUAL CONSTE QUE DICHO PADRÓN DE PROVEEDORES SE ENCUENTRA EN TRÁMITE, YA QUE DE NO SER ASÍ SE DESECHARÁ SU PROPUESTA. Y EN CASO DE SER GANADOR, TENDRÁ QUE PRESENTAR EL PADRÓN DE PROVEEDORES ORIGINAL, EL CUAL DEBERÁ SER ENTREGADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS, YA QUE ES UN REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA ELEBORACIÓN DEL MISMO, HACIENDO MENCIÓN QUE EN CASO DE NO SER ASI, SERÁ MOTIVO DE CANCELACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN.

REACTIVOS Y QUIMICOS S.A DE C.V

Pregunta 1.-

Punto de la convocatoria: Convocatoria, Bases, Anexos 13 y 14

Pregunta:

En la Convocatoria 023 y en la portada de las bases que regulan el presente proceso licitatorio menciona que la licitación es Nacional, sin embargo, en los Anexos 13 y 14 menciona que es Licitación Pública Internacional, favor de aclarar.

Respuesta: El carácter de la licitación es nacional.

Pregunta 2.-

Punto de la convocatoria: Convocatoria, Portada de las Bases y numeral 8.- Descripción de los bienes.

Pregunta:

En la Convocatoria y en la portada de las Bases menciona: Adquisición del Servicio de Abastecimiento de Hemodiálisis, y en el numeral 8 de las bases dice: Adquisición del Servicio Integral de Hemodiálisis.

Por otra parte, en el numeral 8, Descripción del Servicio, menciona: Servicio de Abastecimiento de Insumos para Hemodiálisis en las Unidades Médicas de los Servicios de Salud de Durango.

Los Servicios de Salud contratará con el Servicio de Hemodiálisis para brindar.....

Solicitamos atentamente a la convocante aclare si se trata de la contratación de un servicio o la compra de insumos, así como la denominación correcta de la licitación.

Respuesta: La denominación correcta es Adquisición del Servicio de Abastecimiento de Hemodiálisis, el cual consiste en compra de insumos y la instalación de máquinas en comodato.

Pregunta 3.-

Punto de la convocatoria: Numeral 8, tercer párrafo, página 11.

..... FECHA LIMITE PARA SU INSTALACIÓN DE 25 DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO,.....

Pregunta:

Solicitamos respetuosamente a la convocante aclarar si los 25 días son hábiles o naturales.

Respuesta: 25 días naturales.

Pregunta 4.-

Punto de la convocatoria: Numeral 8, cuarto párrafo, página 11.

LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DE USO SOLICITADOS EN EL NUMERAL 17 INCISO Y.....

Pregunta:

El inciso Y del numeral 17 se refiere al Anexo 10 para licitantes que oferten bienes de origen nacional, el inciso correcto es el W del numeral 17? Favor de aclarar.

Respuesta: Es correcta su apreciación.

Pregunta 5.-

Punto de la convocatoria: Numeral 8, quinto párrafo, primer viñeta, página 11

•DEBERÁ SER DE FORMA ORIGINAL U OBTENIDO DE FORMA ELECTRÓNICA IMPRESA EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA INDICANDO LA PAGINA WEB EN LA QUE SE PUEDE CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES, O IMPRESIÓN A COLOR DE LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DE USO ANEXANDO DISCO COMPACTO (CD) O USB CONTENIENDO LOS DOCUMENTOS ORIGINALES.....

Pregunta:

En caso de presentar manuales y folletos originales del fabricante de los bienes y equipos impresos a color debidamente referenciados,

•Se deberán imprimir en hoja membretada del licitante?

•Se deberán presentar también en disco compacto (CD) o USB?

Respuesta: DE SER ORIGINALES DEL FABRICANTE, NO SERÁ NECESARIO LAS DOS OPCIONES ANTERIORES.

Pregunta 6.-

Punto de la convocatoria: Numeral 8, Descripción del Servicio, A. Equipo Médico e Insumos, página 12 primer párrafo.

....CONFORME A LA DISTRIBUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS POR UNIDAD MÉDICA.....

Pregunta:

Favor de proporcionar la distribución de procedimientos mínimos y máximos por unidad médica.

Respuesta: EL SERVICIO SÓLO SERÁ BRINDADO EN EL HOSPITAL 450 , POR LO CUAL, LAS CANTIDADES MÍNIMAS Y MÁXIMAS DEL ANEXO 1 , SON LAS ÚNICAS A CONSIDERAR PARA SU PROPUESTA.

Pregunta 7.-

Punto de la convocatoria: Numeral 8, C. MANTENIMIENTO, página 14 cuarto párrafo.

EN CASO DE QUE EL EQUIPO DE HEMODIÁLISIS, PRESENTEN MAS DE 2 OCASIONES ALGUNA FALLA EN UN PERÍODO DE TRES MESES CONSECUTIVOS O TRES FALLAS EN UN PERÍODO DE SEIS MESES, EL PROVEEDOR DEBERÁ SUSTITUIRLO POR OTRO EN ÓPTIMAS CONDICIONES.

Pregunta:

Solicitamos respetuosamente a la convocante aclarar que serán consideradas únicamente las fallas que imposibiliten o pongan en riesgo la realización del procedimiento hemodialítico y que en su momento tengan que ver con el mal funcionamiento de la máquina de hemodiálisis y se trate de la misma falla, ya que son frecuentes reportes de servicio derivados del manejo inadecuado del equipo o sus consumibles por parte del personal de enfermería (piezas rotas o mal colocadas, ensamblado de la máquina, omisión de lavados, etc.), así como reporte de fallas por alarmas ocasionadas por la condición del paciente (hipertensión, hipotensión, etc.).

Respuesta: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

Pregunta 8.-

Punto de la convocatoria: Numeral 8, C. MANTENIMIENTO, página 14 cuarto párrafo.

EN CASO DE QUE EL EQUIPO DE HEMODIÁLISIS, PRESENTEN MAS DE 2 OCASIONES ALGUNA FALLA EN UN PERÍODO DE TRES MESES CONSECUTIVOS O TRES FALLAS EN UN PERÍODO DE SEIS MESES, EL PROVEEDOR DEBERÁ SUSTITUIRLO POR OTRO EN ÓPTIMAS CONDICIONES.

Pregunta:

Solicitamos respetuosamente a la convocante que confirme que la sustitución de equipos será posterior a la realización de un dictamen por parte del ingeniero técnico certificado por el fabricante, que indique que el equipo ya no se encuentra en óptimas condiciones.

Respuesta: SE ACEPTA SU PROPUESTA , Y ESTE DICTAMNE DEBERA SER REVISAO POR EL RESPONSABLE DEL AREA DE HEMODIALISIS Y APLICA PARA TODOS LOS PARTICIPANTES.

Pregunta 9.-

Punto de la convocatoria: DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS A INSTALAR:

FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO DE HEMODIÁLISIS, CLAVE DE CUADRO BASICO 531.340.0169, páginas 15 a 18.

Pregunta:

Solicitamos respetuosamente a la convocante nos permita ofertar la máquina de hemodiálisis apegados a las características y especificaciones de la Clave de Cuadro Básico 531.340.0169 incluida en la EDICIÓN 2017 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico publicada en el Diario Oficial de la Federación del 16 de marzo de 2018, en virtud de que la descripción incluida en las bases contiene características de una máquina de hemodiafiltración y la presente licitación corresponde al servicio de hemodiálisis.

Respuesta: SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER DE CARÁCTER OBLIGATORIO PARA TODOS LOS PARTICIPANTES.

Pregunta 10.-

Punto de la convocatoria: DESCRIPCIÓN DE LOS INSUMOS, página 19.

FILTRO PARA HEMODIÁLISIS, O DIALIZADORES SINTÉTICOS DE POLISULFONA DE 0.4 MT2 HASTA 1.8 MT2 (OFERTAR POR LO MENOS 4 DIFERENTES FILTROS A ELEGIR POR EL NEFRÓLOGO EN CADA SESIÓN)

MODELO:

DIALIZADOR LOPS10 (SUPERFICIE 1.0M2); BAJO FLUJO


DIALIZADOR LOPS12 (SUPERFICIE 1.2M2); BAJO FLUJO

DIALIZADOR LOPS15 (SUPERFICIE 1.5M2); BAJO FLUJO

DIALIZADOR LOPS18 (SUPERFICIE 1.8M2); BAJO FLUJO

Pregunta:

En virtud de que solicitan filtros para hemodiálisis de un fabricante en específico y a fin de no limitar la libre participación, otorgar un trato en igualdad de circunstancias y garantizar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precios, calidad, financiamiento y oportunidad, solicitamos respetuosamente a la convocante nos permita ofertar una variedad de filtros para hemodiálisis o dializadores de membrana sintética (polietersulfona) y/o dializadores de fibra hueca triacetato de celulosa modificada los cuales son utilizados por pacientes que presentan alergias a las fibras



sintéticas, ambos con una alta gama de superficies, compatibles con el equipo a ofertar, de alto y bajo flujo, comúnmente utilizados en instituciones de salud como el IMSS, ISSSTE, PEMEX y Servicios de Salud de varios estados.

Respuesta: SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER DE CARÁCTER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

Pregunta 11.-

Punto de la convocatoria: FICHA TÉCNICA PARA SILLÓN PARA HEMODIÁLISIS, páginas 18 y 19.

- 1.- DIMENSIONES DE SILLÓN PARA HEMODIÁLISIS: ALTO 115CM. X LARGO 90CM (ACOSTADO 190 CM.)
- 2.- DIMENSIONES DE COLCHÓN- LARGO 90 CM. X ANCHO 67 CM. (ACOSTADO 190 CM.)
- 3.- ALTURA PISO SILLÓN DE 50CM.
- 4.- PARA UN PESO MÁXIMO DEL PACIENTE DE 113 KG
- 5.- QUE TENGA POSICIÓN TRENDELENBURG
- 6.- SUPERFICIE FÁCILMENTE LAVABLE

Pregunta:

En virtud de que solicitan el sillón para hemodiálisis con características de un fabricante en específico y a fin de no limitar la libre participación, otorgar un trato en igualdad de circunstancias y garantizar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precios, calidad, financiamiento y oportunidad, solicitamos respetuosamente a la convocante nos permita ofertar un sillón con las siguientes características, mismas que rebasan las medidas solicitadas:

- 1.- DIMENSIONES DE SILLÓN PARA HEMODIÁLISIS: ALTO 124.5CM. X LARGO 99CM (ACOSTADO 194.3 CM.)
- 2.- DIMENSIONES DE COLCHÓN- LARGO 99 CM. X ANCHO 63.3 CM. (ACOSTADO 194.3 CM.)
- 3.- ALTURA PISO SILLÓN DE 53.3CM.
- 4.- PARA UN PESO MÁXIMO DEL PACIENTE DE 124.7 KG
- 5.- QUE TENGA POSICIÓN TRENDELENBURG
- 6.- SUPERFICIE FÁCILMENTE LAVABLE

Respuesta: SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER DE CARÁCTER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

Pregunta 12.-

Punto de la convocatoria: 9. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, página 20.

10. CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO QUE SE APLICARÁN, página 22

9.2 ENTREGAS

LA ENTREGA DE LOS BIENES SE REALIZARÁ DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE SESIONES REQUERIDAS EN EL ARCHIVO ANEXO EN EXCEL A LAS PRESENTES BASES (ANEXO 12), DEBERÁ ENTREGARSE DE FORMA MENSUAL A MÁS TARDAR LOS DÍAS 28 DE CADA MES, EN LA COORDINACIÓN DE ABASTO, UBICADA EN CALLE CUAUHTEMOC No. 225 NORTE, ZONA CENTRO, C.P. 34000, EN UN HORARIO DE 9:00 A 13:30 HRS. DE LUNES A VIERNES, PRESENTANDO FACTURA POR CADA UNIDAD DEBIDAMENTE REQUISITADA.

10.1 PRECIO

EL COSTO POR SESIÓN DEBE INCLUIR LOS CONSUMIBLES (DIALIZADOR, BICARBONATO, ÁCIDO, LÍNEA ARTERIOVENOSA, FÍSTULA, ETC.)

Pregunta:

Solicitamos a la convocante informe si el pago al proveedor se realizará por la compra de los bienes entregados necesarios para la prestación del servicio de hemodiálisis ó por sesión hemodialítica realizada?

Respuesta: EL PAGO SERÁ POR LOS BIENES ENTREGADOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, NO POR SESIÓN DE HEMODIÁLISIS REALIZADA.

Pregunta 13.-

Punto de la convocatoria: 15.2 FOLDER ASPECTOS ECONOMICOS, página 24.

.....EL COSTO POR PRUEBA DEBE INCLUIR LOS CONSUMIBLES (CONTROL DE CALIDAD, CALIBRADORES, CONTROLES DE TEMPERATURA, ETC.)

Pregunta:

Solicitamos a la convocante confirme que la redacción anterior se trata de un error, ya que en el servicio de hemodiálisis no se utilizan controles de calidad, calibradores ni controles de temperatura.

Respuesta: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE ELIMINA DICHO PÁRRAFO.

Pregunta 14.-

Punto de la convocatoria: 15 INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICO-ECONÓMICAS, página 23.

15.1 FOLDER ASPECTOS TÉCNICOS, página 24

15.2 FOLDER ASPECTOS ECONÓMICOS, página 24

15.- LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR SUS PROPUESTAS EN IDIOMA ESPAÑOL, EN MONEDA NACIONAL EN UN SOBRE CERRADO DEBIDAMENTE IDENTIFICADO.....

15.1ASPECTOS TÉCNICOS:EN UN FOLDER O SOBRE IDENTIFICADO COMO ASPECTOS TÉCNICOS.....

15.2ASPECTOS ECONOMICOS:EN UN FOLDER O SOBRE IDENTIFICADO COMO ASPECTOS ECONÓMICOS.....

Pregunta:

Favor de confirmar que el sobre o carpeta que contenga los aspectos técnicos y el sobre o carpeta que contenga los aspectos económicos deberán presentarse en un sobre general cerrado que contenga la totalidad de documentos de la empresa.

Respuesta: PODRÁ PRESENTARSE EN UN SÓLO SOBRE O EN DOS, SIN QUE ESTO SEA CAUSA DE DESCALIFICACIÓN.

Pregunta 15.-

Punto de la convocatoria: 17 REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN EL CONCURSO

INCISO Q), página 26

Q) PRESENTAR ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LAS PRUEBAS QUE PROPONE CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE SALUD.....

Pregunta:

Solicitamos atentamente a la convocante informe a que "pruebas" se refiere, a fin de redactar correctamente el documento solicitado.

Respuesta: LA PALABRA CORRECTA ES INSUMOS Y CONSUMIBLES.

Pregunta 16.-

Punto de la convocatoria: 17 REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN EL CONCURSO

INCISO R), página 26

R) CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DONDE EL PROVEEDOR SE OBLIGA A BRINDAR SERVICIO TÉCNICO CUANDO LE SEA SOLICITADO EN UN TIEMPO NO MAYOR DE 24 HORAS ASÍ COMO ASESORÍA LAS 24 HORAS DEL DÍA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO ADEMÁS DE CONTAR CON UN INGENIERO Y UN QUÍMICO ESPECIALISTA EN LOS EQUIPOS EN CASO DE RESULTAR CON ADJUDICACIÓN, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO.

Pregunta:

Solicitamos atentamente a la convocante informe si para la presente licitación de hemodiálisis es correcto que soliciten que el proveedor cuente con un químico especialista en los equipos, a fin de redactar correctamente el documento solicitado.

Respuesta: SE SOLICITA UN ESPECIALISTA TÉCNICO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO Y LAS LLAMADAS DEL ÁREA OPERATIVA ÚNICAMENTE.

Pregunta 17.-

Punto de la convocatoria: 17 REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN EL CONCURSO

INCISO S), página 26

S) PARA TODAS LAS PRUEBAS DEL ANEXO 1 SERÁ REQUISITO QUE EL PROVEEDOR ENTREGUE UNA CARTA COMPROMISO DONDE EN CASO DE SER ASIGNADO, SE OBLIGA A INSTALAR EQUIPO DE SU PROPIEDAD, SIN COSTO PARA LA CONVOCANTE, PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS PRUEBAS MENCIONADAS.....

Pregunta:

Solicitamos atentamente a la convocante informe a que "pruebas" se refiere, a fin de redactar correctamente el documento solicitado.

Respuesta: LA PALABRA CORRECTA SON INSUMOS.

Pregunta 18.-

Punto de la convocatoria: 17 REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN EL CONCURSO

INCISO U), página 26

U) CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA CUAL EL LICITANTE ADJUDICADO SE COMPROMETE A ENTREGAR AL RESPONSABLE DEL CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA, COPIA DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO OTORGADO A LAS UNIDADES.....

Pregunta:

Solicitamos atentamente a la convocante para efecto de entregar correctamente el documento solicitado, proporcione la redacción correcta del inciso U), ya que no tiene nada que ver el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea con el servicio de hemodiálisis.

Respuesta: DEBE DECIR :

CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA CUAL, EL LICITANTE ADJUDICADO SE COMPROMETE A ENTREGAR AL RESPONSABLE DE HEMODIÁLISIS, COPIA DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO OTORGADO A LA UNIDAD.

Pregunta 19.-

Punto de la convocatoria: ANEXO 2 PROPUESTA TECNICA, tercer viñeta, página 30

•PRESENTAR CROQUIS DE LA DISTRIBUCIÓN DEL EQUIPO QUE PROPONE INSTALAR EN RELACIÓN AL SISTEMA INFORMÁTICO O DIAGRAMA DE FLUJO DE LAS CONEXIONES A LA RED DEL SISTEMA INFORMÁTICO Y LOS EQUIPOS DEL CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA, BANCO DE SANGRE Y PUESTOS DE SANGRADO DEL ESTADO DE DURANGO.

Pregunta:

Solicitamos atentamente a la convocante para efecto de elaborar el documento, redactar correctamente el requisito solicitado, ya que no tiene nada que ver el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, Banco de Sangre y Puestos de Sangrado con el servicio de hemodiálisis.

Respuesta: SE ELIMINA ESTE PUNTO.

Pregunta 20.-

Punto de la convocatoria: ANEXO 2 PROPUESTA TECNICA, página 30

Dice:

Máquina de hemodiálisis

Equipo de ósmosis inversa

Báscula para silla de ruedas

Sillón para hemodiálisis

Pregunta:

Solicitamos atentamente a la convocante confirme que como parte de nuestra propuesta técnica Anexo 2 se deberán incluir también los insumos a utilizar descritos en el numeral 8 (filtro para hemodiálisis, juego de líneas, ácido en solución, bicarbonato de sodio, aguja arterial, agente de limpieza y desinfección).

Así mismo informe que se deberá anotar en la primer columna denominada "Grupo".

Respuesta: SE ACEPTA SU PROPUESTA, LA PARTE DE GRUPO SOLO IRA "PARTIDA ÚNICA"

Pregunta 21.-

Punto de la convocatoria: ANEXO 3 PROPUESTA ECONOMICA, nota al pie, página 31

EL COSTO POR PRUEBA DEBE INCLUIR CONSUMIBLES (CONTROL DE CALIDAD, CALIBRADORES, CONTROLES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD, DILUYENTES, ETC).

Pregunta:

Solicitamos atentamente a la convocante para efecto de elaborar correctamente el documento, corregir la nota al pie de la Propuesta Económica, ya que no tienen nada que ver los consumibles para control de calidad, calibradores, controles de temperatura y humedad ni diluyentes con el servicio de hemodiálisis.

Respuesta: ES CORRECTA SU APRECIACION, OMITIR ESTE TEXTO.

Pregunta 22.-

Punto de la convocatoria: ANEXO 4, página 32

.....CON LA DOCUMENTACIÓN SEÑALADA EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO TRATADOS DE LIBRE COMERCIO.....

Pregunta: Solicitamos atentamente a la convocante para efecto de elaborar correctamente el Anexo 4, aclarar si la presente licitación es nacional o internacional bajo tratados de libre comercio.

Respuesta: LA PRESENTE LICITACIÓN ES NACIONAL, ELIMINAR EL ANEXO 4, DE NO SER NECESARIO.

Pregunta 23.-

Punto de la convocatoria: ANEXO 13 CARTA DE RESPALDO DE FABRICANTE, página 41

(_NOMBRE_), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ___DENOMINACIÓN DEL FABRICANTE___, MANIFIESTO QUE RESPALDO LA PROPUESTA TÉCNICA QUE PRESENTE ___DENOMINACIÓN DEL DISTRIBUIDOR___ POR LOS BIENES OFERTADOS EN LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No.....

Pregunta:

Solicitamos atentamente a la convocante para efecto de elaborar correctamente el Anexo 13, aclarar si la presente licitación es nacional o internacional bajo tratados de libre comercio.

Respuesta: LICITACIÓN NACIONAL.

Pregunta 24.-

Punto de la convocatoria: ANEXO 14, página 42

(_NOMBRE_), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

___DENOMINACIÓN DEL LICITANTE___, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ESTOY DE ACUERDO EN PROPORCIONAR EN CASO DE RESULTAR ASIGNADO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. _____ LO SIGUIENTE:

- LOS CONSUMIBLES, CONTROLES Y CALIBRADORES NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL EQUIPO ANALÍTICO, EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES DE CADA ÁREA.....
- LA INSCRIPCIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA, BANCO DE SANGRE Y PUESTOS DE SANGRADO.....

Pregunta:

Solicitamos atentamente a la convocante para efecto de elaborar el Anexo 14, redactar correctamente los requisitos solicitados, ya que no tiene nada que ver consumibles, controles y calibradores ni el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, Banco de Sangre y Puestos de Sangrado con el servicio de hemodiálisis

Respuesta: SE ELIMINA EL PÁRRAFO CORRESPONDIENTE A TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA, BANCO DE SANGRE Y PUESTO DE SANGRADO.

Pregunta 25.-

Punto de la convocatoria: Numeral 8, Descripción del Servicio, A. Equipo Médico e Insumos, página 12 segundo párrafo.

....Y TOMA DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS FÍSICO, QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS.....

Pregunta:

Solicitamos atentamente a la convocante confirme que la periodicidad con la que se realizarán las sanitizaciones de la planta de tratamiento de agua es mensual, el análisis físico químico semestral y el microbiológico mensual.

Respuesta: ES CORRECTO.

Pregunta 26.-

Punto de la convocatoria: FICHA TÉCNICA PARA BÁSCULA PARA SILLA DE RUEDAS.

Pregunta:

Solicitamos atentamente a la convocante confirme que la báscula para silla de ruedas no requiere carta de apoyo de fabricante, registro sanitario ni certificados de calidad ni libre venta, por no tratarse de un insumo para la salud.

Respuesta: ES CORRECTA SU OBSERVACIÓN

Pregunta 27.-

Punto de la convocatoria: 17. REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN EL CONCURSO, INCISO R, página 26.

Pregunta:

Solicitamos atentamente a la convocante amplíe el período de respuesta a 48 horas en caso de que para realizar el mantenimiento correctivo implique la sustitución de una pieza que deba ser enviada por el fabricante.

Respuesta: SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIA PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

Pregunta 28.-

Punto de la convocatoria: 9.2 ENTREGAS ANEXO 12 ARCHIVO ANEXO EN EXCEL.

Pregunta:

A fin de dar cumplimiento a lo solicitado en el numeral 9.2, solicitamos atentamente a la convocante proporcione el archivo en Excel que contenga el Anexo 12 con la distribución de equipos

Respuesta: SE ELIMINA ESTE ANEXO. .

Pregunta 29.-

Punto de la convocatoria: FICHA TÉCNICA DE EQUIPO ÓSMOSIS INVERSA

Pregunta:

En virtud de que solicitan características de un fabricante en específico y a fin de no limitar la libre participación, otorgar un trato en igualdad de circunstancias y garantizar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precios, calidad, financiamiento y oportunidad, solicitamos respetuosamente a la convocante nos permita ofertar un equipo de ósmosis inversa con iguales o superiores características pero de diferente marca.

Respuesta: SE ACEPTA SU PROPUESTA.


QUINTO.- SE INFORMA QUE EL REGISTRO DE LICITANTES SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 22 DE JULIO DEL AÑO 2019, A PARTIR DE LAS 11:00 A LAS 11:50 HRS, EN LAS OFICINAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SITO EN CALLE CUAUHTÉMOC NUMERO 225 NORTE, C.P. 34000 DURANGO, DGO., ASÍ MISMO EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICO-ECONÓMICA SE LLEVARÁ A

CABO EL DÍA **22 DE JULIO DEL AÑO 2019 EN PUNTO DE LAS 12:00 HRS**, EN LA SALA DE JUNTAS ANEXA A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO, SITO EN CUAUHTÉMOC NÚMERO 225 NORTE, C.P. 34000, DURANGO DGO.


SEXTO.- AL TÉRMINO DE ESTA JUNTA SE ENTREGARÁ COPIA DE LA PRESENTE ACTA A TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE PARTICIPARON EN ELLA, ASÍ COMO AQUELLOS QUE HAYAN ADQUIRIDO BASES, SIENDO RESPONSABILIDAD DE LOS MISMOS RECOGER LA COPIA RESPECTIVA AL TÉRMINO DEL EVENTO, TENIÉNDOSE POR NOTIFICADOS AQUELLOS QUE NO ACUDAN A RECOGERLA, INFORMÁNDOLES QUE PODRÁN SOLICITAR COPIA DENTRO DE LAS 24 HORAS SIGUIENTES VÍA TELEFÓNICA EN UN HORARIO DE LAS 9:00 A LAS 15:00 HORAS, AL TELÉFONO 01 618 1 37 70 20 / 1 37 74 82 O A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO licitaciones.ssd@durango.gob.mx, ASI COMO EN LA PAGINA DE SISTEMA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES comprasestatal.durango.gob.mx PARA QUE LOS ACUERDOS SEAN TOMADOS EN CUENTA PARA SU OBSERVANCIA OBLIGATORIA.

CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO MÁS ACLARACIONES POR PARTE DE LOS LICITANTES, NI POR PARTE DE LA CONVOCANTE, DECLARA **ING. FEDERICO PEÑA VÁZQUEZ** TERMINADO EL ACTO SIENDO LAS 12:35 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HUBIERE LUGAR, CONSTE.

POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO



ING. FEDERICO PEÑA VAZQUEZ
REPRESENTANTE DEL DR. SERGIO GONZALEZ ROMERO
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO

LIC DANIELA SOTO BURCIAGA	REPRESENTANTE DE COPRISED 
C.P ALEJANDRA B AMAYA HERNANDEZ	REPRESENTANTE DE DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 
LIC ALMA ROSA BARBOZA GUERECA	COORDINADORA DE CALIDAD EN ENFERMERIA DEL 450 
EAH. MARIA ISABEL VILLARREAL SANCHEZ	COORDINACION DE CALIDAD EN ENFERMERIA DEL 450 
LIC MARIA GUADALUPE CARRASCO VILCHIS	JEFA DE HEMODIALISIS DEL 450 
LIC. LILIANA PATRICIA MURO ARELLANO	SUBDIRECCIÓN JURIDICA. 

POR LOS LICITANTES

NOMBRE DE LA EMPRESA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
ENCORE HEALTH S.A.P.I DE C.V	CARLOS ALBERTO MATA OCHOA	
IGSA MEDICAL SERVICES S.A DE C.V.	RICARDO ORTIZ MONDRAGON	