

ACTA DEL EVENTO DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **LP/E/SSA/024/2019** CONVOCADA POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO, **PARA LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE IMAGENOLÓGIA** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ART. 28 FRACCIÓN II DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE DURANGO.

EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2019, ESTANDO PRESENTE **EL C.P MANUEL PELEATO DÁVALOS SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**, Y REPRESENTANTE DEL **DR. SERGIO GÓNZALEZ ROMERO** SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO, DE CONFORMIDAD CON LA DELEGACIÓN DE FACULTADES EXPEDIDA A SU NOMBRE, QUE OBRA EN EL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE LICITACION, Y REUNIDOS LOS ABAJO FIRMANTES EN EL AULA ANEXA A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO, SITO EN CALLE CUAUHTÉMOC NO. 225 NORTE, C.P. 34000, ZONA CENTRO, DURANGO, DGO., CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **LP/E/SSA/024/2019**, QUE EFECTÚAN LOS SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO PARA **"LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE IMAGENOLÓGIA**, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2.3 DE LAS BASES RESPECTIVAS Y POR EL ARTÍCULO 28 FRACCIÓN II DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE DURANGO.-----

**ORDEN DEL DÍA:**

**PRIMERO.-** SE DA LA BIENVENIDA POR PARTE DEL **C.P MANUEL PELEATO DAVALOS**, A TODOS LOS PRESENTES.-----

**SEGUNDO.-** SE CUENTA CON PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE LA EMPRESA LICITANTE:

1.- SINCRONIA MÉDICA APLICADA S.A DE C.V

**TERCERO.-** SE SEÑALAN LAS PRECISIONES A LAS BASES DEL PRESENTE PROCESO LICITATORIO POR PARTE DE LA CONVOCANTE, SIENDO LAS SIGUIENTES:

**PRECISIÓN 1**  
**DICE**

**1.3 CARÁCTER DE LA LICITACIÓN.**

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 20 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, SÓLO PODRÁN PARTICIPAR PROVEEDORES DE NACIONALIDAD MEXICANA Y LOS BIENES QUE SE OFERTEN DEBERÁN CONTAR CON EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL DE POR LO MENOS EL 65% O CON EL SEÑALADO EN LOS CASOS DE EXCEPCIÓN AL PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL Y A LA PRODUCCIÓN EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MARCADOS EN EL "ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA EL DIVERSO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA LA DETERMINACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL, TRATÁNDOSE DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL" EN SU REGLA DECIMO SEGUNDA, EMITIDAS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, EL 14 DE OCTUBRE DE 2010.

**DEBE DECIR**

**1.3 CARÁCTER DE LA LICITACIÓN.**

**SE TRATA DE UNA LICITACION DE CARÁCTER NACIONAL PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE DIGITALIZACIÓN Y SUMINISTRO DE INSUMOS DE IMAGENOLÓGIA**

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 20 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES LOS PROVEEDORES QUE OFERTEN BIENES DE ORIGEN NACIONAL DEBERÁN CONTAR CON EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL DE POR LO MENOS EL 65% O CON EL SEÑALADO EN LOS CASOS DE EXCEPCIÓN AL PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL Y A LA PRODUCCIÓN EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MARCADOS EN EL "ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA EL DIVERSO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA LA DETERMINACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL, TRATÁNDOSE DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL" EN SU REGLA DECIMO SEGUNDA, EMITIDAS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, EL 14 DE OCTUBRE DE 2010. DEBIENDO PRESENTAR PARA CADA UNA DE LAS PARTIDAS OFERTADAS EL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS PARA FABRICANTES NACIONALES.

EN CASO DE OFERTAR PRODUCTOS DE MANUFACTURACIÓN EXTRANJERA, DEBERAN SER DE PROCEDENCIA DE PAISES CON LOS QUE MÉXICO TENGA FIRMADO TRATADOS DE LIBRE COMERCIO DEBIENDO INTEGRAR

17



A LA PROPUESTA TÉCNICA EL CERTIFICADO DE CALIDAD YA SEA CE O ISO 13484 O FDA, O JIS O TUV PARA CADA UNA DE LAS SUBPARTIDAS OFERTADAS.

**PRECISION 2**

**DICE**

**17. REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN EL CONCURSO.**

CARTA COMPROMISO DE QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO A LA FIRMA DEL CONTRATO ENTREGARÁ CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE O DE DISTRIBUIDOR MAYORITARIO DEL 100 % DE LAS CLAVES SEÑALADAS EN EL ANEXO 1 EN LAS QUE PARTICIPA, EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE, EN FORMATO SEÑALADO COMO ANEXO 10 PARA EL CASO DE QUE PRESENTE APOYO DE DISTRIBUIDOR MAYORITARIO DEBERÁ PRESENTAR ADEMÁS DOCUMENTO QUE AVALE QUE ÉSTE ES DISTRIBUIDOR DIRECTO DEL FABRICANTE PUDIENDO SER COPIA DEL DOCUMENTO QUE EXPIDE EL FABRICANTE AL DISTRIBUIDOR NOMBRÁNDOLO COMO TALO CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE MANIFIESTE SER DISTRIBUIDOR DIRECTO DEL FABRICANTE.

**DEBE DECIR**

K. CARTA COMPROMISO DE QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO A LA FIRMA DEL CONTRATO ENTREGARÁ CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE O DE DISTRIBUIDOR MAYORITARIO DEL 100 % DE LAS CLAVES SEÑALADAS EN EL ANEXO 1 EN LAS QUE PARTICIPA, EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE.

EN CASO DE QUE PRESENTE APOYO DE DISTRIBUIDOR MAYORITARIO DEBERÁ PRESENTAR ADEMÁS DOCUMENTO QUE AVALE QUE ÉSTE ES DISTRIBUIDOR DIRECTO DEL FABRICANTE PUDIENDO SER COPIA DEL DOCUMENTO QUE EXPIDE EL FABRICANTE AL DISTRIBUIDOR NOMBRÁNDOLO COMO.

**PRECISION 3**

**DICE**

**17. REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN EL CONCURSO.**

W. COPIA DE REGISTROS SANITARIOS VIGENTES EXPEDIDOS POR LA COFEPRIS, LOS CUALES NO DEBERÁN ESTAR PENDIENTES DE UNA RESOLUCION POR RESOLVER CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD (VIGENCIA DE 5 AÑOS), QUE ACREDITE QUE EL PRODCUTO OFERTADO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN EL ANEXO I.

**DEBE DECIR**

W. COPIA DE REGISTROS SANITARIOS VIGENTES EXPEDIDOS POR LA COFEPRIS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD QUE ACREDITE QUE EL PRODCUTO OFERTADO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN EL ANEXO I.

**PRECISION 4**

FAVOR DE CONSIDERAR QUE LOS EQUIPOS SOLICITADOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA SE REQUIEREN CON LA OPCION PARA MASTOGRAFIA COMO SE ESPECIFICA EN LA FICHA TECNICA

**PRECISION 5**

**ANEXO 1 A**

**FICHAS TECNICAS EQUIPO.**

**ANEXO 1-A**

- A. IMPRESIÓN EN ESCALA DE GRISES.
- B. 2 BANDEJAS DE ENTRADA PARA DOS FORMATOS DE PELICULA
- C. CONEXIÓN DICOM
- D. ESCALA DE GRISES DE 14 BITS
- E. CAPACIDAD DE BANDEJA DE ALIMENTACIÓN DE AL MENOS 100 HOJAS DE PELICULA
- F. RENDIMIENTO MINIMO DE 60 HOJAS POR HORA EN 14" X 17"
- G. TECNOLOGÍA LÁSER O TÉRMICA



**CR DE ALTA PRODUCTIVIDAD**

- A. EQUIPO PARA DIGITALIZAR IMÁGENES DE RAYOS X
- B. QUE ACEPTE LOS SIGUIENTES TAMAÑOS DE CHASIS
  - 1. 14" X 17 "
  - 2. 14" X 14"
  - 3. 10" X 12"
  - 4. 8" X 10"
- C. RESOLUCION ESPACIAL DE:
  - A) 10 PÍXELES/MM
- D. CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE MÍNIMO 60 PLACAS POR HORA EN 14" X 17"
- E. COMPATIBILIDAD DICOM


**CR DE BAJA PRODUCTIVIDAD**

- A. EQUIPO PARA DIGITALIZAR IMÁGENES DE RAYOS X
- B. QUE ACEPTE LOS SIGUIENTES TAMAÑOS DE CHASIS
  - 1. 14" X 17 "
  - 2. 14" X 14"
  - 3. 10" X 12"
  - 4. 8" X 10"
- C. RESOLUCION ESPACIAL DE:
  - A) 10 PÍXELES/MM
- D. CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE MÍNIMO 35 PLACAS POR HORA EN 14 X 17 CM
- E. COMPATIBILIDAD DICOM

**IMPRESORAS DE BAJA PRODUCTIVIDAD**

- A. IMPRESIÓN EN ESCALA DE GRISES.
- B. AL MENOS 2 BANDEJAS DE ENTRADA PARA DOS FORMATOS DE PELÍCULA
- C. CONEXIÓN DICOM
- D. ESCALA DE GRISES DE AL MENOS 12 BITS
- E. CAPACIDAD DE BANDEJA DE ALIMENTACIÓN DE AL MENOS 100 HOJAS DE PELÍCULA
- F. RENDIMIENTO MÍNIMO DE 35 HOJAS POR HORA EN 14" X 17"
- G. TECNOLOGÍA LÁSER O TÉRMICA

**EQUIPOS DEL HOSPITAL DE CANCEROLOGÍA Y  
MATERNO INFANTIL.**



**CR DE BAJA PRODUCTIVIDAD CON MASTOGRAFÍA**

- A. EQUIPO PARA DIGITALIZAR IMÁGENES DE RAYOS X
- B. QUE ACEPTA LOS SIGUIENTES TAMAÑOS DE CHASIS
  - 1. 14" X 17 "
  - 2. 14" X 14"
  - 3. 10" X 12"
  - 4. 8" X 10"
- C. RESOLUCION ESPACIAL DE:
  - B) 10 PÍXELES/MM
- D. LECTURA DE 50 µM PARA MASTOGRAFÍA
- E. CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE MÍNIMO 35 PLACAS POR HORA EN 14 X 17 CM
- F. COMPATIBILIDAD DICOM
- G. COMPATIBLE CON MASTOGRAFÍA

**IMPRESORAS DE BAJA PRODUCTIVIDAD CON MASTOGRAFIA**

- A. IMPRESIÓN EN ESCALA DE GRISES.
- B. AL MENOS 2 BANDEJAS DE ENTRADA PARA DOS FORMATOS DE PELICULA
- C. CONEXIÓN DICOM
- D. ESCALA DE GRISES DE AL MENOS 12 BITS
- E. ALTA RESOLUCIÓN DE 508 DPI
- F. CAPACIDAD DE BANDEJA DE ALIMENTACIÓN DE AL MENOS 100 HOJAS DE PELÍCULA
- G. RENDIMIENTO MÍNIMO DE 50 HOJAS POR HORA EN 8" X 10"
- H. TECNOLOGÍA LÁSER O TÉRMICA
- I. COMPATIBLE CON MASTOGRAFIA

**CUARTO.-** SE SEÑALA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 2.3 DE LAS BASES RESPECTIVAS, SE RECIBIO EN TIEMPO Y FORMA LA SOLICITUD DE ACLARACIONES A LA CONVOCANTE POR PARTE DE LAS EMPRESAS SINCRONIA MEDICA APLICADA S.A DE C.V, DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V E IMÁGENES DEL POTOSI S.A DE C.V, POR LO QUE SE PROCEDE A DAR LECTURA A DICHAS ACLARACIONES.

**DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V.**

**PREGUNTA 1.- ANEXO 1, PARTIDA 4.5 Y 4.6.** PARA ESTA PARTIDA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE EL MEDIO DE CONTRASTE DE GADOLINIO PARA RESONANCIA MAGNETICA, DONDE NO SE ESPECIFICA LA MOLARIDAD, ESTA SEA DE 1 MOLAR PARA LA MEJOR CALIDAD EN EL ESTUDIO Y AHORRO EN MILILITROS DEL PRODUCTO.

**RESPUESTA:**

**PUEDA OFERTAR UNA CONCENTRACION DESDE 0.5 A 1 mmol /ml SIN QUE SEA LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES**

**PREGUNTA 2.- PUNTO 8, INCISO D).** SE MENCIONA QUE EL EQUIPO CUMPLA CON CARACTERISTICAS MINIMAS SEÑALADAS EN EL ANEXO XXXX, EL CUAL NO ESTA EN LAS BASES. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DEFINA LAS CARACTERISTICAS MINIMAS DE LOS EQUIPOS, YA QUE EXISTE MUCHAS VARIACIONES EN CARACTERISTICAS Y CRITERIOS PARA LA PETICION DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS.

**RESPUESTA:**



**FAVOR DE REVISAR LA PRECISIÓN #5 ANEXO 1A**

**PREGUNTA 3.- PUNTO 8, INCISO E).** SE SOLICITA UN INGENIERO DE BASE EN EL ESTADO PARA LA RECEPCION DE REPORTES Y ATENCION LAS 24 HORAS. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE ADEMÁS DE LAS CARACTERÍSTICAS MENCIONADAS EN ESTE INCISO, SEA AGREGADO QUE EL INGENIERO DE SERVICIO CONTEMPLADO, TENGA UNA EXPERIENCIA DE POR LO MENOS 5 AÑOS, PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PARA LAS INSTITUCIONES.

**RESPUESTA:**

**SE ACEPTA SIN QUE SEA LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES**

**PREGUNTA 4.- PUNTO 10.2 SEGUNDO PARRAFO.** MENCIONA, QUE ADEMÁS DE ENTREGAR LA FACTURA Y EL ARCHIVO XML SE DEBE ENTREGAR UNA RELACION DEL LISTADO DE PROCEDIMIENTOS MENSUALES CON NUMERO DE FOLIO. POR EL ORIGEN DEL SERVICIO SE ENTIENDE QUE SE ENTREGARIA LAS FACTURAS DE LOS PRODUCTOS QUE SE ENTREGUEN EN LOS ALMACENES CENTRALES, DE ACUERDO A LA PRESENTE LICITACION. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?

**RESPUESTA:**

**SI ES CORRECTO**

**PREGUNTA 5.- PUNTO 17. INCISO W) PUNTO PARRAFO 3.** SE INDICA QUE EN EL REGISTRO SANOTARIO CORRESPONDIENTE, HAY QUE ANOTAR EL NUMERO DE PARTIDA Y CLAVE DEL CUADRO BASICO INDICADO EN LA COLUMNA CLAVE DEL ANEXO 1 OFERTADA. ENTENDEMOS QUE ES EL NUMERO DE PARTIDA Y NUMERO DE SUBPARTIDA, YA QUE LA COLUMNA CLAVE NO EXISTE. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?

**RESPUESTA:**

**SOLO SE REQUIERE ANOTAR EL NUMERO DE SUBPARTIDA AL QUE PERTENECE EL REGISTRO SANITARIO.**

**IMÁGENES DEL POTOSI S.A DE C.V**

**PREGUNTA 1.- 1.3 CARÁCTER DE LA LICITACION,** ESTAN SOLICITANDO GRADO DE CONTENIDO NACIONAL DE AL MENOS EL 65%, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESTO NO SEA LIMITANTE YA QUE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS SON DE PROCENCIA EXTRAJERA, SE ACEPTA?

**RESPUESTA: SE ACEPTA Y FAVOR DE REFERIRSE A LA PRECISIÓN #1 DONDE SE MENCIONA EL CARÁCTER DE LA LICITACION**

**PREGUNTA 2.- 17.- INCISO C.** ORIGINAL O COPIA CERTIFICAD DEL FORMATO DE ALTA ANTE HACIENDA Y SU CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL (RFC), SE ENTIENDE QUE PODEMOS PRESENTAR LA CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL ELECTRONICA LO CUAL FUNGE COMO ORIGINAL ES CORRECTO?

**RESPUESTA: SE ACEPTA SU PRECISION, SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES**

**PREGUNTA 3.- 17.- INCISO C.** ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DEL FORMATO DE ALTA ANTE HACIENDA Y SU CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL (RFC), SE VALIDARA QUE TENGA AL MENOS UN AÑO DE INICIO DE FUNCIONES EN EL ESTADO DE DURANGO, SE ENTIENDE QUE LA EMPRESA DEBERA TENER AL MENOS UN AÑO DE APERTURA EN SU DOMICILIO FISCAL, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?

**RESPUESTA: EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL Y/O CEDULA FISCAL, ASÍ COMO PARA EL CASO DE PARTICIPANTES QUE SE ENCUENTREN FUERA DEL ESTADO DE DURANGO, DEBERÁN PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS SE DARÁN DE ALTA ANTE EL SAT EN EL ESTADO DE DURANGO Y ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES PARA PODER REALIZAR LOS PAGOS DE LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES DENTRO DEL ESTADO DE DURANGO.**

**PREGUNTA 4.- 17.- INCISO V.** CERTIFICADO ISO 9001:2015, SE ENTIENDE QUE EL CERTIFICADO SOLICITADO ES REFIERE AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LOS EQUIPOS Y CONSUMIBLES SOLICITADOS, Y ES POR PARTE DEL FABRICANTE ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?

**RESPUESTA: NO ES CORRECTO, EL LICITANTE DEBERA DEMOSTRAR QUE CUENTA CON UN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD QUE ASEGURE A LA SECRETARIA QUE TIENEN**



**TODOS SUS PROCESOS BAJO CONTROL, PUDIENDO SER ISO 9001 EN CUALQUIERA DE SUS VERSIONES SIEMPRE Y CUANDO ESTE VIGENTE.**

**PREGUNTA 5.- ANEXO 1 EQUIPAMIENTO, ENTENDEMOS QUE PARA ASEGURAR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS EQUIPOS DE RADIOLOGÍA COMPUTADA, ESTOS DEBERÁN CUMPLIR CON LO MÍNIMO SOLICITADO EN LAS CÉDULAS DE CENETEC PARA LOS CR DE ALTA PRODUCTIVIDAD Y CR DE BAJA PRODUCTIVIDAD RESPECTIVAMENTE, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?**

**RESPUESTA: FAVOR DE REFERIRSE A LA PRECISIÓN # 5 ANEXO 1A**

**PREGUNTA 6.- ANEXO 1 EQUIPAMIENTO, ENTENDEMOS QUE PARA ASEGURAR LA CORRECTA DIGITALIZACIÓN E IMPRESIÓN DE LOS ESTUDIOS RADIOGRÁFICOS EN ESPECIAL DE LOS DE MASTOGRAFÍA, LOS CR DE ALTA PRODUCTIVIDAD DEBERÁN DE SER ESPECÍFICOS PARA MAMA DE CONFORMIDAD CON LO DESCRITO EN LA CÉDULA DE CENETEC, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?**

**RESPUESTA: FAVOR DE REFERIRSE A LA PRECISIÓN # 5 ANEXO 1A, SOLO LOS EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA Y EL MATERNO INFANTIL SE REQUIERE PARA MASTOGRAFIA.**

**PREGUNTA 7.- ANEXO 1 EQUIPAMIENTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE TANTO LOS DIGITALIZADORES (CR) DE BAJA COMO ALTA PRODUCTIVIDAD CUENTEN CON UNA CONSOLA CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA PROCESAR LA IMAGEN E IDENTIFICAR IMÁGENES MAL TOMADAS O CON MOVIMIENTO, ASÍ COMO LAS LICENCIAS DICOM MWM, DICOM STORAGE Y DICOM PRINT MÍNIMAS NECESARIAS SOLICITADAS POR CENETEC PARA LA TRANSMISIÓN DE LAS IMÁGENES, SE ACEPTA?**

**RESPUESTA: SE ACEPTA QUE LOS DIGITALIZADORES CUENTEN UNA CONSOLA DE PROCESAMIENTO DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE Y CON LICENCIAS DICOM.**

**PREGUNTA 8.- ANEXO 1 EQUIPAMIENTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS ACLARE CUANTAS DE LAS IMPRESORAS SOLICITADAS SE REQUIEREN CON CALIDAD DE MASTOGRAFIA?**

**RESPUESTA: FAVOR DE REFERIRSE A LA PRECISIÓN # 5 ANEXO 1A, CECAN Y MATERNO INFANTIL .**

**PREGUNTA 9.- ANEXO 1 EQUIPAMIENTO, PARTIDA 1.2 PELICULA SECA PARA RADIOLOGIA GENERAL 11X14", SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTA LA MEDIDA 10X14", YA QUE VARIA POR LA MARCA COMERCIAL SE ACEPTA?**

**RESPUESTA: SE ACEPTA SIN LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES.**

**SINCRONIA MÉDICA APLICADA S.A DE C.V**

**PREGUNTA 1.**

**13.1.- DESCALIFICACIÓN DE UN LICITANTE, 1) CUANDO NO ANEXEN LA TOTALIDAD DE LOS REGISTROS SANITARIOS EXPEDIDOS POR LA COFEPRIS ASI COMO LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD (ISO O CE O EL EXPEDIDO POR EL PAÍS DE ORIGEN DE LOS INSUMOS).**

**En el Punto 17 Requisitos que deberán cumplir..... No se mencionan los certificados de calidad únicamente registros sanitarios, se solicita a la convocante que para no incumplir con algún requisito solicitado nos conforme que será suficiente con presentar únicamente registros sanitarios tanto de los insumos como de los equipos a ofertar. ¿Favor de pronunciarse al respecto?**

**RESPUESTA: FAVOR DE REFERIRSE A LA PRECISIÓN #1 EN CASO DE OFERTAR PRODUCTOS DE MANUFACTURACIÓN EXTRANJERA, DEBERAN SER DE PROCEDENCIA DE PAISES CON LOS QUE MÉXICO TENGA FIRMADO TRATADOS DE LIBRE COMERCIO DEBIENDO INTEGRAR A LA PROPUESTA TÉCNICA EL CERTIFICADO DE CALIDAD YA SEA CE O ISO 13484 O FDA, O JIS O TUV PARA CADA UNA DE LAS SUBPARTIDAS OFERTADAS.**

**PREGUNTA 2.**

**17. REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN EL CONCURSO. C. ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA FOTOSTÁTICA DEL FORMATO DE ALTA ANTE HACIENDA Y SU CÉDULA FISCAL (RFC), SE VALIDARÁ QUE TENGA AL MENOS**



UN AÑO DE INICIO DE FUNCIONES EN EL ESTADO DE DURANGO.

En el portal se genera la constancia solicitada la cual contiene Cadena Original Sello, Sello Digital. Solicitamos a la convocante nos confirme si para cumplir con este requisito será suficiente con entregar copia simple de esta y actualizada al mes que está transcurriendo. ¿Favor de pronunciarse al respecto?

**RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES.**

**PREGUNTA 3.**

17. REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN EL CONCURSO. K CARTA COMPROMISO DE QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO A LA FIRMA DEL CONTRATO ENTREGARÁ CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE O DE DISTRIBUIDOR MAYORITARIO DEL 100 % DE LAS CLAVES SEÑALADAS EN EL ANEXO 1 EN LAS QUE PARTICIPA, EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE, EN FORMATO SEÑALADO COMO ANEXO 10 PARA EL CASO DE QUE PRESENTE APOYO DE DISTRIBUIDOR MAYORITARIO DEBERÁ PRESENTAR ADEMÁS DOCUMENTO QUE AVALE QUE ÉSTE ES DISTRIBUIDOR DIRECTO DEL FABRICANTE PUDIENDO SER COPIA DEL DOCUMENTO QUE EXPIDE EL FABRICANTE AL DISTRIBUIDOR NOMBRÁNDOLO COMO TALO CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE MANIFIESTE SER DISTRIBUIDOR DIRECTO DEL FABRICANTE.

Referente a este requisito se entiende que las cartas de apoyo se entregaran en cuanto se resulte adjudicado y que únicamente se entregara una carta compromiso para cumplir con este punto. Así mismo también solicitamos nos proporcionen el formato de la carta de apoyo ya que se está señalando en Anexo 10 y este se refiere a la declaración de integridad. ¿Favor de pronunciarse al respecto?

**RESPUESTA: ES CORRECTO, LAS CARTAS DE APOYO LAS DEBERA PRESENTAR EL LICITANTE ADJUDICADO EN ORIGINAL Y COPIA, A LA FIRMA DEL CONTRATO, LOS PARTICIPANTES DEBERAN PRESENTAR UNA CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA PARA CUBRIR EL PUNTO**

**LA CARTA DE APOYO ES EN ESCRITO LIBRE, OMITIENDO LO SEÑALADO COMO EL ANEXO 10**

**PREGUNTA 4.**

17. REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN EL CONCURSO. C. ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA FOTOSTÁTICA. DEL FORMATO DEL ALTA ANTE HACIENDA Y SU CEDULA FISCAL (RFC) SE VALIDARÁ QUE TENGA AL MENOS UN AÑO DE INICIO DE FUNCIONES EN EL ESTADO DE DURANGO.

Para el caso de las empresas que tenemos domicilio fuera del estado de Durango bastara con presentar la constancia de situación fiscal y carta bajo protesta de decir verdad que en caso de resultar adjudicados haremos la apertura de sucursal ante el SAT en el estado de Durango ¿Favor de pronunciarse al respecto?

**RESPUESTA: EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL Y/O CEDULA FISCAL, ASÍ COMO PARA EL CASO DE PARTICIPANTES QUE SE ENCUENTREN FUERA DEL ESTADO DE DURANGO, DEBERÁN PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS SE DARÁN DE ALTA ANTE EL SAT EN EL ESTADO DE DURANGO Y ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES PARA PODER REALIZAR LOS PAGOS DE LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES DENTRO DEL ESTADO DE DURANGO.**

**PREGUNTA 5.**

PUNTO 1.3 CARÁCTER DE LA LICITACIÓN.  
DICE....

LOS BIENES QUE OFERTEN DEBERÁN DE CONTAR CON EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL DE POR LO MENOS EL 65% O CON EL SEÑALADO EN LOS CASOS DE EXCEPCIÓN AL PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL Y A LA PRODUCCIÓN EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS....

Dado que los insumos a ofertar son fabricados en el extranjero ¿es correcto que este grado de contenido nacional no es aplicable para estos insumos y podremos ofertar de fabricación extranjera con los cuales se tiene tratado de libre comercio ¿Favor de pronunciarse al respecto?

**RESPUESTA: FAVOR DE REFERIRSE A LA PRECISION #1**



**PREGUNTA 6.**

17. REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN EL CONCURSO. L. CARTA DE NO ADEUDO CON LA CONVOCANTE.

DICE....

EXPEDIDA POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO LA CUAL SE PROPORCIONARÁ AL PARTICIPANTE QUE NO TENGA ADEUDO EN CUANTO A ENTREGAS, ATRASOS, FALTA DE PAGO DE SANCIONES E INCUMPLIMIENTO EN LOS COMPROMISOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y LE SERÁ ENTREGADA AL MOMENTO DE SU REGISTRO. EN EL LUGAR....

Dado que nuestra propuesta estará cerrada para el evento de apertura, solicitamos a la convocante nos permita entregar la carta de no adeudo fuera de nuestra propuesta técnica-económica sin ser motivo de descalificación.

**RESPUESTA: SE ACEPTA, PUEDE SER ENTREGADA EN UN SOBRE CERRADO APARTE, O FUERA DE EL, SIN SER CAUSA DE DESECHO DE PROPUESTA.**

**PREGUNTA 7.**

PUNTO 17. REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN EL CONCURSO, LETRA W ULTIMO PÁRRAFO.

DICE: PARA UNA REVISIÓN MAS ÁGIL SE SOLICITA SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN ANEXAR AL REGISTRO LO SOLICITADO EN EL INCISO P) DEL PUNTO 17 DE LAS BASES. Dicho inciso se refiere a las cuotas obrero patronales, ¿Solicitamos a la convocante elimine dicho párrafo. Ya que no hay concordancia con lo solicitado en el Punto W?

**RESPUESTA: SE ACEPTA SU PRESICION, ELIMINANDO DICHO PÁRRAFO**

**PREGUNTA 8.**

ANEXO 3, PROPUESTA ECONOMICA.

PARTIDA:  
SUBPARTIDA:  
CLAVE:  
DESCRIPCION:  
PRESENTACION:  
CANTIDAD:  
PRECIO UNITARIO:  
IVA:  
IMPORTE TOTAL:

Dice: SERÁ NECESARIO PRESENTAR FOTOCOPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO PARA CADA PARTIDA ANOTANDO EN ESTE EL NÚMERO DE PARTIDA, Y CLAVE DE CUADRO BÁSICO INDICADO EN LA COLUMNA "CLAVE" DEL ANEXO 1 OFERTADA.

Solicitamos a la convocante nos proporcione la clave de cuadro básico del ANEXO 1 CONSOLIDADO DE NECESIDADES DE INSUMOS.

**RESPUESTA: SE ELIMINA LA COLUMNA DE CUADRO BASICO SOLO SE DEBERA ANOTAR EL NUMERO DE SUBPARTIDA EN EL REGISTRO CORRESPONDIENTE**

**PREGUNTA 9.**

Anexo 1

Dice:

- 4.8 TUBO CONECTOR DE TOMOGRAFIA PARA INYECTOR MEDRAD
- 4.9 TRANSFER SET PARA MEDIO DE CONTRASTE, MARCA MEDRAD DESECHABLE
- 4.10 JERINGA DE INYECTOR STELLANT MARCA MEDRAD

Solicitamos a la convocante nos aclare si podemos ofertar los insumos compatibles con los inyectores, ya que cada maraca de equipo utiliza sus propios componentes, de otra manera estaría limitando la libre participación al solicitar una marca determinada

**RESPUESTA: DEBERA OFERTAR LOS INSUMOS COMPATIBLES CON LOS EQUIPOS PROPUESTOS**





**PREGUNTA 10.**

Anexo 1

Dice:

MEDIO DE CONTRASTE DE GADOLINIO PARA RESONANCIA MAGNETICA FRASCO C/7.5 ML. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar una presentación de 15ml con concentración de 0.5 mmol x ml para no limitar la libre participación, ya que la solicitada es exclusiva de una marca ¿se acepta?

**RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA A OTROS PARTICIPANTES**

**PREGUNTA 11.**

Anexo 1

Dice:

MEDIO DE CONTRASTE DE GADOLINIO PARA RESONANCIA MAGNETICA FRASCO C/30 ML. Entendemos que esta presentación es multidosis por lo que solicitamos a la convocante nos permita ofertar una presentación de 100ml con concentración de 0.5 mmol x ml para no limitar la libre participación, ya que la solicitada es exclusiva de una marca ¿se acepta?

**RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES.**

**PREGUNTA 12.**

Entre las cantidades del anexo 1 publicadas en el portal de compras estatal Durango (archivo en PDF) y las enviadas en el correo del comprobante de pago de las bases de licitación (archivo en Word) existe una discrepancia en las cantidades solicitadas Solicitamos a la convocante nos aclare cuáles serán las cantidades del anexo 1 que deberemos tomar en cuenta para nuestra oferta económica

**RESPUESTA:**

**LOS MAXIMOS Y MINIMOS SON LOS QUE ESTAN PUBLICADOS EN EL DOCUMENTO PDF DEL PORTAL DE COMPRAS ESTATAL.**

**PREGUNTA 13.**

ANEXO 2, PROPUESTA TECNICA.

PARTIDA

SUB PARTIDA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SOLICITADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PROPUESTA

MARCA O FABRICANTE DESCRIPCIÓN PARA USO EXCLUSIVO DE LA CONVOCANTE

Solicitamos a la convocante nos aclare, que información requiere en la columna "DESCRIPCIÓN", esto para cumplir con lo solicitado en dicho requisito.

**RESPUESTA: SE ELIMINA LA COLUMNA DE DESCRIPCION**

**PREGUNTA 14.**

Dice: U.- PRESENTAR ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LAS PRUEBAS QUE PROPONE, CUMPLEN CON TODA LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE SALUD, CON LAS NORMAS OFICIALES (NOM), O EN SU CASO CON LAS NORMAS INTERNACIONALES O LAS NORMAS DE REFERENCIA APLICABLES.

Solicitamos a la convocante nos explique a que se refiere con "pruebas que propone" cumplen con toda la normatividad en materia de salud.....

**RESPUESTA: DEBERA ANEXAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LOS INSUMOS Y EQUIPOS PROPUESTOS CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE SALUD**

**QUINTO.- SE INFORMA QUE EL REGISTRO DE LICITANTES SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 22 DE JULIO DEL AÑO 2019, A PARTIR DE LAS 09:00 A LAS 09:50 HRS, EN LAS OFICINAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SITO EN CALLE CUAUHTÉMOC NUMERO 225 NORTE, C.P. 34000 DURANGO, DGO., ASÍ MISMO EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICO-ECONÓMICA SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 22 DE JULIO DEL AÑO 2019 EN PUNTO DE LAS 10:00 HRS, EN LA SALA DE JUNTAS ANEXA A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO, SITO EN CUAUHTÉMOC NÚMERO 225 NORTE, C.P. 34000, DURANGO DGO.-----**

**SEXTO.- AL TÉRMINO DE ESTA JUNTA SE ENTREGARÁ COPIA DE LA PRESENTE ACTA A TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE PARTICIPARON EN ELLA, ASÍ COMO AQUELLOS QUE**



HAYAN ADQUIRIDO BASES, SIENDO RESPONSABILIDAD DE LOS MISMOS RECOGER LA COPIA RESPECTIVA AL TÉRMINO DEL EVENTO, TENIÉNDOSE POR NOTIFICADOS AQUELLOS QUE NO ACUDAN A RECOGERLA, INFORMÁNDOLES QUE PODRÁN SOLICITAR COPIA DENTRO DE LAS 24 HORAS SIGUIENTES VÍA TELEFÓNICA EN UN HORARIO DE LAS 9:00 A LAS 15:00 HORAS, AL TELÉFONO 01 618 1 37 70 20 / 1 37 74 82 Ó A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO [licitaciones.ssd@durango.gob.mx](mailto:licitaciones.ssd@durango.gob.mx), ASI COMO EN LA PAGINA DE SISTEMA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES [comprasestatal.durango.gob.mx](http://comprasestatal.durango.gob.mx) PARA QUE LOS ACUERDOS SEAN TOMADOS EN CUENTA PARA SU OBSERVANCIA OBLIGATORIA.-----

**CIERRE DEL ACTA.-** NO HABIENDO MÁS ACLARACIONES POR PARTE DE LOS LICITANTES, NI POR PARTE DE LA CONVOCANTE, DECLARA **C.P MANUEL PELATO DAVALOS** TERMINADO EL ACTO SIENDO LAS 10:35 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HUBIERE LUGAR, CONSTE.-----

**POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO**

**CP. MANUEL PELETAO DAVALOS**  
REPRESENTANTE DEL DR. SERGIO GONZALEZ ROMERO  
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO

DR CRESENCIO BELTRAN BELTRAN	COMISIONADO DE COPRISED 
C.P. ALEJANDRA B. AMAYA HERNANDEZ	REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 
LIC. LILIANA PATRICIA MURO ARELLANO	SUBDIRECCIÓN JURIDICA 
DR. MARCO ANTONIO AVILA VALDEZ	CONRDINADOR ESTATAL DE LAS JURISDICCIONES/ MEDICO RADIOLOGO 

POR LOS LICITANTES

NOMBRE DE LA EMPRESA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
SINCRONÍA MÉDICA APLICADA S.A DE C.V	ERIKA SARAI PEREZ GONZALEZ	