

DURANGO, DGO A 07 DE AGOSTO DE 2019

FE DE ERRATAS

PAG.14 DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCESO LICITATORIO

BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA NUEVA

PARRAFO 3

DICE:

ESTA BOMBA DE INFUSIÓN DEBE DE SER COMPATIBLE CON UNA ESTACIÓN MÓVIL PARA INTRODUCIR HASTA 4 BOMBAS DE INFUSIÓN AL ÁREA DE RESONANCIA MAGNÉTICA, DEBEN DE CONTAR CON UN PROGRAMA (SOFTWARE) DE MONITOREO CENTRALIZADO DE LA TERAPIA DE INFUSIÓN QUE POSIBILITA EL TRÁFICO DE DATOS ENTRE LOS SISTEMAS DE INFUSIÓN Y UNA PC Y MONITORIZAR LOS DATOS EN PANTALLA, QUE PERMITA UNA ADMINISTRACIÓN DE LA LIBRERÍA DE MEDICAMENTOS Y TENGA LA INTEGRACIÓN A LOS SISTEMAS INTRAHOSPITALARIOS. EL PROGRAMA DE MONITOREO DEBE DE CONTAR CON UNA CONFIGURACIÓN BÁSICA, UNA CONFIGURACIÓN AVANZADA Y UN DISEÑO DE PLANO DE LA UNIDAD.

DEBE DECIR:

ESTA BOMBA DE INFUSIÓN DEBE DE SER COMPATIBLE CON UNA ESTACIÓN MÓVIL PARA INTRODUCIR HASTA 4 BOMBAS DE INFUSIÓN AL ÁREA DE RESONANCIA MAGNÉTICA, DEBERA CONTAR CON LOS PUERTOS PARA LA INCLUSION DE UN PROGRAMA (SOFTWARE) DE MONITOREO CENTRALIZADO DE LA TERAPIA DE INFUSIÓN QUE POSIBILITE EL TRÁFICO DE DATOS ENTRE LOS SISTEMAS DE INFUSIÓN Y UNA PC PARA MONITORIZAR LOS DATOS EN PANTALLA.

JUNTA DE ACLARACIONES

PEGUNTA 5 IGSA MEDICAL SERVICES S.A. DE C.V.

DICE:

RESPUESTA: FAVOR DE REMITIRSE AL NUMERAL 8 DESCRIPCION DE LOS BIENES; DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO; D. ASISTENCIA TECNICA.

DEBE DECIR:

RESPUESTA: FAVOR DE REMITIRSE AL NUMERAL 8 DESCRIPCION DE LOS BIENES; DESCRIPCION DEL SERVICIO; A. EQUIPO MÉDICO E INSUMOS. SE REQUIERE 1 TÉCNICO POR CADA 5 UNIDADES MEDICAS EN LAS QUE SE OTORGUE EL SERVICIO, PARA LA ASISTENCIA TECNICA.

ATENTAMENTE


C.P. MANUEL PELEATO DÁVALOS
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES


DR. OSCAR POLANDO AVILA GALVAN
RESPONSABLE DE LICITACIONES Y CONTRATOS