

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL EA-910002998-N28-2019 REFERENTE A LA "ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Y DE LABORATORIO PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE DURANGO"

En Durango, Dgo., siendo las 12:00 horas del día 24 de septiembre de 2019, hora y fecha fijadas para el acto de Junta de Aclaraciones, con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 160 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango; 28, fracción II, y demás relativos y aplicables de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Durango; conforme a lo establecido en el punto 2.1 de las Bases respectivas, se reúnen en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Administración, de la Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado de Durango, ubicada en calle Reforma No. 100 esquina con 5 de Febrero, Colonia Burócrata, C.P. 34279, Durango, Dgo.; la Convocante por conducto del **Lic. Vicente Manuel Medrano Romero**, Analista Jurídico de la Subsecretaría de Administración; servidor público designado para presidir el acto mediante carta delegatoria número de oficio **SSA/SEP/176-19** de misma fecha, signada por el **L.C.P.F. Luis Ignacio Orrante Ramírez**, Subsecretario de Administración de la Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado de Durango, facultado legalmente para tal efecto; y estando presentes los Servidores Públicos: el **Ing. Rodrigo Flores Ochoa**, Coordinador Técnico de la Comisión Intersecretarial Consultiva de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Durango; la **Lic. Rosalia Bretón Vázquez**, Jefa del Departamento de Licitaciones y Contratos de la Dirección de Recursos Materiales de la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Finanzas y de Administración del Estado, **C.P. Sergio Antonio Reyes Ibarra**, Subdirector Administrativo de la Fiscalía General del Estado, **Lic. Sol Elena Cisneros Rodríguez**, Coordinadora del Departamento de Criminalística de Campo de la Fiscalía General del Estado, la **Q.F.B. Erika Maribel Vargas Román**, Perito Químico Forense de la Fiscalía General del Estado, y el licitante **ABC Medical, S.A. de C.V.**; cuyos nombres, representaciones y firmas, aparecen en la presente acta; suscriben el presente documento con la finalidad de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional número **EA-910002998-N28-2019**, relativo a la **"ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Y DE LABORATORIO PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE DURANGO"**.

El contenido de la presente Acta de la Junta de Aclaraciones formará parte integrante de las bases de Licitación y sus anexos de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. EA 910002998-N28-2019**, siendo obligatorio para los licitantes considerar todos los cambios que derivado de la misma se apliquen a las bases a efecto de que los consideren al momento de presentar sus propuestas; al finalizar dicho acto se entregará copia simple del acta a los servidores públicos y del licitante presente y enviándose mediante correo electrónico a los licitantes que no asistieron a dicho acto.

La convocante aclara:

Se suprime del lote 1 la partida 11 del ANEXO 1 de las presentes bases.

A continuación, se hace constar por parte de la convocante, a través del Servidor Público que preside el acto, que fueron recibidas las preguntas referentes a las especificaciones, puntos de las bases y requisitos, mediante comunicación escrita, al correo electrónico comiteadquisiciones@durango.gob.mx, mismas que fueron analizadas por el Departamento de Licitaciones y Contratos de la Dirección de Recursos Materiales en conjunto con el Área Técnica responsable de la presente Licitación, para responderlas y llevar a cabo las aclaraciones pertinentes; e la siguiente persona moral que adquirió las bases correspondientes: **ABC Medical, S.A. de C.V.**; las cuales se detallan a continuación con sus respectivas respuestas:

ABC Medical, S.A. de C.V.

SUMINISTROS DE LABORATORIO						
PREGUNTA	PARTIDA	DESCRIPCION	UDM	CANTIDAD TOTAL	PREGUNTA	RESPUESTA
1	4	CAJA CUBRE OBJETOS DE 26X76 DE VIDRIO C/50 PZAS	CAJA	132	La medida que proporciona corresponde a porta objetos, favor de aclarar la medida correcta o en su caso especificar si se trata de porta objetos?	SE TRATA DE UN PORTA OBJETOS DE 2.5X7.5 CM.
2	5	EQUIPOS PARA DETECCION DE SANGRE HUMANA CON CADUCIDAD MAYOR DE 3 AÑOS C/25 PZAS	CAJA	72	Solicitan caducidad mayor a tres años, solicito respetuosamente a la convocante considerar una caducidad de 12 a 24 meses ya que la caducidad solicitada corresponde a la de fabricación, con carta canje si el producto llegara a caducarse, previamente solicitado por escrito.	LA CADUCIDAD MINIMA ACEPTABLE ES DE 24 MESES MAS LA CARTA CANJE POR LOS 12 MESES RESTANTES.
3	6	CAJA DE REACTIVOS PARA DETECCION DE HGC (PRUEBA DE EMBARAZO) CON CADUCIDAD MAYOR DE 3 AÑOS C/25 PZAS	CAJA	48	Solicitan caducidad mayor a tres años, solicito respetuosamente a la convocante considerar una caducidad de 12 a 24 meses ya que la caducidad solicitada corresponde a la de fabricación, con carta canje si el producto llegara a caducarse, previamente solicitado por escrito.	LA CADUCIDAD MINIMA ACEPTABLE ES DE 24 MESES MAS LA CARTA CANJE POR LOS 12 MESES RESTANTES.
4	7	EQUIPOS DE TIRAS PARA DETECCION DE FOSFATASAACIDA FACCIÓN PROSTATICA CON CADUCIDAD MAYOR DE 3 AÑOS C/25 PZAS	CAJA	60	Solicitan caducidad mayor a tres años, solicito respetuosamente a la convocante considerar una caducidad de 12 a 24 meses ya que la caducidad solicitada corresponde a la de fabricación, con carta canje si el producto llegara a caducarse, previamente solicitado por escrito.	LA CADUCIDAD MINIMA ACEPTABLE ES DE 24 MESES MAS LA CARTA CANJE POR LOS 12 MESES RESTANTES.
5	8	KIT PARA DETECCION DE PSA-SEMIQUANT CASSETTE TEST CON CADUCIDAD MAYOR DE 3 AÑOS C/40	KIT	60	Solicitan caducidad mayor a tres años, solicito respetuosamente a la convocante considerar una caducidad de 12 a 24 meses ya que la caducidad solicitada corresponde a la de fabricación, con carta canje si el producto llegara a	LA CADUCIDAD MINIMA ACEPTABLE ES DE 24 MESES MAS LA CARTA CANJE POR LOS 12 MESES RESTANTES.

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page, including a large circular mark and several illegible signatures.]

						caducarse, previamente solicitado por escrito.	
	6	9	PIPETAS PASTER GRADUADA 6 ML VIDRIO	PIEZA	60	Favor de especificar si corresponde a serología y el volumen ya que comercialmente se manejan en 2 presentaciones 9 pulgadas larga y de 5 3/4 pulgadas	SE SOLICITA LA DE 9 PULGADAS LARGA.
L O T E 1	7	10	PIPETAS PASTER GRADUADA 2 ML VIDRIO	PIEZA	60	Favor de especificar si corresponde a serología y el volumen ya que comercialmente se manejan en 2 presentaciones 9 pulgadas larga y de 5 3/4 pulgadas	SE SOLICITA DE 5 ¼ DE PULGADA.
	8	11	PIPETAS PASTER GRADUADA 1 ML VIDRIO	PIEZA	60	Favor de especificar si corresponde a serología y el volumen ya que comercialmente se manejan en 2 presentaciones 9 pulgadas larga y de 5 3/4 pulgadas	ESTA PREGUNTA QUEDA CONTESTADA CON LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE AL INICIO DE LA PRESENTE ACTA.
	9	12	ESPATULA (CUCHARA DE LABORATORIO; LAMINA PLANA DE METAL CON AGARRADERA O MANGO SIMILAR A UN CUCHILLO CON PUNTA ROMA	ESPATULA	72	Favor de especificar la medida	LONGITUD DE 15 A 20 CM .
	10	15	FRASCOS DE SUERO HEMOCLASIFICADOR ANTI-A, CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS 10 ML (DETECCIÓN DE ANTIGENO A DE GRUPO SANGUINEO)	FRASCO	36	. Solicitan caducidad mayor a tres años, solicito respetuosamente a la convocante considerar una caducidad de 12 a 24 meses ya que la caducidad solicitada corresponde a la de fabricación, con carta canje si el producto llegara a caducarse, previamente solicitado por escrito.	LA CADUCIDAD MINIMA ACEPTABLE ES DE 24 MESES MAS LA CARTA CANJE POR LOS 12 MESES RESTANTES.
	11	16	FRASCOS DE SUERO HEMOCLASIFICADOR ANTI-B, CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS 10 ML	FRASCO	36	Solicitan caducidad mayor a tres años, solicito respetuosamente a la convocante considerar una caducidad de 12 a 24 meses ya que la caducidad solicitada corresponde a la	LA CADUCIDAD MINIMA ACEPTABLE ES DE 24 MESES MAS LA CARTA CANJE POR LOS 12 MESES RESTANTES.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large circular signature and the name 'M. Carvajal' written vertically.]

		(DETECCIÓN DE BIL!_GENOBDE GRUPO SANGUINEO).			de fabricación, con carta canje si el producto llegara a caducarse, previamente solicitado por escrito.	
12	17	FRASCOS DE SUERO HEMOCLASIFICADOR ANTI-O, CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS 10 ML (DETECCIÓN DE ANTIGENO D DE GRUPO SANGUINEO).	FRASCO	36	Solicitan caducidad mayor a tres años, solicito respetuosamente a la convocante considerar una caducidad de 12 a 24 meses ya que la caducidad solicitada corresponde a la de fabricación, con carta canje si el producto llegara a caducarse, previamente solicitado por escrito.	LA CADUCIDAD MINIMA ACEPTABLE ES DE 24 MESES MAS LA CARTA CANJE POR LOS 12 MESES RESTANTES.
13	18	FRASCOS DE SUERO HEMOCLASIFICADOR LECTINAH, CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS 5 ML (ES USADO EN EL SISTEMA ABO SANGUÍNEO PARA DIFERENCIAR ERITROCITOS CELULAS ROJAS A1 Y A2)	FRASCO	36	Solicitan caducidad mayor a tres años, solicito respetuosamente a la convocante considerar una caducidad de 12 a 24 meses ya que la caducidad solicitada corresponde a la de fabricación, con carta canje si el producto llegara a caducarse, previamente solicitado por escrito.	LA CADUCIDAD MINIMA ACEPTABLE ES DE 24 MESES MAS LA CARTA CANJE POR LOS 12 MESES RESTANTES.
14	19	CAJAS DE TUBOS DE ENSAYO DE VIDRIO TAPA ROJA MARCA CON FECHA DE CADUCIDAD MINIMA DE TRES AÑOS C/100 PZAS (PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE AL VACIO).	CAJA	84	Solicitan caducidad mayor a tres años, solicito respetuosamente a la convocante considerar una caducidad de 12 a 24 meses ya que la caducidad solicitada corresponde a la de fabricación, con carta canje si el producto llegara a caducarse, previamente solicitado por escrito.	LA CADUCIDAD MINIMA ACEPTABLE ES DE 24 MESES MAS LA CARTA CANJE POR LOS 12 MESES RESTANTES.
15	20	CAJAS DE TUBOS DE NSAYO DE VIDRIO TAPA MORADA CON EDTA CON FECHA DE CADUCIDAD MINIMA DE TRES AÑOS	CAJA	84	Solicitan caducidad mayor a tres años, solicito respetuosamente a la convocante considerar una caducidad de 12 a 24 meses ya que la caducidad solicitada corresponde a la de fabricación, con carta canje si el producto llegara a	LA CADUCIDAD MINIMA ACEPTABLE ES DE 24 MESES MAS LA CARTA CANJE POR LOS 12 MESES RESTANTES.

			C/100 PZAS (CON ANTIGUAGULA NTE CON EXTRACCIÓN DE SANGRE AL VACIO			caducarse, previamente solicitado por escrito.	
	16	21	PRUEBA PARA DETECCION DE LIQUIDO SEMINAL CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS C/40	CAJA	84	Solicitan caducidad mayor a tres años, solicito respetuosamente a la convocante considerar una caducidad de 12 a 24 meses ya que la caducidad solicitada corresponde a la de fabricación, con carta canje si el producto llegara a caducarse, previamente solicitado por escrito.	LA CADUCIDAD MINIMA ACEPTABLE ES DE 24 MESES MAS LA CARTA CANJE POR LOS 12 MESES RESTANTES.
L O T E 2	17	34	90 IN. USO RUDO, DE 90 X 36, COLOR BLANCO DE POLICLORUO DE VINILO C/20 PZAS	PAQUETE	38	Se solicita a la convocante poder ofertar en color negro	SE ACEPTA SU PROPUESTA.
	18	40	JERINGA CON AGUJA ESTÉRILES, DESECHABLE DE 10 ML C/100 PZAS	CAJA	25	Favor de especificar el tamaño de la aguja.	EL TAMAÑO SERIA DE 21 G POR 32.
	19	41	JERINGA CON AGUJA ESTÉRILES, DESECHABLE DE 5 ML C/100 PZAS	CAJA	25	Favor de especificar el tamaño de la aguja.	EL TAMAÑO SERIA DE 21 G POR 32.
	20	42	JERINGA CON AGUJA ESTÉRILES, DESECHABLE DE 3 ML C/100 PZAS	CAJA	25	Favor de especificar el tamaño de la aguja.	EL TAMAÑO SERIA DE 21 G POR 32.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large circular mark and several illegible signatures.]

La Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado de Durango, reitera que la presente Junta es la única, por lo que no se recibirán preguntas adicionales con posterioridad a esta Junta. En esta acta se señala que a las **11:00 horas** del día **30 de Septiembre de 2019**, se realizará el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, el cual se desarrollará en la Sala de Acuerdos de la Subsecretaría de Administración, ubicada en: Calle Reforma No. 100 esquina con 5 de Febrero, Colonia Burócrata, C.P. 34279, Durango, Dgo.

Con el presente acto se da cumplimiento a lo establecido en las bases de la presente Licitación en lo relativo a la Junta de Aclaraciones; en consecuencia se da por concluida la Junta de Aclaraciones de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. EA 910002998-N28-2019**, siendo las 12:35 horas del día en que se actúa.

De acuerdo a las bases se genera el presente documento para los efectos legales a que haya lugar, mismo que fue leído por el Servidor Público que preside el presente acto, con la asistencia de los Servidores Públicos, cuyas firmas la suscriben en cada una de sus partes, de conformidad y de recibido de la entrega de la copia de la presente Acta.

Por la Convocante:

Lic. Vicente Manuel Medrano Romero
 Analista Jurídico de la Subsecretaría de Administración
 de la Secretaría de Finanzas y de Administración del
 Estado de Durango

Funcionarios Públicos Asistentes en el Acto:

Lic. Rosalía Bretón Vázquez
 Jefa del Departamento de Licitaciones y Contratos
 de la Dirección de Recursos Materiales de la
 Subsecretaría de Administración de la Secretaría de
 Finanzas y de Administración del Estado

Ing. Rodrigo Flores Ochoa
 Coordinador Técnico de la Comisión Intersecretarial
 Consultiva de Adquisiciones, Arrendamientos y
 Servicios del Estado de Durango

C.P. Sergio Antonio Reyes Ibarra
 Subdirector Administrativo de la Fiscalía General del
 Estado

Lic. Sol Elena Cisneros Rodríguez
 Coordinadora del Departamento de Criminalística
 de Campo

Q.F.B. Erika Maribel Vargas Román
 Perito Químico Forense

Licitante presente en el acto:

Licitante	Representante	Firma
ABC Medical, S.A. de C.V.	Francisco Serrano Contreras	

LAS PRESENTES FIRMAS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019, CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL EA-910002998-N28-2019. - -