

**ACTA DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE
LICITACION PÚBLICA NACIONAL No. LA-UJED-FAM-N-1-2026**

En la ciudad de Durango, Dgo., siendo las 11:00 horas del día 30 de Septiembre de 2026, en la sala de Juntas de la Subsecretaría General Administrativa de la Universidad Juárez del Estado de Durango, se llevó a cabo la Junta de Aclaraciones a la Convocatoria Del Procedimiento de Licitación Pública Nacional no. LA-UJED-FAM-N-1-2026 referente a la adquisición de 60 Unidades Dentales.

La LIC. ANA BERTHA ADAME GARCIA, Subsecretaria General Administrativa inició el acto agradeciendo a los asistentes su presencia.

Para continuar con el acto, cede la palabra al C.P. CARLOS LUNA CHAVEZ, Coordinador del Departamento de Compras, quien hace la siguiente aclaración:

A C L A R A C I O N:

En las características de las unidades dentales no se especificó el color de las vestiduras en vinil, el cual se solicita sea gris. Se adjunta foto para mayor precisión del tono.

En seguida se procede a dar respuesta a las preguntas recibidas en tiempo y forma sobre las bases, para que formen parte integrante de estas, mismas que se detallan a continuación:

FEHLMEX, S.A. DE C.V.

1ER ENVIO

LEGAL-ADMINISTRATIVO

ANEXOS DE BASES. ANEXO 2, PÁG. 4	
1	Se solicita de la manera más atenta a la convocante, nos aclare que en el "Anexo 2, pág. 4", se menciona un archivo de excel denominado "Check list", sin embargo, no se encuentra el archivo en excel. Serían tan amables de proporcionar el archivo en memoria USB con el fin de contar con toda la información para la realización de la propuesta. ¿Se acepta?
R.	Los dos formatos de excel (check list y propuesta económica) ya están en el expediente de la página https://comprasestatal.durango.gob.mx/, en el apartado de otros anexos, en formato comprimido .zip, de igual forma si lo solicitan se les pueden enviar vía correo electrónico.

TÉCNICO

ANEXO 1	
1	1.- jeringa triple dispensadora de agua y aire a presión en aluminio (dos botones, para agua y aire) con puntas de acero inoxidable grado 318 intercambiables y auto clavables compatibles para puntas desechable.

	Pregunta: Se entiende que el ofertar una jeringa triple de acero inoxidable no será motivo de descalificación, ya que se considera una característica superior ¿Es correcta nuestra apreciación?
R.	Se acepta ofertar la jeringa triple de acero inoxidable.
	ANEXO 1
2	2.- Caja de registro a nivel de posapiés para una estética y fácil instalación Pregunta: Se entiende que se refiere a la caja de conexión, la cual debe estar integrada la misma unidad ¿Es correcta nuestra apreciación?
R.	Es correcta su apreciación.

2º. ENVIO

LEGAL-ADMINISTRATIVO

BASES. CAPÍTULO V. DE LA VENTA DE LAS BASES	
1	Se solicita de la manera más atenta a la convocante, nos permitan pagar las bases antes de los días acordados, debido a que por logística, se nos facilita pagarlas antes. ¿Se acepta?
R.	Favor de respetar los plazos especificados en las Bases de Licitación.

TÉCNICO

ANEXO 1	
1	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un pedal multifuncional con tecnología actualizada el pedal de alta resistencia con control inteligente con estructura en acero con válvulas en bronce y el cual permite el control del movimiento del sillón dental, llenado de la escupidera y del llena vaso con funciones de agua - aire para las piezas de mano. ¿Se acepta ? Favor de informar.
R.	Se acepta la propuesta del pedal, mientras el mismo cumpla con todas las funciones solicitadas.
ANEXO 1	
	Dentro de las características establecidas en el Anexo 1, correspondiente a las 60 Unidades Dentales, no se establece como requisito la presentación de algún certificado o documento que permita acreditar que los equipos ofertados son fabricados bajo un sistema de gestión de calidad reconocido internacionalmente.
2	Con la finalidad de garantizar que los bienes objeto del procedimiento cuenten con procesos de fabricación estandarizados, controles de calidad, trazabilidad y condiciones adecuadas de manufactura, así como brindar certeza respecto de la calidad y confiabilidad de los equipos que serán adquiridos, solicitamos a la Convocante establecer como requisito que los equipos ofertados cuenten, como mínimo, con certificación ISO 9001 e ISO 13485 vigente, a nombre del fabricante ¿Se acepta? Favor de informar.

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LA-UJED-FAM-N-1-2026

- | | |
|-----------|---|
| R. | No será necesario presentar certificados de ISO, solo la garantía por defecto de fabricación o fallas por mínimo un año. |
|-----------|---|

Los participantes deberán considerar todo lo anterior y las observaciones hechas en el acta de la visita al sitio para la elaboración de sus propuestas.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida esta reunión, levantándose para constancia la presente acta, siendo las 11:30 hrs. del día 30 de Septiembre de 2026, anexándose la lista de asistencia a la presente y firmando para la debida constancia los que en ella intervinieron, sin que la falta de firma de alguno de los presentes la invalide.

POR LA CONVOCANTE

LIC. ANA BERTHA ADAME GARCIA
SUBSECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA

C.P. CARLOS LUNA CHAVEZ
COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

OBSERVADORES

LIC. MANUEL DE JESÚS LERMA YEN
REPRESENTANTE DE ABOGADO GENERAL DE LA UJED

LIC. RAÚL GALARZA ENRIQUEZ
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL

POR LOS LICITANTES



ING. EDER CAMARGO ENRIQUEZ
REPRESENTANTE DE FEHLMEX, S.A. DE C.V.



[illegible]

